

**Specificații tehnice**

Numărul licitației: 21156014 (ocds-b3wdp1-MD-1705645314912) din 07.02.2024

<b>Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2024</b>							
Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
50400000-9	<b>LOT.4</b>						
4.1	Analizator Selectra Pro-M	Selectra Pro M	Franta	ElitechGroup, Vital Scientific	conform specificatia tehnica solicitata din Anunt de participare	Servicii de mentenanta preventiva o data la 3 luni, diagnostic la solicitare. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Costul pieselor cad in sarcina beneficiarului.	ISO 9001; Cerificat training
4.2	Analizator Selectra Pro XS	Selectra Pro XS	Franta	ElitechGroup, Vital Scientific			ISO 9001; Cerificat training
4.3	Analizator Selectra Pro XL	Selectra Pro XL	Franta	ElitechGroup, Vital Scientific			ISO 9001; Cerificat training
50400000-9	<b>LOT 16</b>						
45307,0	Sistem X-ray GE Brivo DR-F	Brivo DR-F	Franta	GE HealthCare	conform specificatia tehnica solicitata din Anunt de participare	Servicii de mentenanta preventiva o data la 3 luni, diagnostic la solicitare. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Costul pieselor cad in sarcina beneficiarului.	ISO 9001; Cerificat training
50400000-9	<b>LOT 17</b>						
45308,0	Tomograf computerizar GE Optima CT520	Optima CT520	Franta	GE HealthCare	conform specificatia tehnica solicitata din Anunt de participare	Servicii de mentenanta preventiva o data la 3 luni, diagnostic la solicitare. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Costul pieselor cad in sarcina beneficiarului.	ISO 9001; Cerificat training

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Besirik Inga, in calitate de: administrator

Ofertantul: „Intermed-Service” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2