

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Centrul Medicilor de Familie Bălți.

Numărul achiziției comerciale: 21018885. ID ocds-b3wdp1-MD-1580473123996.						Data: 13.02.2020	Alternativa nr.	
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2020.						Lot:	pag. 1 din 2	
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	RPR Carbon Antigen Kit cu reagent și control în set.	RPR-CARBON-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	1 set*1000teste (2fl.*10ml Latex reagent, 2fl*2ml Control pozitiv și negativ) .Set pentru determinarea calitativă și semi-cantitativă a anticorilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.	RPR Carbon Antigen Kit cu reagent și control în set, set 2fl x 10ml=1000-2000teste. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33100000-1	Set pentru determinarea HbsAg, 96 teste	HBsAg	China	WT	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Set pentru determinarea HbsAg , 96 teste. Metoda Elisa. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33100000-1	Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste	HCV-Ab	China	WT	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Set pentru determinarea HCV , 96 teste. Metoda Elisa. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
9	33100000-1	Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergren la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal și patologic)	Control blood that allows verifying the accuracy and precision of methods that measure the erythrocyte sedimentation rate.	Franța	Eurocell	Un control de sânge întreg, uman, conceput pentru a monitoriza precizia metodelor automate de măsurare a ratelor de sedimentare a eritrocitelor. Set 2fl*9 ml.Perioada de valabilitate nu mai puțin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puțin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergren la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal și patologic), set 2fl x 9ml. Stabilitatea flaconului deschis nu mai puțin de 31 zile. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
23	33100000-1	Teste pentru determinarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic)	FOB-F-Strip-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și sa includa o procedura de control intern.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Teste pentru determinarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic), în ambalaj individual. Conform specificării tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură flacon echivalent test.	ISO, CE.
24	33100000-1	Teste pentru determinarea H.Pylori Ag în masele fecale	HP-F-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Metoda imunocromatografică. Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și sa includa o procedura de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Teste pentru determinarea H. Pylori Ag în mase fecale. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
25	33100000-1	Set pentru determinarea probei cu timol cu calibrator	Tymo-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Set trebuie să conțină calibrator pentru construcție curbei de etalon. Flacoane cu volumul 11 ml. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Set pentru determinarea probei cu timol cu calibrator. Fl. cu vol. 11ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
28	33100000-1	Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individual	Sterile serological pipettes - graduated, sterile, Pyrogen-free/1 ml, cottoned, grad. 1/100 - individually wrapped	Italia	Aptaca	Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.	Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar, vol. 1ml, în ambalaj individual. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

30	33100000-1	Eprubeta vacuată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sânge 2,5 ml	13x75 mm with Sodium Citrate 3,8 % x 2,7 ml of blood for coagulation, light blue cap, sterile	Italia	FL	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriul este necesar prezentarea mostrelor.	Eprubeta vacuată cu Citrat de Sodiu 3,8%, volum sânge 2,5-2,7ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
32	33100000-1	Eprubeta vacuată cu citrat de sodiu pentru determinarea VSH la analizatorul Caretium XC A-30	Glass vacuum blood collection tube, black cap, ESR	China	Dong	Autentic pentru analizator VSH Caretium XC A-30. Pe eprubetă obligatoriu trebuie să fie indicat două marcaje (linii) ale volumului maxim și minim de colectare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriul este necesar prezentarea mostrelor.	Eprubeta vacuată cu Citrat de Sodiu pentru determinarea VSH la analizatorul Caretium XC A-10. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
49	33100000-1	Cutia Petri din polisteren	petri dish, size90*15mm, sterile-10pcs/bag	China	RMD	Cutia Petri din polisteren. Diametru 9 cm.	Cutii Petri din polistiren, sterile, Ø9cm. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
50	33100000-1	Lancete sterile	blood lancet, twist type, 28G (packing: 200pcs/box, 20000pcs/carton)	China	RMD	Fabricate din oțel, inoxidabil cromat, fără nichel, sterile non-toxice, fără pirogen, destinate unei singure utilizări.Obligatoriul este necesar prezentarea mostrelor.	Lanțete sterile, fabricate din oțel, inoxidabil cromat, fără nichel, sterile non-toxice, fără pirogen, destinate unei singure utilizări. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
51	33100000-1	Lame sticlă, lungimea-7,5cm, grosimea-1mm, lățimea-2,5cm	Slides 7101, width25.25.4mm,length - 7,5-8, thickness 1-1.2mm	China	RMD	Dimensiuni ungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lățimea – 2,5 cm. Obligatoriul este necesar prezentarea mostrelor.	Lame sticlă, lungimea-7,5cm, grosimea-1-1,2mm, lățimea-2,5cm. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
52	33100000-1	Lamele sticlă de acoperire a frotiurilor	cover slide 18x18, 100pcs/box	China	RMD	Lamele sticlă de acoperire a frotiurilor. Obligatoriul este necesar prezentarea mostrelor.	Lamele sticlă de acoperire a frotiurilor, dim. 18 x 18mm.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 13.02.2020
Valabilitatea ofertei - 30 zile.