

Lyphochek® Tumor Marker Plus Control Levels 1, 2 and 3

REF
367 Level 1 6 x 2 mL
368 Level 2 6 x 2 mL
369 Level 3 6 x 2 mL
368X Trilevel MiniPak 3 x 2 mL

0459

IVD
EXP 2024-09-30
LOT 74610

Level 1 74611
Level 2 74612
Level 3 74613

<https://www.myeinserts.com/74610>
METODĂ (1)

	Unități	Nivel 1 - 74611		Nivel 2 - 74612		Nivel 3 - 74613 (2)	
		Medie	Interval	Medie	Interval	Medie	Interval
ACTH							
DIAsource ImmunoAssays ACTH-IRMA (3)	pg/mL	57.3	43.0 – 71.6	296	207 – 385	632	443 – 822
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	pg/mL	▲		▲		▲	
Siemens IMMULITE 2000/2000 Xpi	pg/mL	43.6	14.3 – 72.9	322	191 – 453	669	410 – 928
Tosoh ST AIA-PACK (3)	pg/mL	54.8	38.3 – 71.2	297	208 – 386	588	412 – 765
YHLO iFlash (3)	pg/mL	32.3	24.2 – 40.4	182	137 – 228	402	301 – 502
AFP							
Abbott Alinity i Analyzer	ng/mL	9.91	6.11 – 13.7	81.6	57.6 – 106	221	159 – 282
Abbott ARCHITECT iSystems (Kit 3P36)	ng/mL	9.34	7.02 – 11.7	75.7	57.7 – 93.7	210	160 – 259
Beckman Coulter Access/2/2i	ng/mL	10.3	7.70 – 13.0	76.5	57.7 – 95.3	213	161 – 265
Beckman Coulter UniCel Dxl	ng/mL	9.08	5.99 – 12.2	71.4	54.5 – 88.3	191	148 – 234
bioMerieux VIDAS	IU/mL	7.15	3.93 – 10.4	68.5	55.6 – 81.4	207	169 – 244
CanAg EIA (3)	ng/mL	10.6	9.02 – 12.2	80.5	68.4 – 92.5	221	188 – 254
Cisbio ELSA2-AFP (3)	ng/mL	17.0	13.6 – 20.4	105	84.0 – 126	287	224 – 350
Cisbio RG-AFP (3)	IU/mL	10.8	8.60 – 13.0	63.0	50.0 – 76.0	152	121 – 183
DiaSorin LIAISON (3)	IU/mL	8.96	6.51 – 11.4	64.3	49.6 – 79.1	188	144 – 231
DiaSorin LIAISON XL (3)	IU/mL	9.65	8.20 – 11.1	73.2	62.3 – 84.2	204	173 – 234
Fujirebio LUMIPULSE G Series (3)	ng/mL	10.5	8.40 – 12.6	79.1	63.3 – 94.9	222	178 – 266
HUMAN AFP ELISA (3)	ng/mL	8.37	5.61 – 11.1	91.6	61.4 – 122	257	172 – 342
Institute of Isotopes IRMA-CT (3)	IU/mL	8.02	6.41 – 9.62	61.6	49.3 – 73.9	189	151 – 226
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	ng/mL	9.38	6.85 – 11.9	78.7	57.4 – 99.9	228	167 – 290
Monobind AccuBind ELISA (3)	ng/mL	8.37	5.61 – 11.1	91.6	61.4 – 122	257	172 – 342
Monobind AccuLite CLIA (3)	ng/mL	8.12	5.44 – 10.8	84.1	56.4 – 112	263	176 – 350
Ortho Vitros MicroWell Series (3) (4)	IU/mL	7.86	6.28 – 9.44	57.7	46.5 – 69.0	155	121 – 190
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	ng/mL	10.3	6.37 – 14.2	85.3	59.9 – 111	240	178 – 302
Siemens ADVIA Centaur CP	ng/mL	10.9	8.14 – 13.7	76.5	57.5 – 95.4	207	156 – 257
Siemens ADVIA Centaur Systems	ng/mL	11.3	6.77 – 15.9	76.0	58.6 – 93.4	193	152 – 233
Siemens Dimension Vista Systems	ng/mL	9.61	6.42 – 12.8	74.5	57.1 – 92.0	212	169 – 255
Siemens IMMULITE 2000/2000 Xpi	ng/mL	8.81	5.07 – 12.6	76.5	52.9 – 100	202	141 – 262
Siemens IMMULITE/IMMULITE 1000	ng/mL	9.35	5.47 – 13.2	79.0	54.5 – 103	217	153 – 282
SNIBE Maglumi Series (3)	IU/mL	9.63	6.74 – 12.5	70.4	49.3 – 91.5	210	147 – 273
Tosoh ST AIA-PACK (3)	ng/mL	9.60	6.70 – 12.5	74.0	51.8 – 96.2	201	141 – 261
YHLO iFlash (3)	ng/mL	11.2	8.53 – 13.9	90.8	69.0 – 113	255	194 – 316
ALDOSTERON (3)							
Cisbio ALDO-RIACT	pg/mL	61.0	47.0 – 75.0	194	155 – 233	520	410 – 630
DiaSorin LIAISON	pg/mL	104	73.0 – 136	242	170 – 315	615	431 – 800
DiaSorin LIAISON XL	pg/mL	113	79.2 – 147	272	190 – 353	691	484 – 899

METODĂ (1)

	Unități	Nivel 1 - 74611		Nivel 2 - 74612		Nivel 3 - 74613 (2)	
		Medie	Interval	Medie	Interval	Medie	Interval
ALDOSTERON (3) (continuare)							
Monobind Accubind ELISA	pg/mL	141	94.3 – 187	363	243 – 483	904	606 – 1202
Monobind AccuLite CLIA	pg/mL	130	87.2 – 173	312	209 – 414	1063	712 – 1414
BETA-2-MICROGLOBULINĂ							
Abbott Alinity c Analyzer	mg/L	1.35	1.07 – 1.62	3.91	3.33 – 4.49	6.68	5.76 – 7.61
Beckman Coulter RIA (3)	mg/dL	0.124	0.093 – 0.155	0.393	0.295 – 0.491	0.736	0.552 – 0.921
bioMerieux VIDAS	mg/dL	0.117	0.063 – 0.172	0.386	0.252 – 0.519	0.654	0.516 – 0.792
DiaSorin LIAISON (3)	mg/dL	0.116	0.093 – 0.140	0.367	0.294 – 0.441	0.623	0.498 – 0.747
DiaSorin LIAISON XL (3)	mg/dL	0.098	0.077 – 0.119	0.339	0.271 – 0.407	0.587	0.470 – 0.705
Fujirebio LUMIPULSE G Series (3)	mg/dL	0.094	0.076 – 0.112	0.281	0.225 – 0.337	0.490	0.392 – 0.588
Siemens ADVIA Chemistry Systems	mg/dL	0.110	0.065 – 0.155	0.377	0.266 – 0.488	0.704	0.512 – 0.895
Siemens Dimension Vista Systems	mg/dL	0.133	0.086 – 0.179	0.381	0.265 – 0.496	0.642	0.449 – 0.835
Siemens IMMULITE 2000/2000 XPI	mg/dL	0.141	0.100 – 0.183	0.348	0.255 – 0.441	0.618	0.458 – 0.779
SNIBE Maglumi Series (3)	µg/mL	1.04	0.728 – 1.35	3.20	2.24 – 4.16	5.60	3.92 – 7.28
Tosoh ST AIA-PACK (3)	mg/dL	0.118	0.082 – 0.153	0.353	0.247 – 0.459	0.600	0.420 – 0.780
CA 125 (5)							
Abbott Alinity i Analyzer	U/mL	34.7	26.2 – 43.2	102	80.3 – 124	294	234 – 354
Abbott ARCHITECT iSystems	U/mL	33.5	25.0 – 42.0	103	78.1 – 128	288	223 – 353
Beckman Coulter Access/2/2i (OV Monitor)	U/mL	§		§		§	
Beckman Coulter IRMA (3)	U/mL	25.8	19.3 – 32.2	79.6	59.7 – 99.5	237	178 – 297
Beckman Coulter UniCel Dxl (OV Monitor)	U/mL	34.6	27.9 – 41.2	126	102 – 151	381	307 – 454
bioMerieux VIDAS	U/mL	20.9	14.3 – 27.5	69.9	53.9 – 86.0	228	180 – 275
CanAg EIA (3)	U/mL	23.4	18.1 – 28.6	80.2	68.2 – 92.2	255	217 – 293
Cisbio ELSA-CA 125 II (3)	U/mL	29.0	22.6 – 35.0	78.0	62.0 – 94.0	232	185 – 279
DiaMetra CA-125 ELISA (3)	U/mL	17.9	12.6 – 23.3	59.2	41.4 – 77.0	204	143 – 265
DiaSorin LIAISON CA125II (3)	U/mL	36.3	26.9 – 45.7	122	101 – 143	364	286 – 443
DiaSorin LIAISON XL CA125II (3)	U/mL	33.8	26.2 – 41.4	107	84.4 – 129	327	257 – 397
DIAsource ImmunoAssays CA125-IRMA (3)	U/mL	§		§		§	
Fujirebio LUMIPULSE G Series (3)	U/mL	27.1	21.7 – 32.5	77.3	61.9 – 92.7	230	184 – 276
HUMAN CA 125 ELISA (3)	U/mL	18.9	11.6 – 26.3	59.9	40.1 – 79.6	212	142 – 282
Institute of Isotopes IRMA (3)	U/mL	25.4	20.3 – 30.5	75.2	60.1 – 90.2	221	177 – 266
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	U/mL	45.3	33.1 – 57.6	138	101 – 175	387	283 – 492
Monobind AccuBind ELISA (3)	U/mL	18.9	11.6 – 26.3	59.9	40.4 – 79.6	212	142 – 282
Monobind AccuLite CLIA (3)	U/mL	19.3	12.9 – 25.7	64.0	42.9 – 85.1	211	141 – 280
Ortho Vitros MicroWell Series (3)	U/mL	28.5	22.1 – 34.9	85.6	66.3 – 105	267	206 – 328
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	U/mL	25.3	20.1 – 30.6	71.3	59.0 – 83.6	203	170 – 235
Siemens ADVIA Centaur CP	U/mL	28.5	21.3 – 35.7	78.1	60.1 – 96.1	225	177 – 273
Siemens ADVIA Centaur Systems	U/mL	32.5	25.5 – 39.4	96.0	75.2 – 117	254	199 – 309
Siemens Dimension Vista Systems	U/mL	20.9	13.2 – 28.6	57.6	44.7 – 70.5	163	129 – 196
Siemens IMMULITE 2000/2000 XPI	U/mL	30.2	22.2 – 38.1	94.1	70.9 – 117	267	203 – 332
Siemens IMMULITE/IMMULITE 1000	U/mL	32.1	22.9 – 41.2	97.4	78.9 – 116	277	235 – 319
SNIBE Maglumi Series (3)	U/mL	32.1	22.5 – 41.7	89.1	62.4 – 116	259	181 – 337
Tosoh ST AIA-PACK (3)	U/mL	29.6	20.7 – 38.5	96.3	67.4 – 125	312	218 – 405
YHLO iFlash (3)	U/mL	34.0	25.5 – 42.5	96.3	72.3 – 120	258	194 – 323
CA 15-3 (5)							
Abbott Alinity i Analyzer	U/mL	21.2	13.1 – 29.2	56.1	36.9 – 75.3	116	76.1 – 156
Abbott ARCHITECT iSystems	U/mL	21.3	14.5 – 28.0	56.6	40.8 – 72.5	121	88.8 – 154
Beckman Coulter IRMA (3)	U/mL	22.9	18.3 – 27.5	53.7	40.3 – 67.1	114	85.2 – 142
Beckman Coulter UniCel Dxl (BR Monitor)	U/mL	15.2	10.9 – 19.4	37.9	28.7 – 47.0	76.3	58.9 – 93.7

METODĂ (1)

	Unități	Nivel 1 - 74611		Nivel 2 - 74612		Nivel 3 - 74613 (2)	
		Medie	Interval	Medie	Interval	Medie	Interval
CA 15-3 (5) (continuare)							
bioMerieux VIDAS	U/mL	20.8	12.6 – 29.1	52.8	38.0 – 67.6	110	95.4 – 125
CanAg EIA (3)	U/mL	18.8	16.0 – 21.7	49.2	41.8 – 56.6	103	87.2 – 118
Cisbio ELSA-CA 15-3 (3)	U/mL	20.7	16.5 – 24.9	50.0	40.0 – 60.0	101	80.0 – 122
DiaMetra CA 15-3 ELISA (3)	U/mL	§		§		§	
DiaSorin LIAISON (3)	U/mL	21.2	17.9 – 24.5	55.1	45.6 – 64.6	109	87.3 – 131
DiaSorin LIAISON XL (3)	U/mL	22.4	18.5 – 26.3	54.5	45.6 – 63.4	119	92.8 – 145
DIASource ImmunoAssays CA15-3-IRMA (3)	U/mL	§		§		§	
Fujirebio LUMIPULSE G Series (3)	U/mL	25.8	20.7 – 30.9	67.7	54.2 – 81.2	139	111 – 166
HUMAN CA 15-3 ELISA (3)	U/mL	35.2	23.6 – 46.8	79.4	53.2 – 106	164	110 – 217
Institute of Isotopes IRMA (3)	U/mL	15.9	12.7 – 19.1	42.6	34.1 – 51.1	94.5	75.6 – 113
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	U/mL	16.7	12.2 – 21.2	38.2	27.9 – 48.6	74.3	54.3 – 94.4
Monobind AccuBind ELISA (3)	U/mL	35.2	23.6 – 46.8	79.4	53.2 – 106	163	110 – 217
Monobind AccuLite CLIA (3)	U/mL	37.2	25.0 – 49.5	81.9	54.9 – 109	170	114 – 226
Ortho Vitros MicroWell Series (3)	U/mL	18.9	12.9 – 24.9	49.2	33.5 – 64.9	105	74.4 – 136
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	U/mL	23.2	18.4 – 27.9	59.6	47.9 – 71.3	122	98.1 – 146
Siemens ADVIA Centaur CP	U/mL	21.4	13.3 – 29.4	55.4	36.4 – 74.4	110	71.9 – 147
Siemens ADVIA Centaur Systems	U/mL	21.7	14.7 – 28.8	62.3	44.6 – 79.9	129	93.5 – 164
Siemens Dimension Vista Systems	U/mL	21.0	14.2 – 27.9	53.8	38.5 – 69.1	114	82.9 – 145
Siemens IMMULITE 2000/2000 XPi	U/mL	28.6	20.1 – 37.0	76.1	55.8 – 96.5	156	116 – 197
Siemens IMMULITE/IMMULITE 1000	U/mL	34.8	24.4 – 45.1	89.6	65.1 – 114	200	160 – 240
YHLO iFlash (3)	U/mL	22.5	15.7 – 29.2	60.9	42.6 – 79.2	125	87.6 – 163
CA 19-9 (5)							
Abbott Alinity i Analyzer	U/mL	28.8	17.1 – 40.6	97.2	65.5 – 129	295	205 – 385
Abbott ARCHITECT iSystems (2K91)	U/mL	30.2	23.1 – 37.2	92.1	68.9 – 115	272	202 – 342
Beckman Coulter IRMA (3)	U/mL	18.0	10.8 – 25.3	38.0	22.8 – 53.2	100	60.1 – 140
Beckman Coulter UniCel DxI (GI Monitor)	U/mL	29.2	22.4 – 36.0	96.4	72.0 – 121	288	214 – 363
bioMerieux VIDAS	U/mL	21.0	15.7 – 26.3	62.5	46.6 – 78.3	186	137 – 234
CanAg EIA (3)	U/mL	23.3	18.4 – 28.2	72.2	57.0 – 87.3	207	157 – 257
Cisbio ELSA-CA 19-9 (3)	U/mL	24.8	19.8 – 29.8	61.0	48.0 – 74.0	216	169 – 263
DiaMetra CA 19-9 ELISA (3)	U/mL	14.5	10.2 – 18.9	29.6	20.7 – 38.5	65.6	45.9 – 85.3
DiaSorin LIAISON (3)	U/mL	46.8	31.3 – 62.3	143	96.5 – 189	435	281 – 588
DiaSorin LIAISON XL (3)	U/mL	41.7	34.5 – 48.8	131	109 – 153	379	298 – 461
DIASource ImmunoAssays CA19-9-IRMA (3)	U/mL	§		§		§	
Fujirebio LUMIPULSE G Series (3)	U/mL	37.0	29.6 – 44.4	110	87.6 – 131	313	250 – 375
HUMAN CA 19-9 ELISA (3)	U/mL	13.9	9.29 – 18.4	24.3	16.3 – 32.3	80.1	53.7 – 107
Institute of Isotopes IRMA (3)	U/mL	36.7	27.5 – 45.9	121	96.5 – 145	>240	
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	U/mL	13.7	10.0 – 17.4	34.3	25.0 – 43.6	95.6	69.8 – 121
Monobind AccuBind ELISA (3)	U/mL	13.9	9.29 – 18.4	24.3	16.3 – 32.3	80.1	53.7 – 107
Monobind AccuLite CLIA (3)	U/mL	14.8	9.89 – 19.6	28.0	17.3 – 38.6	86.2	57.7 – 115
Ortho Vitros MicroWell Series (3)	U/mL	29.4	20.9 – 37.9	95.9	67.7 – 124	297	211 – 383
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	U/mL	▲		▲		▲	
Siemens ADVIA Centaur CP	U/mL	26.9	20.9 – 32.9	68.3	51.9 – 84.8	178	134 – 222
Siemens ADVIA Centaur Systems	U/mL	24.4	18.8 – 29.9	63.6	47.8 – 79.4	175	130 – 220
Siemens ADVIA Centaur Systems (CA 19-9A)	U/mL	28.7	22.0 – 35.3	81.1	60.7 – 101	223	166 – 281
Siemens ADVIA Centaur Systems (Rgt. Lot 516 and higher)	U/mL	28.1	20.8 – 35.4	59.8	45.3 – 74.3	174	145 – 202
Siemens Dimension Vista Systems	U/mL	39.8	30.2 – 49.3	152	113 – 190	495	417 – 574
Siemens IMMULITE 2000/2000 (Rgt. Lot 362 and above)	U/mL	20.0	13.5 – 26.6	57.1	31.7 – 82.6	171	92.4 – 249
Siemens IMMULITE 2000/2000 XPi	U/mL	28.3	21.7 – 34.9	101	75.2 – 126	310	231 – 388

METODĂ (1)

	Unități	Nivel 1 - 74611		Nivel 2 - 74612		Nivel 3 - 74613 (2)	
		Medie	Interval	Medie	Interval	Medie	Interval
CA 19-9 (5) (continuare)							
Siemens IMMULITE/IMMULITE 1000	U/mL	26.4	20.3 – 32.5	91.7	68.6 – 115	286	212 – 360
SNIBE Maglumi Series (3)	U/mL	17.8	12.5 – 23.1	41.3	28.9 – 53.7	110	77.0 – 143
Tosoh ST AIA-PACK (3)	U/mL	13.9	9.70 – 18.1	32.0	22.4 – 41.6	84.9	59.4 – 110
YHLO iFlash (3)	U/mL	12.6	8.91 – 16.2	27.7	19.7 – 35.7	68.8	48.9 – 88.8
CA 27.29							
Siemens ADVIA Centaur Systems	U/mL	14.9	8.75 – 21.0	60.9	46.9 – 74.9	126	99.4 – 153
Tosoh ST AIA-PACK (3)	U/mL	22.7	15.9 – 29.6	55.3	38.7 – 71.8	112	78.2 – 145
CA 72-4							
Cisbio ELSA-CA 72-4 (3)	U/mL	5.40	4.30 – 6.50	12.4	9.90 – 14.9	39.0	31.0 – 47.0
Institute of Isotopes IRMA (3)	U/mL	7.50	5.30 – 9.80	13.3	10.0 – 16.7	36.1	28.9 – 43.3
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	U/mL	5.36	3.64 – 7.07	16.5	11.2 – 21.8	60.5	41.2 – 79.9
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	U/mL	5.22	3.75 – 6.68	13.7	10.3 – 17.1	44.8	34.3 – 55.3
CALCITONINĂ							
Cisbio IRMA-hCT (3)	pg/mL	19.4	15.5 – 23.3	109	87.0 – 131	450	360 – 540
DiaSorin LIAISON (3)	pg/mL	10.9	6.98 – 14.8	66.6	46.7 – 86.6	324	227 – 421
DiaSorin LIAISON XL (3)	pg/mL	11.4	7.62 – 15.1	62.4	43.7 – 81.1	296	207 – 385
DIAsource ImmunoAssays CT US-IRMA (3)	pg/mL	17.4	12.2 – 22.7	119	95.4 – 143	520	416 – 624
Institute of Isotopes IRMA-CT (3)	pg/mL	9.30	6.50 – 12.1	68.5	54.8 – 82.2	337	270 – 404
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	pg/mL	▲		▲		▲	
Monobind AccuBind ELISA (3)	pg/mL	10.6	6.14 – 15.1	91.3	61.2 – 121	377	252 – 501
Monobind AccuLite CLIA (3)	pg/mL	9.21	5.72 – 12.7	83.6	56.0 – 111	378	253 – 503
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	pg/mL	13.4	9.05 – 17.7	97.3	73.5 – 121	444	331 – 556
Siemens IMMULITE 2000/2000 Xpi	pg/mL	12.0	8.44 – 15.5	86.3	70.6 – 102	388	323 – 453
CEA							
Abbott Alinity i Analyzer	ng/mL	2.64	1.83 – 3.45	22.9	17.4 – 28.3	76.2	58.5 – 94.0
Abbott ARCHITECT iSystems	ng/mL	2.71	2.03 – 3.39	21.5	16.6 – 26.4	72.7	56.3 – 89.1
Beckman Coulter Access/2/2i (CEA2)	ng/mL	2.90	2.18 – 3.62	22.5	17.5 – 27.6	72.1	56.0 – 88.2
Beckman Coulter IRMA (3)	ng/mL	2.73	1.91 – 3.55	19.1	14.3 – 23.9	62.7	47.0 – 78.4
Beckman Coulter UniCel Dxl (CEA2)	ng/mL	2.87	2.15 – 3.59	20.3	15.6 – 24.9	64.0	49.5 – 78.4
bioMerieux VIDAS	ng/mL	2.42	2.05 – 2.79	21.5	17.5 – 25.6	74.5	63.4 – 85.7
CanAg EIA (3)	ng/mL	3.48	2.69 – 4.26	23.4	18.1 – 28.7	71.8	55.6 – 87.9
Cisbio CEA-RIACT (3)	ng/mL	1.98	1.58 – 2.38	14.1	11.2 – 17.0	45.0	36.0 – 54.0
DiaMetra CEA ELISA (3)	ng/mL	3.23	1.97 – 4.49	26.1	18.3 – 33.9	90.0	62.7 – 118
DiaSorin LIAISON (3)	ng/mL	2.75	2.02 – 3.47	19.8	16.8 – 22.7	73.4	61.6 – 85.2
DiaSorin LIAISON XL (3)	ng/mL	2.93	2.24 – 3.62	20.9	17.2 – 24.6	77.2	65.7 – 88.8
DIAsource ImmunoAssays CEA-IRMA (3)	ng/mL	§		§		§	
Fujirebio LUMIPULSE G Series (3)	ng/mL	3.60	2.90 – 4.30	27.3	21.9 – 32.7	89.2	71.4 – 107
HUMAN CEA ELISA (3)	ng/mL	2.68	1.80 – 3.57	23.5	15.8 – 31.3	85.1	57.0 – 113
Institute of Isotopes hCEA IRMA (3)	ng/mL	2.02	1.51 – 2.52	13.1	10.5 – 15.7	42.3	33.8 – 50.8
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	ng/mL	3.21	2.34 – 4.08	26.0	19.0 – 33.1	85.2	62.2 – 108
Monobind AccuBind ELISA (3)	ng/mL	2.68	1.80 – 3.57	23.5	15.8 – 31.3	85.1	57.0 – 113
Monobind AccuBind ELISA (CEA Next Generation) (3)	ng/mL	<5.00		25.0	16.7 – 33.2	77.9	52.2 – 104
Monobind AccuLite CLIA (3)	ng/mL	2.78	1.86 – 3.69	23.1	15.5 – 30.7	82.0	54.9 – 109
Monobind AccuLite CLIA (CEA Next Generation) (3)	ng/mL	<5.00		25.1	16.8 – 33.4	85.1	57.0 – 113
Ortho Vitros MicroWell Series (3)	ng/mL	2.72	2.05 – 3.39	20.9	15.8 – 26.0	72.5	54.9 – 90.1
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	ng/mL	3.18	2.40 – 3.95	20.0	15.5 – 24.5	61.0	47.4 – 74.5
Siemens ADVIA Centaur CP	ng/mL	2.73	1.94 – 3.53	21.1	16.2 – 26.0	66.8	51.6 – 82.1
Siemens ADVIA Centaur Systems	ng/mL	2.64	1.83 – 3.45	21.6	16.5 – 26.8	66.8	51.2 – 82.3

METODĂ (1)

	Unități	Nivel 1 - 74611		Nivel 2 - 74612		Nivel 3 - 74613 (2)	
		Medie	Interval	Medie	Interval	Medie	Interval
CEA (continuare)							
Siemens Dimension Vista Systems	ng/mL	2.81	2.11 – 3.51	22.2	17.2 – 27.2	75.5	58.9 – 92.2
Siemens IMMULITE 2000/2000 XPi	ng/mL	2.98	1.59 – 4.36	25.5	19.4 – 31.7	88.5	67.9 – 109
Siemens IMMULITE/IMMULITE 1000	ng/mL	3.08	1.69 – 4.47	25.9	19.8 – 32.1	87.1	67.0 – 107
SNIBE Maglumi Series (3)	ng/mL	3.42	2.39 – 4.45	22.6	15.8 – 29.4	67.0	46.9 – 87.1
Tosoh ST AIA-PACK (3)	ng/mL	3.30	2.30 – 4.30	24.3	17.0 – 31.6	75.6	52.9 – 98.3
YHLO iFlash (3)	ng/mL	2.91	2.18 – 3.64	20.0	15.0 – 24.9	62.4	46.8 – 78.0
CYFRA 21-1							
Beckman Coulter IRMA (3)	ng/mL	8.30	5.81 – 10.8	42.6	29.8 – 55.4	92.5	64.7 – 120
CanAg ELISA (3)	ng/mL	5.50	4.19 – 6.82	30.4	23.6 – 37.3	62.5	48.4 – 76.5
Cisbio ELSA-CYFRA (3)	ng/mL	6.00	4.80 – 7.20	29.5	23.0 – 36.0	>54.0	
Fujirebio LUMIPULSE G Series (3)	ng/mL	4.00	3.20 – 4.80	22.5	18.0 – 27.0	47.3	37.9 – 56.7
Institute of Isotopes IRMA (3)	ng/mL	4.37	3.06 – 5.68	25.9	20.7 – 31.1	47.8	38.3 – 57.4
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	ng/mL	5.96	4.06 – 7.87	24.8	16.9 – 32.7	51.7	35.2 – 68.3
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	ng/mL	7.09	5.77 – 8.40	31.2	25.6 – 36.8	63.7	52.8 – 74.6
Snibe MAGLUMI (3)	ng/mL	9.64	6.75 – 12.5	47.7	33.4 – 62.0	118	82.6 – 153
YHLO iFlash (3)	ng/mL	5.99	4.49 – 7.49	25.5	19.2 – 31.9	60.1	45.1 – 75.2
ENOLAZĂ NEURON SPECIFICĂ (NSE)							
Beckman Coulter IRMA (3)	ng/mL	19.2	15.4 – 23.0	43.1	34.4 – 51.7	122	97.8 – 147
CanAg EIA (3)	ng/mL	10.8	7.89 – 13.7	28.8	21.9 – 35.7	83.6	68.5 – 98.6
Cisbio ELSA-NSE (3)	ng/mL	28.2	22.4 – 34.0	54.0	43.0 – 65.0	94.0	75.0 – 113
DiaSorin LIAISON (3)	ng/mL	19.4	15.3 – 23.5	41.0	31.1 – 50.9	108	77.8 – 138
DiaSorin LIAISON XL (3)	ng/mL	19.6	15.3 – 23.9	40.8	31.7 – 49.9	98.4	75.9 – 121
DIAsource ImmunoAssays NSE-IRMA (3)	ng/mL	26.7	21.4 – 32.1	59.2	47.3 – 71.0	153	115 – 191
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series	ng/mL	27.2	19.9 – 34.6	61.0	44.6 – 77.5	158	115 – 201
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	ng/mL	11.3	7.80 – 14.9	29.4	22.9 – 36.0	84.6	68.8 – 100
YHLO iFlash (3)	ng/mL	18.6	13.9 – 23.2	41.8	31.3 – 52.2	108	81.1 – 135
FERITINĂ							
Abbott ARCHITECT iSystems	ng/mL	54.9	40.2 – 69.6	464	338 – 590	1113	810 – 1417
Beckman Coulter Access/2/2i	ng/mL	40.9	30.6 – 51.1	290	229 – 350	668	530 – 806
Beckman Coulter UniCel Dxl	ng/mL	38.3	28.5 – 48.0	256	199 – 312	540	433 – 647
bioMerieux VIDAS	ng/mL	49.5	36.3 – 62.6	276	222 – 330	600	486 – 715
DiaSorin LIAISON (3)	ng/mL	50.6	43.0 – 58.1	360	306 – 414	757	643 – 871
DiaSorin LIAISON XL (3)	ng/mL	53.8	45.7 – 61.8	365	310 – 419	769	654 – 885
Fujirebio LUMIPULSE G Series (3)	ng/mL	36.2	29.0 – 43.4	301	241 – 361	685	548 – 822
Institute of Isotopes IRMA (3)	ng/mL	65.4	52.3 – 78.5	367	293 – 440	796	637 – 956
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	ng/mL	44.7	32.6 – 56.8	417	304 – 529	955	697 – 1213
Monobind AccuBind ELISA (3)	ng/mL	48.2	32.3 – 64.1	299	200 – 398	>700	
Monobind AccuLite CLIA (3)	ng/mL	48.6	32.6 – 64.7	303	204 – 403	>700	
Ortho Vitros MicroWell Series (3)	ng/mL	37.6	28.6 – 46.6	225	165 – 285	544	396 – 693
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	ng/mL	65.5	50.3 – 80.6	349	273 – 424	708	573 – 844
Siemens ADVIA Centaur CP (FER)	ng/mL	41.7	31.3 – 52.1	318	252 – 384	687	545 – 828
Siemens ADVIA Centaur Systems (FER)	ng/mL	41.8	31.5 – 52.0	305	238 – 373	706	568 – 843
Siemens ADVIA Chemistry Systems	ng/mL	51.3	37.9 – 64.7	258	207 – 308	534	432 – 636
Siemens Dimension Vista Systems	ng/mL	46.6	35.4 – 57.8	306	243 – 369	666	529 – 802
Siemens IMMULITE 2000/2000 XPi	ng/mL	53.9	45.1 – 62.6	313	212 – 414	727	508 – 946
Siemens IMMULITE/IMMULITE 1000	ng/mL	53.8	41.2 – 66.4	276	219 – 333	719	571 – 867
SNIBE Maglumi Series (3)	ng/mL	62.4	43.7 – 81.1	458	321 – 595	1170	819 – 1521
Tosoh ST AIA-PACK (3)	ng/mL	41.2	28.8 – 53.6	230	161 – 299	530	371 – 690

METODĂ (1)

	Unități	Nivel 1 - 74611		Nivel 2 - 74612		Nivel 3 - 74613 (2)	
		Medie	Interval	Medie	Interval	Medie	Interval
FERITINĂ (continuare)							
YHLO iFlash (3)	ng/mL	▲		▲		▲	
FOSFATAZĂ ACIDĂ PROSTATICĂ (PAP)							
Snibe MAGLUMI (3)	ng/mL	2.01	1.41 – 2.61	12.8	8.96 – 16.6	55.9	39.1 – 72.7
Tosoh ST AIA-PACK	ng/mL	2.60	1.80 – 3.40	11.2	7.80 – 14.6	>40.0	
HCG							
Abbott Alinity i Analyzer	mIU/mL	5.56	2.33 – 8.80	60.4	48.2 – 72.6	288	238 – 338
Abbott ARCHITECT iSystems (Total β-hCG)	mIU/mL	5.36	2.65 – 8.06	56.5	45.2 – 67.8	271	224 – 319
Beckman Coulter Access/2/2i (Total hCG) (5th IS)	mIU/mL	5.77	2.54 – 9.01	68.2	54.9 – 81.5	303	251 – 355
Beckman Coulter UniCel Dxl (Total hCG) (5th IS)	mIU/mL	6.14	2.51 – 9.77	70.7	56.9 – 84.5	318	267 – 370
bioMerieux VIDAS	mIU/mL	5.43	3.51 – 7.35	97.7	66.6 – 129	500	336 – 663
Cisbio ELSA-FβHCG (3)	ng/mL	0.060	0.040 – 0.080	0.550	0.440 – 0.660	2.36	1.88 – 2.84
Cisbio RG hCG (3)	mIU/mL	6.30	5.00 – 7.60	101	80.0 – 122	460	360 – 560
DiaSorin LIAISON hCG XL (REF 312321) (3)	mIU/mL	6.39	4.15 – 8.62	69.0	58.7 – 79.4	287	244 – 330
DiaSorin LIAISON XL hCG XL (REF 312321) (3)	mIU/mL	6.14	3.87 – 8.42	64.6	52.8 – 76.5	287	224 – 350
DIAsource ImmunoAssays hCG+β-IRMA (3)	mIU/mL	8.30	5.84 – 10.8	81.2	60.9 – 101	359	269 – 449
Fujirebio LUMIPULSE G Series (3)	mIU/mL	4.70	3.80 – 5.60	53.5	42.8 – 64.2	248	198 – 297
Institute of Isotopes IRMA (3)	mIU/mL	5.18	3.88 – 6.47	59.9	47.9 – 71.9	322	258 – 386
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	mIU/mL	3.57	2.42 – 4.71	44.8	30.5 – 59.2	232	158 – 306
Monobind AccuBind ELISA (3)	mIU/mL	5.24	3.51 – 6.97	68.7	46.1 – 91.4	>200	
Monobind AccuBind ELISA hCG-XR (3)	mIU/mL	4.78	3.20 – 6.35	63.8	42.8 – 84.9	305	204 – 406
Monobind AccuLite CLIA (3)	mIU/mL	4.94	3.31 – 6.58	74.3	40.1 – 108	>200	
Monobind AccuLite CLIA hCG-XR (3)	mIU/mL	4.38	2.94 – 5.83	61.7	41.4 – 82.1	314	210 – 417
Ortho Vitros MicroWell Series (3)	mIU/mL	7.06	3.67 – 10.5	102	76.4 – 128	497	375 – 619
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems (hCG STAT)	mIU/mL	4.19	3.21 – 5.17	57.7	37.6 – 77.8	276	179 – 374
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems (hCG+β)	mIU/mL	4.85	3.81 – 5.88	68.9	45.7 – 92.1	338	246 – 431
Siemens ADVIA Centaur CP	mIU/mL	7.09	3.66 – 10.5	63.0	50.6 – 75.5	259	214 – 304
Siemens ADVIA Centaur Systems	mIU/mL	8.11	4.14 – 12.1	65.8	52.9 – 78.6	273	228 – 318
Siemens Dimension Vista Systems	mIU/mL	7.00	3.58 – 10.4	105	85.2 – 124	495	414 – 577
Siemens IMMULITE 2000/2000 Xpi	mIU/mL	8.85	5.39 – 12.3	124	84.7 – 162	574	417 – 732
Siemens IMMULITE Turbo	mIU/mL	9.70	7.36 – 12.0	145	99.4 – 190	671	509 – 832
Siemens IMMULITE/IMMULITE 1000	mIU/mL	9.18	6.88 – 11.5	146	99.8 – 193	640	476 – 804
Snibe MAGLUMI (3)	mIU/mL	7.37	5.16 – 9.58	111	77.7 – 144	505	354 – 657
Tosoh ST AIA-PACK (3)	mIU/mL	7.60	5.30 – 9.90	105	73.5 – 137	>400	
YHLO iFlash (3)	mIU/mL	▲		▲		▲	
PROLACTINĂ							
Abbott ARCHITECT iSystems	ng/mL	10.3	8.47 – 12.2	33.2	26.0 – 40.4	131	109 – 154
Beckman Coulter Access/2/2i	ng/mL	8.50	6.77 – 10.2	26.6	20.6 – 32.5	99.5	76.3 – 123
Beckman Coulter UniCel Dxl	ng/mL	8.56	7.02 – 10.1	25.5	20.1 – 30.9	98.0	75.7 – 120
bioMerieux VIDAS	ng/mL	9.28	4.95 – 13.6	28.4	21.3 – 35.5	109	84.0 – 134
DiaMetra PROLACTIN ELISA (3)	ng/mL	§		§		§	
DiaSorin LIAISON (3)	μIU/mL	235	180 – 290	799	639 – 958	3010	2405 – 3615
DiaSorin LIAISON (Prolactin xt) (3)	μIU/mL	235	180 – 290	799	639 – 958	3010	2405 – 3615
DiaSorin LIAISON XL (3)	μIU/mL	239	162 – 315	757	504 – 1009	2833	2119 – 3548
DiaSorin LIAISON XL (Prolactin xt) (3)	μIU/mL	239	162 – 315	757	504 – 1009	2833	2119 – 3548
DIAsource ImmunoAssays PRL-IRMA (3)	ng/mL	6.30	5.04 – 7.56	15.5	12.4 – 18.6	62.1	46.6 – 77.7
Fujirebio LUMIPULSE G Series (3)	ng/mL	11.7	9.40 – 14.0	38.0	30.4 – 45.6	145	116 – 174
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	ng/mL	▲		▲		▲	
Monobind AccuBind ELISA (3)	ng/mL	16.2	10.8 – 21.5	50.2	33.7 – 66.8	>100	

METODĂ (1)

	Unități	Nivel 1 - 74611		Nivel 2 - 74612		Nivel 3 - 74613 (2)	
		Medie	Interval	Medie	Interval	Medie	Interval
PROLACTINĂ (continuare)							
Monobind AccuLite CLIA (3)	ng/mL	14.8	9.92 – 19.7	53.1	35.6 – 70.7	>100	
Ortho Vitros MicroWell Series (3)	ng/mL	9.95	6.87 – 13.0	26.2	19.4 – 33.0	94.2	72.7 – 116
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	μIU/mL	247	197 – 298	854	665 – 1043	3390	2820 – 3961
Siemens ADVIA Centaur CP	ng/mL	7.80	6.23 – 9.38	25.5	19.8 – 31.2	118	90.3 – 145
Siemens ADVIA Centaur Systems	ng/mL	7.43	5.88 – 8.97	23.9	18.9 – 28.9	91.6	70.5 – 113
Siemens Dimension Vista Systems	ng/mL	8.80	7.00 – 10.6	32.1	24.8 – 39.3	132	104 – 159
Siemens IMMULITE 2000/2000 XPi	ng/mL	7.88	6.29 – 9.47	29.5	22.9 – 36.2	114	87.5 – 141
Siemens IMMULITE/IMMULITE 1000	ng/mL	9.07	7.21 – 10.9	34.0	26.3 – 41.7	128	99.8 – 155
Snibe MAGLUMI (3)	μIU/mL	206	144 – 268	701	491 – 911	2379	1665 – 3093
PSA (LIBER)							
Abbott Alinity i Analyzer	ng/mL	0.085	0.054 – 0.116	3.22	2.22 – 4.23	16.0	11.1 – 20.9
Abbott ARCHITECT iSystems	ng/mL	0.080	0.058 – 0.101	3.05	2.43 – 3.67	15.3	12.2 – 18.4
Beckman Coulter Access/2/2i Hybritech	ng/mL	§		§		§	
Beckman Coulter Access/2/2i Hybritech (WHO 96/668)	ng/mL	§		§		§	
Beckman Coulter UniCel DxI Hybritech	ng/mL	0.098	0.065 – 0.132	3.54	2.51 – 4.57	16.3	11.3 – 21.4
Beckman Coulter UniCel DxI Hybritech (WHO 96/668)	ng/mL	0.077	0.051 – 0.104	2.87	2.04 – 3.71	12.9	8.93 – 16.9
bioMérieux VIDAS	ng/mL	0.153	0.099 – 0.206	4.02	2.72 – 5.31	18.2	13.2 – 23.3
CanAg EIA (3)	ng/mL	0.067	<0.030 – 0.117	2.46	2.09 – 2.83	12.9	10.2 – 15.7
DiaSorin LIAISON (3)	ng/mL	<0.040		1.70	1.41 – 1.98	7.63	6.49 – 8.78
DiaSorin LIAISON XL (3)	ng/mL	<0.040		1.68	1.32 – 2.03	7.26	6.14 – 8.38
Fujirebio LUMIPULSE G Series (3)	ng/mL	0.087	0.070 – 0.104	2.78	2.23 – 3.34	13.2	10.6 – 15.8
HUMAN PSA, Free ELISA (3)	ng/mL	<0.300		2.71	1.82 – 3.60	>10.0	
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	ng/mL	0.093	0.068 – 0.118	3.31	2.42 – 4.21	15.7	11.5 – 19.9
Monobind AccuBind ELISA (3)	ng/mL	<0.300		2.71	1.82 – 3.60	>10.0	
Monobind AccuLite CLIA (3)	ng/mL	<0.300		2.88	1.93 – 3.83	>10.0	
Ortho Vitros MicroWell Series (3)	ng/mL	0.072	0.037 – 0.107	2.29	1.69 – 2.89	11.1	8.20 – 14.0
Roche Cobas e 411, e 601, 602 (fPSA) (Ref. Cat. 08828601)	ng/mL	0.084	0.053 – 0.114	2.66	1.83 – 3.49	12.5	8.61 – 16.4
Roche Cobas e 801 (fPSA) (Ref. Cat. 8828610)	ng/mL	0.095	0.064 – 0.127	2.78	2.03 – 3.53	12.6	8.92 – 16.2
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	ng/mL	0.091	0.057 – 0.124	2.75	1.86 – 3.63	12.7	8.62 – 16.7
Siemens ADVIA Centaur Systems	ng/mL	0.092	0.069 – 0.115	2.81	2.23 – 3.39	12.6	9.98 – 15.2
Siemens Dimension Series	ng/mL	0.077	0.040 – 0.115	2.85	2.28 – 3.41	14.6	11.4 – 17.7
Siemens Dimension Vista Systems	ng/mL	0.080	0.050 – 0.111	2.97	2.00 – 3.94	14.4	9.68 – 19.0
Siemens IMMULITE 2000/2000 XPi	ng/mL		<0.070 – 0.108	2.17	1.46 – 2.88	9.79	6.35 – 13.2
Siemens IMMULITE/IMMULITE 1000	ng/mL	0.085	<0.070 – 0.142	2.16	1.68 – 2.64	10.3	8.14 – 12.4
SNIBE Maglumi Series (3)	ng/mL	0.105	0.063 – 0.147	2.77	1.94 – 3.60	14.7	10.3 – 19.1
YHLO iFlash (3)	ng/mL	0.090	0.059 – 0.121	3.01	2.26 – 3.76	13.5	10.2 – 16.9
PSA (TOTAL)							
Abbott Alinity i Analyzer	ng/mL	0.117	0.089 – 0.145	3.38	2.58 – 4.18	15.4	11.8 – 19.0
Abbott ARCHITECT iSystems	ng/mL	0.112	0.066 – 0.158	3.41	2.71 – 4.12	15.5	12.4 – 18.6
Beckman Coulter Access/2/2i Hybritech	ng/mL	0.170	0.093 – 0.247	3.38	2.72 – 4.03	16.1	13.1 – 19.0
Beckman Coulter Access/2/2i Hybritech (WHO 96/670)	ng/mL	0.144	0.079 – 0.209	2.86	2.30 – 3.41	13.6	11.1 – 16.1
Beckman Coulter UniCel DxI Hybritech	ng/mL	0.161	0.120 – 0.201	3.34	2.51 – 4.17	15.2	11.4 – 19.0
Beckman Coulter UniCel DxI Hybritech (WHO 96/670)	ng/mL	0.136	0.101 – 0.170	2.60	1.96 – 3.25	11.8	8.88 – 14.8
bioMérieux VIDAS	ng/mL	0.203	0.119 – 0.287	4.79	3.62 – 5.97	22.0	16.7 – 27.4
CanAg EIA (3)	ng/mL	0.150	<0.100 – 0.240	3.43	2.92 – 3.95	16.3	13.8 – 18.7
DiaSorin LIAISON (3)	ng/mL	<0.090		1.44	1.03 – 1.84	7.04	5.64 – 8.43
DiaSorin LIAISON XL (3)	ng/mL	<0.090		1.42	1.01 – 1.84	6.98	5.26 – 8.70
Fujirebio LUMIPULSE G Series (3)	ng/mL	0.125	0.100 – 0.150	3.41	2.73 – 4.09	16.1	12.9 – 19.4

METODĂ (1)

	Unități	Nivel 1 - 74611		Nivel 2 - 74612		Nivel 3 - 74613 (2)	
		Medie	Interval	Medie	Interval	Medie	Interval
PSA (TOTAL) (continuare)							
HUMAN PSA, Total ELISA (3)	ng/mL	0.210	0.113 – 0.298	7.97	5.18 – 10.8	27.9	18.1 – 37.7
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	ng/mL	0.136	0.099 – 0.172	4.11	3.00 – 5.21	19.2	14.0 – 24.4
Monobind AccuBind ELISA (3)	ng/mL	0.560	<0.500 – 0.740	6.36	3.71 – 9.02	33.9	22.7 – 45.1
Monobind AccuLite CLIA (3)	ng/mL	<0.500		6.14	4.11 – 8.17	28.0	15.6 – 40.4
Ortho Vitros MicroWell Series (PSA) (680 1756) (3)	ng/mL	0.198	0.139 – 0.257	1.85	1.29 – 2.41	7.49	5.51 – 9.47
Ortho Vitros MicroWell Series (tPSA) (684 2844) (3)	ng/mL	0.126	0.072 – 0.180	2.63	1.93 – 3.33	12.9	9.45 – 16.4
Roche Cobas e 411, e 601, 602 (tPSA) (Ref. Cat. 08791686/08791716)	ng/mL	0.137	0.105 – 0.170	3.12	2.38 – 3.85	14.4	11.0 – 17.8
Roche Cobas e 801 (tPSA) (Ref. Cat. 08791732)	ng/mL	0.159	0.121 – 0.197	3.24	2.47 – 4.00	14.8	11.3 – 18.3
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	ng/mL	0.165	0.116 – 0.213	3.35	2.82 – 3.88	15.4	13.1 – 17.8
Siemens ADVIA Centaur CP (PSA)	ng/mL	0.142	0.070 – 0.213	2.80	2.25 – 3.35	13.5	11.0 – 15.9
Siemens ADVIA Centaur Systems (PSA)	ng/mL	0.141	0.070 – 0.211	2.84	2.21 – 3.47	13.7	10.8 – 16.6
Siemens Dimension Series	ng/mL		<0.130 – 0.250	3.77	2.83 – 4.71	18.1	13.8 – 22.4
Siemens Dimension Vista Systems	ng/mL	0.132	0.081 – 0.182	3.58	2.83 – 4.33	16.8	13.4 – 20.3
Siemens IMMULITE 2000/2000 XPI	ng/mL	0.133	0.083 – 0.183	3.37	2.68 – 4.07	16.1	12.9 – 19.3
Siemens IMMULITE/IMMULITE 1000	ng/mL	0.134	0.083 – 0.185	3.49	2.76 – 4.22	15.3	12.2 – 18.4
Siemens IMMULITE/IMMULITE 1000 (Gen 3)	ng/mL	0.122	0.074 – 0.170	2.18	1.71 – 2.64	11.7	9.31 – 14.1
SNIBE Maglumi Series (3)	ng/mL	0.128	0.077 – 0.179	2.89	2.02 – 3.76	14.1	9.87 – 18.3
Tosoh ST AIA-PACK (3)	ng/mL	0.160	0.110 – 0.210	2.93	2.05 – 3.81	13.1	9.19 – 17.1
YHLO iFlash (3)	ng/mL	0.180	0.115 – 0.245	5.54	3.99 – 7.09	26.2	18.9 – 33.6
S-100							
DiaSorin LIAISON (3)	ng/mL	0.200	0.102 – 0.299	1.63	1.12 – 2.14	6.86	4.13 – 9.59
DiaSorin LIAISON XL (3)	ng/mL	0.173	0.079 – 0.268	1.40	0.967 – 1.84	5.91	3.72 – 8.10
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems	ng/mL	0.076	0.060 – 0.091	0.739	0.601 – 0.876	3.05	2.49 – 3.61
Snibe MAGLUMI (3)	ng/mL	0.083	0.050 – 0.116	0.893	0.625 – 1.16	4.11	2.88 – 5.34
TIREOGLOBULINĂ (TG)							
Beckman Coulter Access/2/2i	ng/mL	§		§		§	
Beckman Coulter UniCel Dxl	ng/mL	9.50	6.75 – 12.3	61.8	47.0 – 76.5	156	120 – 192
Cisbio THYRO-IRMA (3)	ng/mL	16.2	12.9 – 19.5	111	88.0 – 134	256	202 – 310
DiaMetra TG ELISA (3)	ng/mL	3.83	2.34 – 5.32	28.0	16.6 – 39.4	100	70.1 – 130
DiaSorin LIAISON (3)	ng/mL	1.84	0.750 – 2.94	22.2	16.6 – 27.9	80.2	62.1 – 98.3
DiaSorin LIAISON (Tg II Gen) (3)	ng/mL	7.88	6.21 – 9.54	50.2	40.2 – 60.2	134	103 – 165
DiaSorin LIAISON XL (3)	ng/mL	2.22	1.37 – 3.07	25.2	20.2 – 30.3	85.7	68.5 – 103
DiaSorin LIAISON XL (Tg II Gen) (3)	ng/mL	9.81	7.85 – 11.8	60.7	48.6 – 72.9	160	128 – 193
DIAsource ImmunoAssays S.A. Tg-S IRMA (3)	ng/mL	5.78	4.05 – 7.52	38.5	27.0 – 50.1	122	85.6 – 159
Institute of Isotopes IRMA (3)	ng/mL	8.64	6.91 – 10.4	48.9	39.1 – 58.7	120	95.8 – 144
Mindray CL-Series/ Wiener Lab CLIA Series (3)	ng/mL	3.20	2.18 – 4.22	21.7	14.7 – 28.6	64.1	43.6 – 84.6
Monobind AccuBind ELISA (3)	ng/mL	4.72	3.16 – 6.27	26.1	17.5 – 34.7	78.7	52.8 – 105
Monobind AccuLite CLIA (3)	ng/mL	5.28	3.54 – 7.03	28.0	17.5 – 38.5	84.1	56.3 – 112
Roche Elecsys/E170/cobas e Systems (Gen II)	ng/mL	12.6	9.15 – 16.0	60.4	46.1 – 74.7	142	109 – 174
Siemens IMMULITE 2000/2000 XPI	ng/mL	3.79	2.04 – 5.53	39.1	26.7 – 51.5	125	93.3 – 158
SNIBE Maglumi Series (3)	ng/mL	§		§		§	

NOTE DE SUBSOL

- (1) Este posibil să nu se aplice toate notele de subsol fișei dvs. de date personalizată selectată.
 - (2) Înainte de efectuarea acestor teste trebuie efectuată o diluare, acolo unde valoarea indicată în fișele de date depășește standardul maxim al testului.
 - (3) Valorile atribuite au fost determinate utilizând protocolul furnizat de producătorul reactivului și/sau al instrumentului și este posibil să nu corespundă intervalelor de +/-3 SD.
 - (4) Pentru factorul de conversie, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate de producător.
 - (5) CA 15-3, CA 72-4, CA 19-9 și CA 125 sunt mărci comerciale ale Fujirebio Diagnostics, o filială a Fujirebio, Inc., 200 Great Valley Parkway, Malvern, PA 19355.
- ▲ Datele nu sunt disponibile momentan. Vă rugăm să cereți mai multe informații.
- § Datele necesare stabilirii valorilor medii și intervalelor acceptabile pentru acest test nu au fost obținute din cauza participării limitate la activitate. În cazul în care instituția dvs. este interesată să participe la Programul de Atribuire a Valorilor (Value Assignment Program) pentru acest test, vă rugăm să contactați biroul dvs. local Bio-Rad.