

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1723110770702 din 18.08.2024

Obiectul de achiziției: Produse parafarmaceutice (repetat II)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință
33100 000-1	3	Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern	Indicator strip Steam 134C- 7,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	3.1	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23