



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spital raional Taraclia

adresa: 7402, МОЛДОВА, Тараклия, г.Тараклия (р-н Тараклия), str.Valeriu Cioban,1,or.Taraclia

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1765200906013 din 16.12.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de ACHIZIȚIONAREA dispozitivelor medicale pentru laborator

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 15.12.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Spital raional Taraclia
adresa: 7402, МОЛДОВА, Тараклия, г.Тараклия (р-н Тараклия), str.Valeriu
Cioban,1,or.Taraclia

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "ACHIZIȚIONAREA dispozitivelor medicale pentru laborator "

prin procedura de achiziție - Achiziții cu costuri mici Nr. ocds-b3wdp1-MD-1765200906013 din 16.12.2025

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 14.02.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 15.12.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)



Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1765200906013 din 16.12.2025			
Obiectul achiziției:						ACHIZIȚIONAREA dispozitivelor medicale pentru laborator			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Analizator hematologic automat 5-diff	Analizator hematologic automat 5-diff	BC-5150 Auto Hematology Analyzer (Analizator hematologic 5-diff sistem închis)	China	Mindray	Descriere: Analizator hematologic automat 5 diff) Parametri determinați și calculați: destinat analizei componentei sanguine. Tip sistem: închis Metode de analiză 5 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: 25 parametri raportați. Consum mic de reactiv. Parametri determinați și calculați: 25 parametri raportați: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lymf, Monf, Neuf, Eosf, Basf, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. 3 histograme pentru WBC, RBC și PLT. 2 scattergrame pentru DIFF și BASO. Debit: 60 de probe pe ora. Diluarea automată Afiașaj graphic, ecran tactil color Imprimantă color Introducerea datelor manual Interfața PC obligatoriu Afiașarea histogramei obligatoriu Stocarea datelor obligatoriu Calibrarea automată manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scattergrame WBC - 5 diff Afiașarea pe ecran a tuturor datelor histograme, rezultate, rezultate din arhivă, date de servis Monitorizarea datelor pacientului: nume pacient, ID pacient, sex, vârstă Monitorizarea reactivelor -numărul lotului -data expirării -volumul rămas Afiașarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare obligatoriu Control al calității ≥ 3 nivele Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings Memorie internă ≥ 1000 pacienți Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Vas pentru deșuri tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Limba de comunicare rom/rus Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/insturire) Sa fie incluse eprubete 2,5 ml cu anticoagulant, pentru colectarea sângelui	Descriere: Analizator hematologic automat 5 diff) Parametri determinați și calculați: destinat analizei componentei sanguine. Tip sistem: închis Metode de analiză 5 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: 25 parametri raportați. Consum mic de reactiv. Parametri determinați și calculați: 25 parametri raportați: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lymf, Monf, Neuf, Eosf, Basf, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. 3 histograme pentru WBC, RBC și PLT. 2 scattergrame pentru DIFF și BASO. Debit: 60 de probe pe ora. Diluarea automată Afiașaj graphic, ecran tactil color Imprimantă color Introducerea datelor manual Interfața PC obligatoriu Afiașarea histogramei obligatoriu Stocarea datelor obligatoriu Calibrarea automată manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scattergrame WBC - 5 diff Afiașarea pe ecran a tuturor datelor histograme, rezultate, rezultate din arhivă, date de servis Monitorizarea datelor pacientului: nume pacient, ID pacient, sex, vârstă Monitorizarea reactivelor -numărul lotului -data expirării -volumul rămas Afiașarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare obligatoriu Control al calității ≥ 3 nivele Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings Memorie internă ≥ 1000 pacienți Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Vas pentru deșuri tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Limba de comunicare rom/rus Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/insturire) Sa fie incluse eprubete 2,5 ml cu anticoagulant, pentru colectarea sângelui	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000371911	
2	Analizator Biochimic Automat	Analizator Biochimic Automat	Biochemistry Automatic Analyzer A-15(Analizator biochimic automat cu sistem închis)	Spania	Biosystems	Descriere Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem închis de reactivi. Tip de lucru continuu Tip sistem închis random acces Capacitatea (teste/oră) ≥ 150 (teste fotometrice, fără modulul ISE) Posibilitatea efectuării analizelor urgente da Tipul dispozitivului staționar Tip probă Ser și plasmă urină singe integr / hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip diluare automat Sistem de spălare automat da fara conectare la sursa externa de apa da volum de apa consumat per ora ≤ 0.5 L Program control al calității management intern al controlului calitatii da grafice Levey-Jennings da Compartiment reactivi Cantitatea de reactivi concomitent la bord ≥ 30 capacitatea buteliilor cu reactivi 20 mL si 50 mL detectia nivelului de lichid da consumul de reagenti ce poate fi programat 10 uL - 440 uL Compartiment probe cantitatea probe la bord ≥ 72 eprubete primare da eprubete pediatrica da eprubetele primare si pediatrica pot fi utilizate concomitent da volumul probei utilizat 3 uL - 40 uL Rotor pentru probe cu termosta la 37 grade C da cantitatea celulelor pentru reactie ≤ 120 cu posibilitatea de utilizare repetată da volumul de reactie 200 uL - 800 uL Regimuri de măsurare Cinetic da Mono și bi-cromatic da Imunoturbidimetrie da filtre optice utilizate ≥ 8 diapazonul filtrelor optice 340 nm – 900 nm functie de detectare a prozonei da sistem operational calculator extern da interfața LIS da program intuitiv si usor de utilizat da Sistemul de dozare sensor de obstacol da volum de dozare 3 uL - 1250 uL rezolutia ≤ 0.126 uL viteza de dozare ≥ 880 uL / s Sursa de lumina Lampa cu halogen 6 V, 10 W durata de viata ≥ 2000 ore monitorizarea automata al duratei de lucru da Alimentarea 220 V, 50 Hz Greutatea ≤ 45 kg Certificare CE certificat / declaratie ISO 13485 da ISO 9001 da ingineri autorizati de producator pentru mentenanta si suport tehnic da	Descriere Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem închis de reactivi. Tip de lucru continuu Tip sistem închis random acces Capacitatea (teste/oră) ≥ 150 (teste fotometrice, fără modulul ISE) Posibilitatea efectuării analizelor urgente da Tipul dispozitivului staționar Tip probă Ser și plasmă urină singe integr / hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip diluare automat Sistem de spălare automat da fara conectare la sursa externa de apa da volum de apa consumat per ora ≤ 0.5 L Program control al calității management intern al controlului calitatii da grafice Levey-Jennings da Compartiment reactivi Cantitatea de reactivi concomitent la bord ≥ 30 capacitatea buteliilor cu reactivi 20 mL si 50 mL detectia nivelului de lichid da consumul de reagenti ce poate fi programat 10 uL - 440 uL Compartiment probe cantitatea probe la bord ≥ 72 eprubete primare da eprubete pediatrica da eprubetele primare si pediatrica pot fi utilizate concomitent da volumul probei utilizat 3 uL - 40 uL Rotor pentru probe cu termosta la 37 grade C da cantitatea celulelor pentru reactie ≤ 120 cu posibilitatea de utilizare repetată da volumul de reactie 200 uL - 800 uL Regimuri de măsurare Cinetic da Mono și bi-cromatic da Imunoturbidimetrie da filtre optice utilizate ≥ 8 diapazonul filtrelor optice 340 nm – 900 nm functie de detectare a prozonei da sistem operational calculator extern da interfața LIS da program intuitiv si usor de utilizat da Sistemul de dozare sensor de obstacol da volum de dozare 3 uL - 1250 uL rezolutia ≤ 0.126 uL viteza de dozare ≥ 880 uL / s Sursa de lumina Lampa cu halogen 6 V, 10 W durata de viata ≥ 2000 ore monitorizarea automata al duratei de lucru da Alimentarea 220 V, 50 Hz Greutatea ≤ 45 kg Certificare CE certificat / declaratie ISO 13485 da ISO 9001 da ingineri autorizati de producator pentru mentenanta si suport tehnic da	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000189654 DM000761582 DM000761583	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1765200906013 din 16.12.2025							
Obiectul achiziției:					ACHIZIȚIONAREA dispozitivelor medicale pentru laborator							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Analizator hematologic automat 5-diff	Analizator hematologic automat 5-diff	bucata	1	150 000.00	180 000.00	150 000.00	180 000.00	60-90 zile de la semnarea contractului la adresa: IMSP „Spitalul rional Taraclia. or Taraclia, str. V. Cioban 1	33100000-1	-	-
2	Analizator Biochimic Automat	Analizator Biochimic Automat	bucata	1	160 000.00	192 000.00	160 000.00	192 000.00	90 zile de la semnarea contractului la adresa: IMSP „Spitalul rional Taraclia. or Taraclia, str. V. Cioban 1	33100000-1	-	-
						TOTAL Oferta	310 000.00	372 000.00				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către: IMSP Spital raional Taraclia

adresa: 7402, МОЛДОВА, Тараклия, г.Тараклия (р-н Тараклия), str.Valeriu Cioban,1,or.Taraclia

(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al SRL Biosistem mld, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 15.12.2025

Ofertant/candidat
SRL Biosistem mld
Poiata Vitalie

(semnătura autorizată)



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;

adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519

e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1765200906013 din 16.12.2025
din cadrul IMSP Spital raional Taraclia**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)
- Va garanta prezentarea certificatului de garanție pe perioada de 36 luni. Certificatul de garanție va fi eliberat la momentul livrării.

Data completării: 15.12.2025

Cu stimă,

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)