

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718968014753 din 21 iunie 2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 10)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar- de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ servicii						
Lot nr. 5 Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa cod 150940	M-Universal	Polonia	MPW MED.INSTR UMENTS	<p>Cod 150940 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.</p> <p>Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000</p> <p>Maximală, rpm 4500</p> <p>Setări setarea vitezei</p>	<p>Centrifugile de laborator M-Universal sunt destinate pentru a centrifuga sângele.</p> <p>S1. Superior, viteza de rotație minimala este 90 rpm (conform broșura pag.2 și manual de utilizare pag.7)</p> <p>S2. Superior, viteza maxima de rotație a centrifugii M-UNIVERSAL este 18.000 rpm. Pentru rotorul nr.11740 viteza maxima de rotație este 5500 rpm. (conform broșura pag. 2 și manual de utilizare pag.50)</p> <p>S3. Da, este posibilă setarea vitezei (conform manual de utilizare pag.20 și broșura pag.3)</p>	<p>ISO, CE</p> <p>AMDM: DM00065 7558</p>

			<p>Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml</p> <p>Numărul de tuburi 8-12 tuburi</p> <p>Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min</p> <p>Incrementarea ≤ 1 min</p> <p>Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu</p> <p>Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu</p> <p>Debalansare obligatoriu</p> <p>Pornire/oprire obligatoriu</p> <p>Capac deschis obligatoriu</p> <p>Display Digital obligatoriu</p>	<p>S4.Superior, capacitate tuburi in intervalul 2,5 – 15 ml (conform brosură pag.2 și manual de utilizare pag.50)</p> <p>S5. Da, centrifuga M-UNIVERSAL este configurată cu rotorul nr.11740, pentru 8-12 tuburi (conform manual de utilizare pag.50)</p> <p>S6. Superior, timpul de lucru al centrifugii M-UNIVERSAL poate fi setat în intervalul 1s ÷ 99 h 59 min 59 s (conform brosură pag.2 și manual de utilizare pag.7)</p> <p>S7. Superior, timpul de lucru al centrifugii M-UNIVERSAL poate fi setat în intervalul 1s ÷ 99 h 59 min 59 s cu incrementarea de 1 s (conform brosură pag.2 și manual de utilizare pag.7)</p> <p>S8. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de funcția de blocare a capacului în timp ce rotorul funcționează (conform brosură pag.3)</p> <p>S9. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de indicatori vizuali și acustici (conform brosură pag.3)</p> <p>S10. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de indicator de debalansare (conform brosură pag.3 și manual de utilizare pag.15)</p> <p>S11. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de indicatori de pornire/oprire (conform manual de utilizare pag.19)</p> <p>S12. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de indicator capac deschis (conform manual de utilizare pag. 19)</p> <p>S13. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de un display digital localizat în mijlocul panoului</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>Nivelul de zgomot ≤ 70 dB obligatoriu</p> <p>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu</p>	<p>de control (conform manual de utilizare pag.17,19 si brosură pag.3)</p> <p>S14. Superior, nivelul de zgomot al centrifugii este < 60 dB (conform manual de utilizare pag.7)</p> <p>S15. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de fereastra de sticla pentru verificarea periodica. Deasemenea dispune si de un buton de urgenta pentru deschiderea capacului (conform manual de utilizare pag.17)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Mihnea Ioan Grecu
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „X-Lab Solutions” SRL
Adresa: mun.Chisinau, str. Negreșteni 9, ap.(of.)11