

Specificatii Tehnice (F4.1)

IMSP Institutul de Cardiologie

Numărul procedurii de achiziție: 21047547					Data: 07.12.2021	Alternativa nr.	
Denumirea procedurii de achiziție: Suturi pentru anul 2022					Lot:	Pagina 1 din 1	
Cod CPV	Descrierea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	
33100000-1	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Silk SK00F0137	China	Haidike	USP 0/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Taper; *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională	Sutura Silk cu ac atraumatica non absorbabile. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Taper; <i>Conform cerintele generale.</i> Modelul articolului poate fi vazut pe: http://www.suturescn.com/index/product/productinfo/id/74.html http://www.suturescn.com/index/product/productinfo/id/30.html	 CE
33100000-1	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Silk SK20F0124	China	Haidike	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Taper; *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Sutura Silk cu ac atraumatica non absorbabile. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Taper; <i>Conform cerintele generale.</i> Modelul articolului poate fi vazut pe: http://www.suturescn.com/index/product/productinfo/id/74.html http://www.suturescn.com/index/product/productinfo/	 CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele : Varman Irina . În calitate de: Director

Ofertantul: Profilabdiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev,6