

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1682419878316 din 10.05.2023
Obiectul achiziției: Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 2 Centrifuga pentru plăci PCR.	M-UNIVERSAL	Polonia	MPW	Tip rotor – pentru plăci; Pentru tuburi PCR 2.0 ml; Turație 2500 rpm; Capacitate: 2 plăci PCR în format de 96 godeuri; Adaptor accesorii pentru benzi și plăci PCR; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz	S1. Da, centrifuga este configurată cu două rotoare: un rotor swing-out pentru 2 plăci și un al doilea rotor unghiular pentru 24 tuburi Eppendorf cu volumul de 2/1,5 ml (broșura pag. 1) S2. Superior, viteza maximă de centrifugare este de 3000 RPM pentru rotorul aferent plăcilor și respectiv, 15100 RPM pentru rotorul aferent tuburilor Eppendorf (broșura pag. 1) S3. Da, rotorul este configurat pentru 2 plăci PCR în format de 96 godeuri (broșura pag. 1) S4. Da, centrifuga dispune de 2 plăci PCR (broșura pag. 1) S5. Da, centrifuga se alimentează la 230V / 50/60 Hz (broșura pag. 1)	Declaration of Conformity ISO 9001
TOTAL						

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movilă 23/5, ap (of)3