

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1733842574189 / 21322061 din 31.12.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, instrumentar conform necesităților IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Ultrasonograf scanner portabil	MX7	China	Mindray	Configurație: portabil tip laptop sau analog; Aplicații: Ultrasonograf portabil pentru ghidajul accesului vascular și blocurilor nervoase. Sonda Liniară: frecvența de lucru minim diapazon 5-15 MHz Porturi pentru traductoare minim 3 Nivele de gri minim 256 Gama dinamică minim 250 dB Adâncimea de scanare minim 33 cm Moduri de imagistică: Mod-B; Mod M; Doppler Color doppler Power doppler Pulsed wave Mod/Capacitate de Îmbunătățire a Vizibilității Acului (ghidaj) Armonici Tisulare Duplex și Triplex Afișarea și Procesarea Imaginilor: Optimizare automată a imaginii; Preprocesare; Postprocesare; Ajustare frecvența Diapazon dinamic reglabil Măsurători în timp real și în freeze Zoom de înaltă definiție; Stocarea Digitală a Imaginilor: Memoria CINE; Capacitatea de Stocare: ≥250 GB; DICOM; Alimentare: Baterie reîncarcabilă cu durată de	Da, portabil Mindray MX7 Da, Aplicația dedicată Nerve, Datasheet pg2 Da, L14-6Hs, 3.0-16.0 MHz, Datasheet pg58 Da, Probe extend module PEM-3, Datasheet pg62 Da, 256, Datasheet pg4 Da, 350dB, Datasheet pg4 Da, 40cm, Datasheet pg4 Moduri de imagistică: Da, B-Mode, Datasheet pg2 Da, M-Mode, Datasheet pg2 Da, Color Doppler Imaging, Datasheet pg2 Da, Datasheet pg2 Da, Pulsed Wave Doppler, Datasheet pg2 Da, iNeedle, Datasheet pg10 Da, THI, Datasheet pg5 Da, Datasheet pg6 Afișarea și Procesarea Imaginilor: Da iTouch, Datasheet pg9 Da, Raw data processing, Datasheet pg2 Da, Post Processing, Datasheet pg11 Da, B-Mode Frequencies, Datasheet pg57 Da, Dynamic Range 3-350dB, Datasheet pg4 Da, RIMT, Datasheet pg10, Generic Measurements, Datasheet pg11 Da, Exam Storage, Datasheet pg56 Da, Cine review, Datasheet pg11 Da, 256GB, Datasheet pg56 Da, DICOM 3.0, Datasheet pg56 Da, 1.5h, Datasheet pg61,	ISO/CE

				lucru minim 60 min și Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz Porturi extensie USB: minim 2 unități Afișaj minim 15" Rezoluție minim 1024x768 Imprimanta termica alb/negru – 1buc; DVD/CD RW încorporat	Curent alternativ 100-240V, Datasheet pg3 Da, 4 SUB, Datasheet pg2 Da, 15.6 inch, Datasheet pg3 Da, 1920x1080, Datasheet pg3 Da, Sony UP-X898MD, Datasheet pg61 Da, DVD-RW cu troleu inclus, Datasheet pg62	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav În calitate de: Director
Ofertantul: I.M. ,, Dutchmed-M” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebat 76, of. 807