

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713775188748 din 24.04.2024
Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile pentru Anatomopatologie pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot: 8 Lame pentru microtom	MS200	Austria	Micros Austria	Lame pentru microtom MX35 ULTRA thermoscientific. Lungimea: 80mm; lățimea: 8mm; cu un unghi de 34-35 grade; metal ultra-dur de înaltă calitate, pentru țesuturi dure. Cutie-50 buc. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor la solicitare.	Lame pentru microtom MS200: lungimea 80 mm, lățimea 8 mm, unghi 35 grade, fabricate din oțel-carbon cu înveliș PTFE, pentru țesuturi dure. Cutie: 50 buc.	ISO, CE

Semnăt: _____
Numele, Prenumele: Grecu Mihnea Ioan
În calitate de: Administrator
Ofertantul: X-Lab Solutions SRL
Adresa: str.Negreșteni 9 ap.(of.) 11