

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : 21114426/ [ocds-b3wdp1-MD-1699270200588](#) din 27.11.2023

Obiectul achiziției: Produse parafarmaceutice - 2023 (2)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
3.Set chirurgical standart steril	Wimes Z10-001-01 Nr. de înregistrare AMDM DM00039673 0	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Sağlık ürünleri san. ve tic. ltd. şti	Câmp p/u masa Bobrov, cu zona ranforsat din SMS 150x190cm (±5 cm) – 1 buc; Câmp p/u masa Mayo cu ranforsare SMS 80x145cm (±5 cm) – 1 buc; Șervețel p/u absorbție – să nu lase scame – 40x40cm (±5 cm) – 2 buc; Câmp partea inferioară 200x310cm (±5 cm) – 1 buc; Câmp partea superioară 150x270cm (±5 cm) – 1 buc; Bandă de poziționare 95x105cm (±5 cm) – 1 buc; Bandă de poziționare – pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de 5 cm; Zonă absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm²; Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 50 cm (±5 cm) de H2O/cm²; * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice; * În ofertă se va indica codul produsului oferit p/u a putea fi identificat după catalog.	Câmp p/u masa , cu zona ranforsat din SMS 150x190cm – 1 buc; Câmp p/u masa Mayo cu ranforsare SMS 80x140cm – 1 buc; Șervețel p/u absorbție – să nu lase scame – 40x40cm – 2 buc; Câmp partea inferioară 190x195cm – 1 buc; Câmp partea superioară 150x270cm – 1 buc; .Panglica de operație 10x50 cm – 1 buc. Bandă de poziționare – pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de 5 cm; Zonă absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm²; Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 50 cm (±5 cm) de H2O/cm². Sterile.	CE/ISO
5.Acute thoracic set (chirurgie	Acute Thoracic Set	Turcia	MHK Medical Textile Ltd.	Acute thoracic set (chirurgie Toracică/Spinală), componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:	Acute thoracic set (chirurgie Toracică/Spinală), componente 1 set împachetat steril, ambalaj	CE/ISO

Toracică/Spinală)	(Thoracic/Spi nal Surgery)		1) 1 buc.: Câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. 2) 6 buc.: Ștergare p/u mâini, 20 x 25 cm (± 5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: Absorbant perineal 20 x 40 cm (± 5cm), impermeabil. 4) 2 buc.:Susținător p/u tuburi velcro 2,5 x 30 cm (± 2cm). 5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm (± 5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort p/u pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului p/u evitarea acumulării de lichide. 6) 1 buc.: Sac p/u defibrilator, minim 30 x 40 cm (± 2cm), transparent, cu lipici, detașabil. 7) 2 buc.: Panglici de operație – 10 x 50 cm (± 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața. 8) 1 buc.:Cearșaf toracic minim 200/300 x 330cm (± 2cm), aria de incizie 35 x 65cm (± 2cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 50 x 140 cm(± 5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat ranforsat din polietilenă minim 40 mcm; d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă rezistentă, minim 80mcm grosime, integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30 x 70 cm (± 3 cm),	individual: 1) 1 buc.: Câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. 2) 6 buc.: Ștergare p/u mâini, 20 x 25 cm (± 5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: Absorbant perineal 20 x 40 cm (± 5cm), impermeabil. 4) 2 buc.:Susținător p/u tuburi velcro 2,5 x 30 cm (± 2cm). 5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm (± 5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort p/u pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului p/u evitarea acumulării de lichide. 6) 1 buc.: Sac p/u defibrilator, minim 30 x 40 cm (± 2cm), transparent, cu lipici, detașabil. 7) 2 buc.: Panglici de operație – 10 x 50 cm (± 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața. 8) 1 buc.:Cearșaf toracic minim 200/300 x 330cm (± 2cm), aria de incizie 35 x 65cm (± 2cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 50 x 140 cm(± 5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat ranforsat din polietilenă minim 40 mcm; d) strat superabsorbant din viscoză
-------------------	--------------------------------	--	---	---

				pictograme p/u ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 9) 1 buc.:Cîmp de masă absorbant, dimensiuni minim 150 x 240cm ($\pm$ 2cm), zonă absorbantă minim 70 x 240cm, compus din minim 2 straturi: a) strat de polietilenă de minim 50 mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m². *Documente de calificare: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 6) Mostre la solicitare.	minim 50g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă rezistentă, minim 80mcm grosime, integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30 x 70 cm ($\pm$ 3 cm), pictograme p/u ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 9) 1 buc.:Cîmp de masă absorbant, dimensiuni minim 150 x 240cm ($\pm$ 2cm), zonă absorbantă minim 70 x 240cm, compus din minim 2 straturi: a) strat de polietilenă de minim 50 mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m².	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General
Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL
Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71
Tel/Fax: +373 22 52-30-90
Email: medglobalfarm@mail.ru
Site: www.medglobalfarm.md