

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1691135781596</u> din „11” august 2023
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Piesă bucală pentru spirometrie</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1. Piesă bucală pentru spirometrie	TS0048 Piesă bucală pentru spirometrie compatibile cu spirometrul Jaeger	Italia	Lumed Srl	1)Dimensiuni diametru: Interior - 29.7 mm Exterior - 32.0 mm 2)Compatibil cu dispozitivul Jaeger 3)De unică folosință 4)Ambalate individual	1)Dimensiuni diametru: Interior - 29.7 mm Exterior - 32.0 mm 2)Compatibil cu dispozitivul Jaeger 3)De unică folosință 4)Ambalate individual	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**

Ofertantul: „LifeMed Group” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**