

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
48	Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază) 130420	<p>Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază)</p> <p>Cod 130420</p> <p>Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut"</p> <p>Controlul padelelor Încărcare obligatoriu</p> <p>descărcarea energiei obligatoriu</p> <p>Forma de undă la ieșire bifazic</p> <p>Sincronizator obligatoriu</p> <p>Display Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III</p> <p>Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor obligatoriu</p> <p>Afișarea ritmului cardiac obligatoriu</p> <p>Alarmer ale ritmului cardiac obligatoriu</p> <p>Frecvența de lucru diapazon min. 0.67-40 Hz</p>	<p>Producator / Tara de origine: OKUMAN Medikal Sistemler A.S. / Turcia,</p> <p>Model: DFM 600 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază)</p> <p>Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut"</p> <p>Controlul padelelor Încărcare obligatoriu -</p> <p>descărcarea energiei obligatoriu - Corespunde</p> <p>Forma de undă la ieșire bifazic</p> <p>Sincronizator obligatoriu - Corespunde</p> <p>Display Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III</p> <p>Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor obligatoriu</p> <p>Afișarea ritmului cardiac obligatoriu -</p> <p>Alarmer ale ritmului cardiac obligatoriu -</p> <p>Corespunde</p>

		Indicator al devierii derivațiilor cardiace obligatoriu	40 Hz	Frecvența de lucru	diapazon min. 0.67-
	Modul ECG	Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi obligatoriu		Indicator al devierii derivațiilor cardiace obligatoriu - Corespunde	
		Diapazon diapazon min. 30 - 300 BPM	Modul ECG	Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi obligatoriu	
		Protecție înotriva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J		Diapazon diapazon min. 15 - 300 BPM	
		Mesaje de alarmă obligatoriu		Protecție înotriva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J	
	Imprimantă pentru ECG	Viteza hîrtiei minim 12.5, 25, 50 mm/sec		Mesaje de alarmă obligatoriu -	
		Imprimantă termică încorporată obligatoriu	Corespunde		
	Printare	auto sau manuală	Imprimantă pentru ECG	Viteza hîrtiei minim 12.5, 25, 50 mm/sec	
	Adnotări	ora obligatoriu		Imprimantă termică încorporată obligatoriu -	
		data obligatoriu	Corespunde		
		derivația obligatoriu		Printare auto sau manuală	
		ritmul cardiac obligatoriu		Adnotări ora obligatoriu - Corespunde	
		modul de operare obligatoriu		data obligatoriu - Corespunde	
		forma undei descărcate obligatoriu		derivația obligatoriu - Corespunde	
		Funcția sumară obligatoriu		ritmul cardiac obligatoriu - Corespunde	
	Memorie	Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie obligatoriu		modul de operare obligatoriu - Corespunde	
	anturaj	Informația stocată ECG, șoc, vocele din		forma undei descărcate obligatoriu - Corespunde	
		Capacitatea de stocare ≥ 2 ore	Memorie	Funcția sumară obligatoriu - Corespunde	
	Alimentarea	Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu	Memorie	Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie obligatoriu - Corespunde	

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati

ANEXA Nr. 48

		<p>Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu</p> <p>Timp de lucru de la baterie 3 ore ECG continuu sau min. 100 descărcări la energia maximă</p> <p>Greutatea cu accesorii < 9 kg</p> <p>Accesorii</p> <p>Padele Adult, reutilizabile 1 set., (codul produsului oferit)</p> <p>"Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set., (codul produsului oferit)</p> <p>Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Hîrtie termică 5 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Gel de contact 250 ml, (codul produsului oferit)</p>	<p>anturaj</p> <p>Informația stocată ECG, șoc, vocele din</p> <p>Capacitatea de stocare ≥ 2 ore</p> <p>Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu - Corespunde</p> <p>Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu - Corespunde</p> <p>Timp de lucru de la baterie 3 ore ECG continuu sau min. 100 descărcări la energia maximă</p> <p>Greutatea cu accesorii < 9 kg</p> <p>Accesorii</p> <p>Padele Adult, reutilizabile 1 set., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configurație ofertata de catre producator)</p> <p>"Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configurație ofertata de catre producator)</p> <p>Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configurație ofertata de catre producator)</p> <p>Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configurație ofertata de catre producator)</p> <p>Hîrtie termică 5 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configurație ofertata de catre producator)</p>
--	--	---	--

			<p>Gel de contact 250 ml, (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>[Vezi brosură: DFM 600 004-092022-EN.pdf]</p>
--	--	--	---