

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1678103652401 |
| Obiectul achiziției: Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 | | | | | | |
| Hotă cu lux laminar | BSC-1100 II A2 | China | BIOBASE | Conform caietului de sarcini | Clasa II de securitate; Dimensiuni exterioare cu suport 1100x755x2200mm Dimensiunile spațiului de lucru 940x600x660mm | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>Randament filtru HEPA: 99.999 % pt particule >0.3 μm și lampă UV cu monitorizarea automată a orelor de lucru valabile.</p> <p>Randament pre-filtru: 85 % pt particule > 0.5 μm</p> <p>Controlul fluxului de aer: Sistem cu microprocesor, display digital si compensare automata pentru cresterea rezistentei filrului.</p> <p>Ventilator: de tip centrifugal cu rulmenti cu lubrifiere pe toata durata de viata.</p> <p>Sistem de recirculare a aerului pentru a prelungi functionarea filtrelor</p> <p>Panou de control si operare: tactil.</p> <p>Afisaj: LED.</p> <p>Medie viteză (debit) aer 0,45 mt/sec.</p> <p>Decontaminare aerului: lampa germacida UV.</p> <p>Dotată cu iluminare locală și priză petru conectarea altor aparate electrice necesare în spațiul de lucru.</p> <p>Accesorii standard: temporizator pentru timpul trecut, 2 prize (2.5A).</p> <p>Obligatori u suport pentru hotă cu înălțimea de $\approx 800-850$ mm +/- 10 mm, filtru HEPA și lampa UV de rezervă.</p> <p>Alimentare electrica: 230 V, 50/60 Hz.</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|------------|-------|---------|------------------------------|--|--|
| | | | | | <p>Panou de inchidere cu lumina UV.</p> <p>CertIFICATE DE CALITATE (CE) PENTRU HOTĂ, FILTRE ȘI LAMPA UV.</p> <p>Calificarea IQ/OQ/PQ și instruirea la momentul instalării, manualul tehnic și setul IQ/OQ/PQ în limba engleză.</p> | |
| Lotul 3 | | | | | | |
| Frigider combinat cu congelator de laborator, să nu fie NO FROST | BDF-25V368 | China | BIOBASE | Conform caietului de sarcini | <p>Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față reglabile pe înălțime pentru nivelare, și 2 rotite montate în partea din spate, pentru a ușura orice mutare necesară.</p> <p>Domeniu de temperatură:</p> <p>Frigider: reglabil între 0 °C și +8 °C;</p> <p>Congelator: reglabil între -10 °C și 25 °C;</p> <p>Acuratețe: 0,1°C;</p> <p>Capacitate:</p> <p>Frigider bruta/neta ~ 189 lit;</p> <p>Congelator bruta/neta ~ 179 lit;</p> <p>Sistem de răcire: 2 circuite separate;</p> <p>Nr. de uși: 2;</p> <p>Nr. de compartimente: 2;</p> <p>Nr. rafturi: 3 + 2 fixe;</p> <p>Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz;</p> <p>Controler integrat;</p> | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Uși reversibile; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Izolație fără HCFC și CFC. | |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana În calitate de: director
Ofertantul: VMS-COMPANIE SRL Adresa: Balti, str.Dostoevski 16/45

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1678103652401

din "27" 03. 2023

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| | |
|--|--|
| | Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1678103652401 |
| | Obiectul achiziției: Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|--------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4290 0000 -5 | Lotul 1 | | | | | | | | | |
| | Hotă cu lux laminar | buc | 5 | 125000.0 | 150000.0 | 625000.0 | 750000.0 | În decurs de 90 de zile după înregistrarea contractului de către Trezoreria de stat, conform DDP Incoterms. | | |
| | Lotul 3 | | | | | | | | | |
| | Frigider combinat cu congelator de laborator, să nu fie NO FROST | buc | 7 | 59166.66 | 71000.0 | 414166.66 | 497000.0 | În decurs de 90 de zile după înregistrarea contractului de către Trezoreria de stat, conform DDP Incoterms. | | |
| | TOTAL | | | | | 1039166.66 | 1247000.0 | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana În calitate de: director

Ofertantul: VMS-COMPANIE SRL Adresa: _Balti, str.Dostoevski 16/45_

