

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP Institutul de Medicină Urgență

Numărul procedurii de	ocds-b3wdp1-MD-1769424966543 / 21555995	din 17 februarie 2026
Obiectul de achiziție: Deservire și întreținere dispozitive medicale – 2026		

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
9	50421000-2	9. Analizoare hematologice KX – 21N, Sysmex (2013)	KX-21N	Sysmex	Japonia	Curățare cameră de TD și linia de proba diluată. Verificare nivel camera capcană, golire în cazul în care necesită. Curățare supapa rotorului (SRV) ȧva eșantion. Întreținere la fiecare 2500 probe. Curățare camera de deșeuri (clătire în secvențe). Curățare traductor (clătire în secvență). Întreținere la fiecare 7500 de probe: Curățare supapa rotorului eșantion (SRV). Întreținere de necesitate. Auto Clătire. Curățare Cupa clătire. WBC / RBC Clean traductor deschidere. Înlocuire rezervor de deșeuri. Reînnoirea sistemului software la (la necesitate). Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. Numărul de vizite per an – 4.	Conform condițiilor licitației	Conform Anunțului de participare pct. 16.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**În calitate de: **Director**Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**