

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1740059380950 din 10.03.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT 2 noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 06.03.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților
IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT 2 "

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1740059380950 din 10.03.2025

pentru o durată de 120 (una sută douăzeci) zile, respectiv până la data de
08.07.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 06.03.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

		Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740059380950 din 10.03.2025						
		Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSB beneficiare pentru anul 2025 REPETAT 2						
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	Stilet de intubație 10F (1664)	Stilet de intubație 10F (1664)	116-10-S 116-10-S//116-10-S 10FR INTUBATION STYLET STERILE	SUA	Medtronic	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 10 F	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 10 F-DA, broșura "Catalog_ETT_rus_07.signed" pag.38	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000661251;DM 000643087
119	Stilet de intubație 12F (1665)	Stilet de intubație 12F (1665)	116-10-S 116-10-S//116-10-S 10FR INTUBATION STYLET STERILE	SUA	Medtronic	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 12 F	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 10 F - DA, broșura "Catalog_ETT_rus_07.signed" pag.38	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000661251;DM 000643087
120	Stilet de intubație 14F (1666)	Stilet de intubație 14F (1666)	116-14-S 116-14-S//116-14-S 14FR INTUBATION STYLET STERILE	SUA	Medtronic	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 14 F	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 14 F- DA, broșura "Catalog_ETT_rus_07.signed" pag.38	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000661252;DM 000643088
121	Stilet de intubație 16F (1667)	Stilet de intubație 16F (1667)	116-14-S 116-14-S//116-14-S 14FR INTUBATION STYLET STERILE	SUA	Medtronic	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 16 F	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 14 F - DA, broșura "Catalog_ETT_rus_07.signed" pag.38	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000661252;DM 000643088
122	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747)	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747)	9570E 7.0mm Endotracheal Tube CUFD	SUA	Medtronic	7.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze ușurînță; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	7.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze ușurînță; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual - da, Fisier "catalog tuburi endotraheale.signed"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000669795

123	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748)	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748)	9475E 7.5mm Endotracheal Tube CUFD	SUA	Medtronic	7.5 material polivinilhidrid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	7.5 material polivinilhidrid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual - da, Fisier "catalog tuburi endotraheale.signed"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000669789
124	Tub polimer/silicon 8x10mm (1774)	Tub polimer/silicon 8x10mm (1774)	350810 SILICONE TUBE 8X10MM	Spania	Deltalab	Tub polimer/silicon medical 8x10mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub polimer/silicon medical 8x10mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C-Da, broșura "silicone tube" pag.1	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: Nu este dispozitiv medical și nu necesită înregistrarea în registrul de stat al DM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Nr. Lot		Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
118	Stilet de intubație 10F (1664)	Stilet de intubație 10F (1664)	Bucată	50	72.41	86.89	3 620.50	4 344.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-	
119	Stilet de intubație 12F (1665)	Stilet de intubație 12F (1665)	Bucată	50	72.41	86.89	3 620.50	4 344.50		33100000-1	-	-	
120	Stilet de intubație 14F (1666)	Stilet de intubație 14F (1666)	Bucată	50	73.76	88.51	3 688.00	4 425.50		33100000-1	-	-	
121	Stilet de intubație 16F (1667)	Stilet de intubație 16F (1667)	Bucată	50	73.76	88.51	3 688.00	4 425.50		33100000-1	-	-	
122	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747)	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747)	Bucată	500	5.50	6.60	2 750.00	3 300.00		33100000-1	-	-	
123	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748)	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748)	Bucată	800	5.50	6.60	4 400.00	5 280.00		33100000-1	-	-	
124	Tub polimer/silicon 8x10mm (1774)	Tub polimer/silicon 8x10mm (1774)	Bucată	25	27.86	33.43	696.50	835.75		33100000-1	-	-	
TOTAL Oferta								22 463.50		26 955.75			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVITMED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1740059380950 din 10.03.2025
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

Obligativ vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligativ cu eticheta produsului.

Data completării: 06.03.2025

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura)