

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]	Certificate de calitate / Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii:						
		Lotul 19						
		Sistem preparare și dispensare medii de cultură	Proficlave PC20B + PS200	Elveția	Biotoollswiss	Descriere: Sistem pentru prepararea mediilor de cultură și dispensarea acestora în vase petri utilizat în laboratorul microbiologic. An producere: 2021-2022 Dispozitiv pentru prepararea mediilor: Compatibil cu dispozitivul de dispensare oferit. Volum preparat: 1-9l; Rezervor detașabil; Material rezervor pentru preparare: Metal inox; Regimuri de lucru: Preparare, autoclavare, baie de apă, dispensare.	Descriere: Sistem pentru prepararea mediilor de cultură și dispensarea acestora în vase petri utilizat în laboratorul microbiologic. An producere: 2022 Dispozitiv pentru prepararea mediilor: Compatibil cu dispozitivul de dispensare oferit. Volum preparat: 1-16l; Rezervor detașabil; Material rezervor pentru preparare: Metal inox; Regimuri de lucru: Preparare, autoclavare, baie de apă, dispensare.	CE/ISO

						Dotat cu sistem de agitare/omogenizare continuă în timpul lucrului; Sistem blocare capac în timpul lucrului; Temperatura de sterilizare: setabilă până la 121C; Acuratețe temperatură: ≤ 1C; Dotat cu sistem de răcire a mediilor; Dotat cu compressor pentru menținerea presiunii în timpul răcirii; Dotat cu sisteme pentru asigurarea sterilității la etapele de răcire și dispensare; Să asigure posibilitatea adăugării aditivilor în timpul preparării. Controlat de microprocesor; Interfața cu utilizatorul: Ecran LCD tactil $\geq 5''$, cu afișare grafică și numerică; Limbă interfață: Engleză/Română/Rusă. Posibilitate imprimare, export și vizualizare date la calculator; Programe de lucru predefinite: ≥ 5; Programe de lucru configurabile: ≥ 10; Nivel zgomot: < 70 dB;	Dotat cu sistem de agitare/omogenizare continuă în timpul lucrului; Sistem blocare capac în timpul lucrului; Temperatura de sterilizare: setabilă până la 121C; Acuratețe temperatură: ≤ 1C; Dotat cu sistem de răcire a mediilor – 20 min. Dotat cu compressor pentru menținerea presiunii în timpul răcirii; Dotat cu sisteme pentru asigurarea sterilității la etapele de răcire și dispensare; Să asigure posibilitatea adăugării aditivilor în timpul preparării. Controlat de microprocesor; Interfața cu utilizatorul: Ecran LCD tactil $\geq 5''$, cu afișare grafică și numerică; Limbă interfață: Engleză Posibilitate imprimare, export și vizualizare date la calculator (Imprimanta + SD card) Programe de lucru predefinite:- 20 Programe de lucru configurabile: -60; Nivel zgomot: < 70 dB;	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

					Tensiune alimentare sistem: 210-240V, 50Hz, ≤16A Dispozitiv pentru dispensare omogenă medii în vase Petri: Compatibil cu dispozitivul de preparare oferit; Volum carusel: ≥200 vase Petri 90mm; Posibilitate utilizare vase Petri de la diferiți producători; Dotat cu sistem marcarea vase Petri; Dotat cu sistem ce asigură sterilitatea dispensării; Volum dispensare: setabil 5-20 ml; Dotat cu sistem răcire vase Petri; Viteză lucru: ≥400 Vase Petri/oră; Dotat cu sistem dispensare în eprubete și flacoane. Limbă interfață: Engleză/Română/Rusă. Alarme: Acustică, Vizuală Tensiune alimentare sistem: 210-240V, 50Hz. Accesorii/consumabile livrate pentru sistem(ambele dispositive):	Tensiune alimentare sistem: 210-240V, 50Hz, 3.2kW Dispozitiv pentru dispensare omogenă medii în vase Petri: Compatibil cu dispozitivul de preparare oferit; Volum carusel: -200 vase Petri 90mm; Posibilitate utilizare vase Petri de la diferiți producători; Dotat cu sistem marcarea vase Petri – imprimanta Dotat cu sistem ce asigură sterilitatea dispensării- lampa UV Volum dispensare: setabil 1-99 ml; Dotat cu sistem răcire vase Petri; Viteză lucru: 800 Vase Petri/oră; Limbă interfață: Engleză/Română/Rusă. Alarme: Acustică, Vizuală Tensiune alimentare sistem: 210-240V, 50Hz. Accesorii/consumabile livrate pentru sistem(ambele dispositive): Hârtie imprimantă, dacă este integrată - pentru 200 cicluri;	
--	--	--	--	--	---	---	--

						Hârtie imprimantă, dacă este integrată - pentru 200 cicluri; Consumabile și accesorii necesare pentru conectarea la rețeaua electrică/apă/canalizare din incinta IMSP SCR ”Timofei Moșneaga. Sistem dedurizare și filtrare apă până la nivelul necesar pentru funcționarea corectă a dispozitivului. Piese necesare pentru mentenanța anuală. Rezervor de rezervă. Set complet de consumabile și accesorii necesare pentru utilizarea și sterilizarea sistemului. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului.	Consumabile și accesorii necesare pentru conectarea la rețeaua electrică/apă/canalizare din incinta IMSP SCR ”Timofei Moșneaga. Sistem dedurizare și filtrare apă până la nivelul necesar pentru funcționarea corectă a dispozitivului. Piese necesare pentru mentenanța anuală. Rezervor de rezervă. Set complet de consumabile și accesorii necesare pentru utilizarea și sterilizarea sistemului. Garantie extinsa pentru 36 de luni. Instalare, darea în exploatare Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.		
		TOTAL						

Semnat digital

Numele, Prenumele: Achifiev Serghei

În calitate de: Director

Ofertantul: Sinapsa

Adresa: str. Kiev 6/1 of 16