

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1643724171354 / 21051064

Obiectul achiziției: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
15.Sterilizator cu plasmă RENO-S130D, Renosem	Deservirea și întreținerea Sterilizator cu plasmă RENO-S130D – a.2022	Coreea	Renosem	– Reînnoirea sistemului software la cea mai actuală versiune – Verificarea modului de aspirare peroxid – Testarea pompei de vacuum și a celei de aer – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare – Curățarea și lubrifierea părților mecanice – Verificarea și curățarea tuturor filtrelor – Curățarea garniturilor de ermeticitate a camerei – Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare) – Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice – Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui	– Reînnoirea sistemului software la cea mai actuală versiune – Verificarea modului de aspirare peroxid – Testarea pompei de vacuum și a compresorului de aer – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare – Curățarea și lubrifierea părților mecanice – Verificarea și curățarea tuturor filtrelor – Curățarea garniturilor de ermeticitate a camerei – Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare) – Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice – Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui	ISO/CE

				– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program	– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program.	
--	--	--	--	--	---	--

Ofertantul: **Edelmed** Adresa:bd Traian 1/1 of 80, mun. Chișinău

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev

În calitate de: Director

Semnat: