

Specificații tehnice (F4.1)								
							din 16.10.2019	
Numărul licitației: 21013070								Alternativa nr.
Denumirea licitației: Servicii de reparație a dispozitivului medical – „colposcop Aohua VME - 1650 S”, anul producerii 2015, pentru a. 2019. Conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1						
50421000-2		Reparația colposcopului „Aohua VME - 1650 S” anul producerii 2015	VME- 1650 S	China	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd	Lucrari de dedemontare-montare a : 1. Videocamera – 1 un. 2. Conectorul canalului de lumina – 1 un 3. Dezasamblarea-asamblarea totala a colonoscopului – 1 un 4. Captuseala capului distal – 1 un 5. Armura capului distal – 1 un 6. Canalul regulator – 1 un 7. Canalul de lumina – 1 un 8. Capacul partii distale – 1 un 9. Capul distal – 1 un Piese: 10. Schimbarea Videocamerei – 1 un 11. Conectorul canalului de lumina – 1 un 12. Tubul regulator – 1 un 13. Canalul de lumina – 1 un 14. Capacul capului distal – 1 un 15. Capul distal – 1 un 16. Sticla de protectie – 1 un 17. Masca – 1 un 18. Canalul de biopsie – 1 un 19. Canalul apa-aer – 1 un 20. Termen de garanție min 2 an	Lucrari de dedemontare-montare a : 1. Videocamera – 1 un. 2. Conectorul canalului de lumina – 1 un 3. Dezasamblarea-asamblarea totala a colonoscopului – 1 un 4. Captuseala capului distal – 1 un 5. Armura capului distal – 1 un 6. Canalul regulator – 1 un 7. Canalul de lumina – 1 un 8. Capacul partii distale – 1 un 9. Capul distal – 1 un Piese: 10. Schimbarea Videocamerei – 1 un 11. Conectorul canalului de lumina – 1 un 12. Tubul regulator – 1 un 13. Canalul de lumina – 1 un 14. Capacul capului distal – 1 un 15. Capul distal – 1 un 16. Sticla de protectie – 1 un 17. Masca – 1 un 18. Canalul de biopsie – 1 un 19. Canalul apa-aer – 1 un 20. Termen de garanție - 2 an	ISO, CE
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23