

		Specificații tehnice (F4.1)												
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]											
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1628088765819						Data: 15 septembrie 2021		Alternativa nr.:			
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022						Lot: 1,2,3,9,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 ,44,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67, 68,69,70,71,77,78,82,83,84,85,86,87,89,100,101,102,103,1 04,105,106,107,108,109,110,111		Pagina: __din —			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință					
1	2		3		4	5	6	7	8					
331000 00-1	1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Ac pentru punctie lombara 18 G	Needle for lumbar puncture 18G (Quincke tip 18G)	China	Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd	1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 18G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc.	1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 18G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual (Quincke tip 18G) Catalog (pagina 1,2) + declaratia producator	CE, ISO					
331000 00-1	2	Ac pentru punctie lombara 19G	Ac pentru punctie lombara 19G	Needle for lumbar puncture 19G (Quincke tip 19G)	China	Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd	1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 19G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual 7. vîrf ascuțit *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc.	1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 19G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual 7. vîrf ascuțit (Quincke tip 19G) Catalog (pagina 1,2) + declaratia producator	CE, ISO					
331000 00-1	3	Ac pentru punctie lombara 20G	Ac pentru punctie lombara 20G	Needle for lumbar puncture 20G (Quincke tip 20G)	China	Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd	1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 20G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc.	1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 20G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual 7. vîrf ascuțit (Quincke tip 20G) Catalog (pagina 1,2) + declaratia producator	CE, ISO					
331000 00-1	9	Bahile (de unica folosinta)	Bahile (de unica folosinta)	CPE Shoe Cover, hand made C401	China	Leboo Healthcare Products Co., Ltd	1. Impermiabil (HDPE, LDPE, CPE) ≥ 15 pm 2.mărime: 41*15cm (devierea admisă 2 cm) 3.dotate cu bandă elastică 4.de unică folosință *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta	1. Impermiabil CPE - 15 pm 2.mărime: 41*15cm 3.dotate cu bandă elastică 4.de unică folosință, Catalog (pagina din catalog 35, C401) + declaratia producator	Declarația de conformitate CE, ISO					

331000 00-1	14	Bonete medicale bufante	Bonete medicale bufante	Mob cap, single elastic N102	China	Leboo Healthcare Products Co., Ltd	1. de unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: câte 50 - 100 buc. 4.greutatea unității nu mai puțin de 3.8 g. 5. Circumferința la extindere min 60 cm.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de	1. de unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: câte 100 buc. 4.greutatea unității nu mai puțin de 3.8 g. 5. Circumferința la extindere min 60 cm. Catalog (pagina din catalog 26, N102) + declaratia producator	Declarația de conformitate CE, ISO		
331000 00-1	18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatric)	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatric)	Suction tube LB622010	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.diametru 10 Fr 3.vîrf atraumatic 4.conector la mîner pentru aspirație. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat	1.diametru 10 Fr 3.vîrf atraumatic 4.conector la mîner pentru aspirație. Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		
331000 00-1	19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatalogie/Pediatric)	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatalogie/Pediatric)	Suction tube LB622006	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.diametru 6 Fr 3.vîrf atraumatic 4.conector la mîner pentru aspirație.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat	1.diametru 6 Fr 3.vîrf atraumatic 4.conector la mîner pentru aspirație. Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		
331000 00-1	20	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatalogie/Pediatric)	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatalogie/Pediatric)	Suction tube LB622008	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.diametru 8 Fr 3.vîrf atraumatic 4.conector la mîner pentru aspirație.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat	1.diametru 8 Fr 3.vîrf atraumatic 4.conector la mîner pentru aspirație. Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		
331000 00-1	21	Cateter de aspiratie CH 14	Cateter de aspiratie CH 14	Suction tube LB622014	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4. atraumatic 5.Ambalare individuală, 6. Pe ambalajul produsului indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		

331000 00-1	22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Suction tube LB621014	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare internationale) a participantului. *În ofertă se va indica	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4. atraumatic 5. cu supapă Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		
331000 00-1	23	Cateter de aspiratie CH 16	Cateter de aspiratie CH 16	Suction tube LB621016	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc.	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4. atraumatic 5.Ambalare individuală, 6. Pe ambalajul produsului indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		
331000 00-1	24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Suction tube LB622016	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare internationale) a participantului. *În ofertă se va indica	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4. atraumatic 5. cu supapă Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		
331000 00-1	25	Cateter de aspiratie CH 18	Cateter de aspiratie CH 18	Suction tube LB621018	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc.	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4. atraumatic 5.Ambalare individuală, 6. Pe ambalajul produsului indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		

331000 00-1	26	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Suction tube LB622018	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare internationale) a participantului. *În ofertă se va indica	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4. atraumatic 5. cu supapă Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		
331000 00-1	27	Cateter i/v periferic 14G	Cateter i/v periferic 14G	Peripheral IV catheter 14G	China	Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd	1.dimensiune: 14 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.dimensiune: 14 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei, steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. Declaratia producator	CE, ISO		
331000 00-1	28	Cateter i/v periferic 16G	Cateter i/v periferic 16G	Peripheral IV catheter 16G	China	Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd	1.dimensiune: 16 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical	1.dimensiune: 16 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei, steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. Declaratia producator	CE, ISO		

331000 00-1	29	Cateter i/v periferic 18G	Cateter i/v periferic 18G	Peripheral IV catheter 18G	China	Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd	1.dimensiune: 18 G2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.dimensiune: 18 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei, steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. Declaratia producator	CE, ISO		
331000 00-1	30	Cateter i/v periferic 20G	Cateter i/v periferic 20G	Peripheral IV catheter 20G	China	Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd	1.dimensiune: 20 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.dimensiune: 20 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei, steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. Declaratia producator	CE, ISO		
331000 00-1	31	Cateter i/v periferic 22G	Cateter i/v periferic 22G	Peripheral IV catheter 22G	China	Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd	1.dimensiune: 22 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul	1.dimensiune: 22 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei, steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. Declaratia producator	CE, ISO		

331000 00-1	32	Cateter i/v periferic 24G	Cateter i/v periferic 24G	Peripheral IV catheter 24G	China	Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd	1.dimensiune: 24 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul	1.dimensiune: 24 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei, steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. Declaratia producator	CE, ISO		
331000 00-1	33	Cateter i/v periferic 26G	Cateter i/v periferic 26G	Peripheral IV catheter 26G	China	Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd	1.dimensiune: 26 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.dimensiune: 26 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei, steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. Declaratia producator	CE, ISO		
331000 00-1	44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Non-woven bed sheet (fabric:SMS)	China	Leboo Healthcare Products Co., Ltd	1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~200*150 cm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.material: nețesut, SMS, 30 g/m.p. 2.dimensiune: ~200*150 cm Catalog (pagina 10) + declaratia producator	Declarația de conformitate CE, ISO		
331000 00-1	45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Non-woven bed sheet (fabric:SMS)	China	Leboo Healthcare Products Co., Ltd	1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~50*40 cm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.material: nețesut, SMS, 30 g/m.p. 2.dimensiune: ~50*40 cm Catalog (pagina 10) + declaratia producator	Declarația de conformitate CE, CE, ISO		

331000 00-1	49	Garou hemostatic cu fixator	Garou hemostatic cu fixator	Tourniquet PM0518	China	Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co., Ltd (Ningbo Primary Supply Chain Solution Co., Ltd.)	1. dimensiuni: lungime ~ 40 cm X lățime ~ 2.5 cm 2.fixator din plastic 3.cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4.material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă;*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile	1. dimensiuni: lungime ~ 40 cm X lățime ~ 2.5 cm 2.fixator din plastic 3.cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4.material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă; Catalog (pagina 36) + declaratie producator	CE, ISO		
	50	Halat chirurgical steril L	Halat chirurgical steril L	STANDARD SURGICAL GOWN L (215633)	Turcia	MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti	1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotat 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.inchidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documentar de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de	1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotat 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.inchidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795. Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		
	51	Halat chirurgical steril M	Halat chirurgical steril M	STANDARD SURGICAL GOWN M (215632)	Turcia	MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti	1.mărimea: M 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotat 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.inchidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documentar de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de	1.mărimea: M 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotat 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.inchidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795. Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		
	52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Halat chirurgical steril ranforsat L	Reinforced Surgical Gown L (215638)	Turcia	MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotat 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.inchidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotat 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.inchidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795. Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		

58	Halat chirurgical steril XL	Halat chirurgical steril XL	STANDARD SURGICAL GOWN XL (215634)	Turcia	MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti	1.mărimea: XL 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul	1.mărimea: XL 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795. Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		
59	Halat chirurgical steril XXL	Halat chirurgical steril XXL	STANDARD SURGICAL GOWN XXL (215635)	Turcia	MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti	1.mărimea: L 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul	1.mărimea: L 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795. Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Halate de unica folosinta cu legaturi	Isolation gown N302	China	Leboo Healthcare Products Co., Ltd	Halat medical de uz unic, material neșut, densitatea min 35g/m.p. Lungimea min 140cm, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate a produsului finit. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională)	Halat medical de uz unic, material neșut, densitatea 35g/m.p. Lungimea min 140cm, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Catalog pagina din catalog 21, N302+declaratia producator	Declarația de conformitate CE, ISO		
63	Masca de examinare simpla	Masca de examinare simpla	Face mask N203	China	Leboo Healthcare Products Co., Ltd	1.material: polipropilenă - neșut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documentar de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc.	1.material: polipropilenă - neșut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: albastru 4. fixator pentru nas Catalog pagina din catalog 28, N203+declaratia producator	Declarația de conformitate CE, ISO		
64	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	Safe blood sampling needle (double wing type) G19	China	Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd	1.mărime:19 G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate	1.mărime:19 G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii Catalog (pagina 9) +declaratia producator	CE, ISO		

65	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	Safe blood sampling needle (double wing type) G20	China	Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd	1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul	1.mărime: 20 G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii Catalog (pagina 9) +declaratia producator	CE, ISO		
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Safe blood sampling needle (double wing type) G21	China	Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd	1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul	1.mărime: 21 G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii Catalog (pagina 9) +declaratia producator	CE, ISO		
67	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Safe blood sampling needle (double wing type) G22	China	Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd	1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul	1.mărime: 22 G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii Catalog (pagina 9) +declaratia producator	CE, ISO		
68	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	Safe blood sampling needle (double wing type) G23	China	Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd	1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul	1.mărime: 23 G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii Catalog (pagina 9) +declaratia producator	CE, ISO		
69	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Safe blood sampling needle (double wing type) G24	China	Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd	1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul	1.mărime: 24 G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii Catalog (pagina 9) +declaratia producator	CE, ISO		

70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Safe blood sampling needle (double wing type) G25	China	Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd	1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul	1.mărime: 25 G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de inchidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii Catalog (pagina 9) +declaratia producator	CE, ISO		
71	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Safe blood sampling needle (double wing type) G27	China	Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd	1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii **Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul	1.mărime: 27 G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de inchidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii Catalog (pagina 9) +declaratia producator	CE, ISO		
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Urine drainage bag 2 l HK-B01	China	Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd	1.volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate (g) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonda urinară) 7.Ambalaj individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulatate internationale) a participantului. *În ofertă se va	1.volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate (g) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonda urinară) 7.Ambalaj individual Pagina din catalog 12, cod: HK-B01	CE, ISO		
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Saci deseuri (galbene) 50 l	DANGEROUS WASTE BAG 50 l PH05560	Turcia	Telkar Cevre Saglik Endustriyel Plastik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi	1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2. cu pictogramă "Pericol biologic" 3.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hirtie avizate cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulatate internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2. cu pictogramă "Pericol biologic" 3.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor Catalog (pagina 82)+declaratie producator	CE, ISO		

82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	SURGICAL SET FOR LABOR (LONG-TERM) INTERVENTIONS 2156318	Turcia	MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp in forma de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110 cm (+/-5 cm); • Banda de pozitionare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioara. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Camp parte laterala. 95*105 cm (+/- 10 cm) - 2 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp in forma de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110 cm (+/-5 cm); • Banda de pozitionare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioara. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Camp parte laterala. 95*105 cm (+/- 10 cm) - 2 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc Data sheet+declaratie producator	CE, ISO		
83	Set chirurgical standard steril	Set chirurgical standard steril	STERILE STANDARD SURGICAL SET 2156319	Turcia	MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioarS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) 1 buc *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioarS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc Data sheet+declaratie producator	CE, ISO		
84	Set de nastere steril	Set de nastere steril	Set de naștere steril N7604	China	Leboo Healthcare Products Co., Ltd	I. 1. cearșaf laminat 2.mărime: 100 X 75 cm 3. 1 bucată II. 1.șervețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70 cm (+/-5 cm) 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime :90 X 60 cm 3.1 bucată IV.1.șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 bucată VI.1.mască chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 bucată VII. 1.cerșaf 2. material: SMS 3.mărime: 130 X 75 cm 4.1 bucată VIII.1.camă ombelicală 2. 1 bucată IX.1.mini rului de vată 2. 2 buc *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate	I. 1. cearșaf laminat 2.mărime: 100 X 75 cm 3. 1 bucată II. 1.șervețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70 cm (+/-5 cm) 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime :90 X 60 cm 3.1 bucată IV.1.șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 bucată VI.1.mască chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 bucată VII. 1.cerșaf 2. material: SMS 3.mărime: 130 X 75 cm 4.1 bucată VIII.1.camă ombelicală 2. 1 bucată IX.1.mini rului de vată 2. 2 buc Data sheet + Declaratia producator	CE, ISO		

85	Set ginecologic	Set ginecologic	Gynecological set SMG-01	China	Changzhou Shuangma Medical Device Co., Ltd	I. 1. oglinda vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3. depărtător tip „surub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6. mărimi disponibile S, M, L II. 1. mănuși de unică folosință - 2buc. III. 1. periută cito-brush combi 2. steril - 1 buc. IV. 1. cearșaf (de așternut) V 1. ambalat individual (set) **Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internaționala) a participantului. *În ofertă se va indica	I. 1. oglinda vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3. depărtător tip „surub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6. mărimi disponibile S, M, L II. 1. mănuși de unică folosință - 2buc. III. 1. periută cito-brush combi 2. steril - 1 buc. IV. 1. cearșaf (de așternut) V 1. ambalat individual (set) Catalog+declaratia producator	CE, ISO		
86	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Kit for epidural anesthesia, with filter, needle G18	China	Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd	I. 1. ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10 cm II. 1. cateter mărime 19G, 90 cm III. 1. adaptor Tuhy Borst IV. 1. filtru hidrofilic antibacterial V. 1. seringă - 10 ml 2. conector luer-lock 3. steril PVC 4. radiopac *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de	I. 1. ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10 cm II. 1. cateter mărime 19G, 90 cm III. 1. adaptor Tuhy Borst IV. 1. filtru hidrofilic antibacterial V. 1. seringă - 10 ml 2. conector luer-lock 3. steril PVC 4. radiopac Catalog (pagina 4) + Declaratia producator	CE, ISO		
87	Set pentru cezariana	Set pentru cezariana	SET FOR CAESAREAN (2156320)	Turcia	MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti	I. 1. cearșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1. cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2. mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1. cearșaf pentru nou-nascut 2. mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV. 1. clamă ombilicală - 1 buc. V. 1. halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI. 1. prosop pentru mâini 2. mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII. 1. cearșaf 2. mărime: 100 x 100 cm - 1 buc. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internaționala) a participantului. *În ofertă se va indica	I. 1. cearșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1. cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2. mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1. cearșaf pentru nou-nascut 2. mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV. 1. clamă ombilicală - 1 buc. V. 1. halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI. 1. prosop pentru mâini 2. mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII. 1. cearșaf 2. mărime: 100 x 100 cm - 1 buc. Data sheet+declaratia producator	CE, ISO		
89	Sisteme stomice	Sisteme stomice	One-pc open Pouch 1087000F	China	BAO-Health Medical Instrument Co., Ltd.	Sistem stomic drenabil dintr-o singură piesă 1. cu evacuare 2. de tip deschis 3. dimensiuni: ~ 30 x 15 cm 4. sac din polipropilenă cu fereastra de vizualizare 5. flansa adezivă pentru fixare ≥ 24 ore 6. mecanism de eliminare de tip deschis 7. O clemă la maximum 5 pungi 8. cu filtru de cărbune activat 9. Gaura de tăiere (dimensiune ochi) min 10-15 mm până la max 65-70 mm 10. Flanșă flexibilă cu suport de adeziv hidrocoloid special hipotalergenic cu aderare sigură și protecție maximă a pielii. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre -	Sistem stomic drenabil dintr-o singură piesă 1. cu evacuare 2. de tip deschis 3. dimensiuni: ~ 30 x 15 cm 4. sac din polipropilenă cu fereastra de vizualizare 5. flansa adezivă pentru fixare ≥ 24 ore 6. mecanism de eliminare de tip deschis 7. O clemă la maximum 5 pungi 8. cu filtru de cărbune activat 9. Gaura de tăiere (dimensiune ochi) min 10-15 mm până la max 65-70 mm 10. Flanșă flexibilă cu suport de adeziv hidrocoloid special hipotalergenic cu aderare sigură și protecție maximă a pielii. Data sheet+declaratia producator	Declarația de conformitate CE, ISO		

	100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Stomach tube HK-C03	China	Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd	1.dimensiuni: CH10, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale) a	1.dimensiuni: CH10, lungime:100 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Catalog (pagina 18) + declaratia producator	CE, ISO		
	101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Stomach tube HK-C03	China	Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd	1.dimensiuni: CH12, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual **Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale) a	1.dimensiuni: CH12, lungime:100 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Catalog (pagina 18) + declaratia producator	CE, ISO		
	102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Stomach tube HK-C03	China	Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd	1.dimensiuni: CH14, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale) a	1.dimensiuni: CH14, lungime:100 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Catalog (pagina 18) + declaratia producator	CE, ISO		
	103	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Stomach tube HK-C03	China	Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd	1.dimensiuni: CH16, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale) a	1.dimensiuni: CH16, lungime:100 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Catalog (pagina 18) + declaratia producator	CE, ISO		
	104	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Stomach tube HK-C03	China	Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd	1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale) a	1.dimensiuni: CH18, lungime:100 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Catalog (pagina 18) + declaratia producator	CE, ISO		

105	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Stomach tube HK-C03	China	Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd	1.dimensiuni: CH 20, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare internationale) a	1.dimensiuni: CH20, lungime:100 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Catalog (pagina 18) + declaratia producator	CE, ISO		
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Stomach tube HK-C03	China	Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd	1.dimensiuni: CH6, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare internationale) a	1.dimensiuni: CH6, lungime:100 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Catalog (pagina 18) + declaratia producator	CE, ISO		
107	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Stomach tube HK-C03	China	Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd	1.dimensiuni: CH8, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare internationale) a	1.dimensiuni: CH8, lungime:100 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Catalog (pagina 18) + declaratia producator	CE, ISO		
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile N100 cod C0105	China	Dalian Wenjing Wooden Industry Co., Ltd	1.material: lemn, margini si suprafete fin slefuite 2.dimensiuni: 150 x 18 x 1.6 - 2 mm 3.ambalate individual a cite 100 buc 4.Steril. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc.	1.material: lemn, margini si suprafete fin slefuite 2.dimensiuni: 150 x 18 x 1.6 - 2 mm 3.ambalate individual a cite 100 buc 4.Steril. Catalog (cod C0105) + declaratia producator	CE, ISO		
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Specula ginecologica tip Cusco L	Disposable vaginal speculum L (French type 2) SMV-05	China	Changzhou Shuangma Medical Device Co., Ltd	1.ogîndă vaginală tip Cusco 2. mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergice, apirogene *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate	1.ogîndă vaginală tip Cusco 2. mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergice, apirogene Catalog + declaratia producator	CE, ISO		

	110	Specula ginecologica tip Cusco M	Specula ginecologica tip Cusco M	Disposable vaginal speculum M (French type 2) SMV-05	China	Changzhou Shuangma Medical Device Co., Ltd	1.oglindă vaginală tip Cusco 2. mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergice, apirogene *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate	1.oglindă vaginală tip Cusco 2. mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergice, apirogene Catalog + declaratia producator	CE, ISO		
	111	Specula ginecologica tip Cusco S	Specula ginecologica tip Cusco S	Disposable vaginal speculum S (French type 2) SMV-05	China	Changzhou Shuangma Medical Device Co., Ltd	1.oglindă vaginală tip Cusco 2. mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergice, apirogene *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate	1.oglindă vaginală tip Cusco 2. mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergice, apirogene Catalog + declaratia producator	CE, ISO		

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1628088765819

Data: 15 septembrie 2021

Alternativa nr.:

Pagina: __ din __

Lot:
1,2,3,9,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2
9,30,31,32,33,44,45,49,50,51,52,53,54,55,56,
57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,77,78
.82,83,84,85,86,87,89,100,101,102,103,104,1
05,106,107,108,109,110,111

Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimată
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
331000 00-1	1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată	1798	5,68	6,1344	10 212,64	11 029,65	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	11 553,95
331000 00-1	2	Ac pentru punctie lombara 19G	Ac pentru punctie lombara 19G	Bucată	529	5,68	6,1344	3 004,72	3 245,10	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	3 399,35
331000 00-1	3	Ac pentru punctie lombara 20G	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată	2889	5,68	6,1344	16 409,52	17 722,28	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	18 564,71
331000 00-1	9	Bahile (de unica folosinta)	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630	0,252	0,27216	521 798,76	563 542,66	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	795 121,92
331000 00-1	14	Bonete medicale bufante	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070	0,34	0,3672	674 583,80	728 550,50	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	840 253,65
331000 00-1	18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Neonatalogia/Radietria)	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Neonatalogia/Radietria)	Bucată	22955	1,39	1,5012	31 907,45	34 460,05	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	27 063,95
331000 00-1	19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatalogia/Radietria)	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatalogia/Radietria)	Bucată	9965	1,39	1,5012	13 851,35	14 959,46	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	11 688,95
331000 00-1	20	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatalogia/Radietria)	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatalogia/Radietria)	Bucată	23725	1,39	1,5012	32 977,75	35 615,97	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	27 829,43
331000 00-1	21	Cateter de aspiratie CH 14	Cateter de aspiratie CH 14	Bucată	5700	1,39	1,5012	7 923,00	8 556,84	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	7 797,60
331000 00-1	22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucată	13515	1,39	1,5012	18 785,85	20 288,72	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	18 488,52
331000 00-1	23	Cateter de aspiratie CH 16	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720	1,39	1,5012	6 560,80	7 085,66	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	6 456,96
331000 00-1	24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Bucată	47515	1,39	1,5012	66 045,85	71 329,52	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	65 000,52
331000 00-1	25	Cateter de aspiratie CH 18	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975	1,39	1,5012	9 695,25	10 470,87	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	9 541,80
331000 00-1	26	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Bucată	30491	1,39	1,5012	42 382,49	45 773,09	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	41 711,69
331000 00-1	27	Cateter i/v periferic 14G	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621	5,69	6,1452	31 983,49	34 542,17	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	32 814,45
331000 00-1	28	Cateter i/v periferic 16G	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876	5,69	6,1452	39 124,44	42 254,40	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	40 140,93
331000 00-1	29	Cateter i/v periferic 18G	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684	5,16	5,5728	607 249,44	655 829,40	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	641 848,54
331000 00-1	30	Cateter i/v periferic 20G	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124	5,16	5,5728	888 159,84	959 212,63	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda bona fideiului pe neajunsul	938 764,30

331000 00-1	31	Cateter i/v periferic 22G	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037	5,16	5,5728	1 011 550,92	1 092 474,99	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	1 069 185,80
331000 00-1	32	Cateter i/v periferic 24G	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082	5,16	5,5728	511 263,12	552 164,17	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	540 393,23
331000 00-1	33	Cateter i/v periferic 26G	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100	5,16	5,5728	253 356,00	273 624,48	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	291 654,00
331000 00-1	44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	146324	6,95	7,506	1 016 951,80	1 098 307,94	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	1 641 755,28
331000 00-1	45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	4,94	5,3352	633 703,20	684 399,46	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	487 977,12
331000 00-1	49	Garou hemostatic cu fixator	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	12,13	13,1004	112 517,88	121 519,31	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	231 900,00
331000 00-1	50	Halat chirurgical steril L	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	26,95	29,106	1 860 628,00	2 009 478,24	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	2 415 019,20
331000 00-1	51	Halat chirurgical steril M	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	27,2	29,376	482 120,00	520 689,60	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	610 803,50
331000 00-1	52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	31,5	34,02	303 975,00	328 293,00	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	392 562,00
331000 00-1	53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	31,5	34,02	183 015,00	197 656,20	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	236 350,80
331000 00-1	54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	37,8	40,824	68 040,00	73 483,20	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	73 224,00
331000 00-1	55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	31,5	34,02	344 925,00	372 519,00	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	445 446,00
331000 00-1	56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	31,5	34,02	484 470,00	523 227,60	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	625 658,40
331000 00-1	57	Halat chirurgical steril S	Halat chirurgical steril S	Bucată	3100	31,2	33,696	96 720,00	104 457,60	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	105 400,00
331000 00-1	58	Halat chirurgical steril XL	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	27,5	29,7	1 760 825,00	1 901 691,00	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	2 241 050,00
331000 00-1	59	Halat chirurgical steril XXL	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	27,5	29,7	2 164 250,00	2 337 390,00	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	2 817 460,00
331000 00-1	60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată	368270	7,8	8,424	2 872 506,00	3 102 306,48	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	3 167 122,00
331000 00-1	63	Masca de examinare simpla	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,275	0,297	2 380 290,00	2 570 713,20	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	5 903 119,20
331000 00-1	64	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 19	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	0,59	0,6372	2 345,25	2 532,87	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	4 340,70
331000 00-1	65	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată	7235	0,59	0,6372	4 268,65	4 610,14	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	4 063,18
331000 00-1	66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată	33395	0,59	0,6372	19 703,05	21 279,29	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	18 133,49
331000 00-1	67	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată	54900	0,5292	0,571536	29 053,08	31 377,33	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	29 810,70
331000 00-1	68	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată	78755	0,5292	0,571536	41 677,15	45 011,32	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	42 763,97
331000 00-1	69	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Bucată	12105	0,59	0,6372	7 141,95	7 713,31	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	6 798,17
331000 00-1	70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată	14686	0,59	0,6372	8 664,74	9 357,92	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	7 974,50
331000 00-1	71	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată	3415	0,59	0,6372	2 014,85	2 176,04	1. în termen de pină la 20 de zile de la comanda bonafoierului pe parcursul	1 991,63

331000 00-1	77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	3,78	4,0824	609 203,70	657 940,00	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	520 240,62
331000 00-1	78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	601315	1,96	2,1168	1 178 577,40	1 272 863,59	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	1 984 339,50
331000 00-1	82	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril	Bucată	3006	178,82	193,1256	537 532,92	580 535,55	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	631 260,00
331000 00-1	83	Set chirurgical standard steril	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	122,85	132,678	1 528 991,10	1 651 310,39	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	1 929 130,00
331000 00-1	84	Set de nastere steril	Set de nastere steril	Bucată	19126	89,96	97,1568	1 720 574,96	1 858 220,96	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	2 103 860,00
331000 00-1	85	Set ginecologic	Set ginecologic	Bucată	86698	9,07	9,7956	786 350,86	849 258,93	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	699 132,67
331000 00-1	86	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Bucată	3175	59,25	63,99	188 118,75	203 168,25	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	222 885,00
331000 00-1	87	Set pentru cezariana	Set pentru cezariana	Bucată	3417	218,92	236,4336	748 049,64	807 893,61	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	801 433,09
331000 00-1	89	Sisteme stomice	Sisteme stomice	Bucată	17845	11,72	12,6576	209 143,40	225 874,87	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	263 820,48
331000 00-1	100	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 10	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 10	Bucată	2846	2,65	2,862	7 541,90	8 145,25	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	5 805,84
331000 00-1	101	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 12	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 12	Bucată	3092	2,65	2,862	8 193,80	8 849,30	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	6 307,68
331000 00-1	102	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 14	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 14	Bucată	4831	2,65	2,862	12 802,15	13 826,32	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	9 855,24
331000 00-1	103	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 16	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 16	Bucată	14068	2,8	3,024	39 390,40	42 541,63	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	30 386,88
331000 00-1	104	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 18	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 18	Bucată	18008	2,8	3,024	50 422,40	54 456,19	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	38 897,28
331000 00-1	105	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 20	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 20	Bucată	5058	2,65	2,862	13 403,70	14 476,00	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	10 318,32
331000 00-1	106	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 6	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 6	Bucată	1509	2,65	2,862	3 998,85	4 318,76	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	3 078,36
331000 00-1	107	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 8	Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 8	Bucată	3495	2,65	2,862	9 261,75	10 002,69	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	7 129,80
331000 00-1	108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	15,99	17,2692	486 399,81	525 311,79	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	710 867,69
331000 00-1	109	Specula ginecologica tip Cusco L	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	3,85	4,158	113 613,50	122 702,58	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	99 460,50
331000 00-1	110	Specula ginecologica tip Cusco M	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată	152195	3,375	3,645	513 658,13	554 750,78	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	481 240,59
331000 00-1	111	Specula ginecologica tip Cusco S	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	47250	3,45	3,726	163 012,50	176 053,50	1. în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul	159 251,40

28 606 873,69

30 895 423,59

37 668 709,00