

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1764921085704 din 15.12.2025
Obiectul achiziției: Oxygen medical gazos pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL – 1 Oxigen medical gazos						
1.1.	Oxigen medical gazos		MD	S.C. DIROVE-NO RD S.R.L.	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 40 l ce conține 6,3 m³ de gaz cu presiunea 150 atm. Concentrația nu mai puțin de 99,5%. Standarde de referință ce atestă calitatea produsului GOST 5583-78. Livrare în decurs de două zile din momentul solicitării. <i>Notă:</i> Prețul include livrarea, încărcarea, descărcarea și montarea buteliei.	GOST 5583-78
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dilion Veacecslav În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.C. DIROVE-NORD S.R.L. Adresa: or. Falesti , str. Cernauti 1