

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1722601364690 din 23.09.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catetere, sonde și tuburi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 2) noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 23.09.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____
(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catetere,
sonde și tuburi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea
2) "

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1722601364690 din 23.09.2024

pentru o durată de 120 (una sută douăzeci) zile, respectiv până la data de
21.01.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 23.09.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1722601364690 din 23.09.2024		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catetere, sonde și tuburi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 2)		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
369	Stilet de intubație cu lubrifiant 10FR (1668)	Stilet de intubație cu lubrifiant 10FR (1668)	116-10-S 116-10-S//116-10-S 10FR INTUBATION STYLET STERILE	SUA	Medtronic	10FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.	10FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.-DA, broșura "Catalog_ETT_rus_07.signed" pag.38	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000661251;DM000643087
371	Stilet de intubație cu lubrifiant 14FR (1670)	Stilet de intubație cu lubrifiant 14FR (1670)	116-14-S 116-14-S//116-14-S 14FR INTUBATION STYLET STERILE	SUA	Medtronic	14FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.	14FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.DA, broșura "Catalog_ETT_rus_07.signed" pag.38	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000661252;DM000643088
437	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (1749)	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (1749)	9480E 9480E CE 8.0MM ENDOTRACH TUBE CUFD X10	SUA	Medtronic	8.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcă în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	Fisier "catalog tuburi endotraheale.signed", 8.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcă în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detașeze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril Ambalat individual	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000669790
438	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (1750)	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (1750)	9485E 9485E CE 8.5MM ENDOTRACH TUBE CUFD X10	SUA	Medtronic	8.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcă în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	Fisier "catalog tuburi endotraheale.signed", 8.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcă în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detașeze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril Ambalat individual	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000669791
459	Tub polimer/silicon 5x7mm (1771)	Tub polimer/silicon 5x7mm (1771)	350057 SILICONE TUBE 5X7MM	Spania	Deltalab	Tub polimer/silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub polimer/silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C-Da, broșura "silicone tube" pag.1	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: Nu este dispozitiv medical si nu necesita înregistrarea in registrul de stat al DM
461	Tub polimer/silicon 7x9mm (1773)	Tub polimer/silicon 7x9mm (1773)	350079 SILICONE TUBE 7X9 MM	Spania	Deltalab	Tub polimer/silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub polimer/silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C-Da, broșura "silicone tube" pag.1	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: Nu este dispozitiv medical si nu necesita înregistrarea in registrul de stat al DM

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

462	Tub polimer/silicon 8x10mm (1774)	Tub polimer/silicon 8x10mm (1774)	350810 SILICONE TUBE 8X10MM	Spania	Deltalab	Tub polimer/silicon medical 8x10mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub polimer/silicon medical 8x10mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C-Da, broșura "silicone tube" pag.1	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: Nu este dispozitiv medical și nu necesită înregistrarea în registru de stat al DM
-----	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------	----------	--	--	---

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1722601364690 din 23.09.2024								
Obiectul achiziției:				Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catetere, sonde și tuburi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 2)								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
369	Stilet de intubație cu lubrifiant 10FR (1668)	Stilet de intubație cu lubrifiant 10FR (1668)	Bucată	32	72.41	86.89	2 317.12	2 780.48	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
371	Stilet de intubație cu lubrifiant 14FR (1670)	Stilet de intubație cu lubrifiant 14FR (1670)	Bucată	60	73.76	88.51	4 425.60	5 310.60	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
437	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (1749)	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (1749)	Bucată	20608	7.90	9.48	162 803.20	195 363.84	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
438	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (1750)	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (1750)	Bucată	12328	7.90	9.48	97 391.20	116 869.44	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
459	Tub polimer/silicon 5x7mm (1771)	Tub polimer/silicon 5x7mm (1771)	Bucată	530	18.28	21.94	9 688.40	11 628.20	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
461	Tub polimer/silicon 7x9mm (1773)	Tub polimer/silicon 7x9mm (1773)	Bucată	1505	22.07	26.48	33 215.35	39 852.40	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVITMED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

462	Tub polimer/silicon 8x10mm (1774)	Tub polimer/silicon 8x10mm (1774)	Bucată	1025	27.86	33.43	28 556.50	34 265.75	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							338 397.37	406 070.71				

Semnat:_____Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1722601364690 din 23.09.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

-Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

-Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.

Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"

Data completării: 23.09.2024

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)