

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1657204586998 din 25.07.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 4)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Congelator	TC 213-2	Germania	tritec GmbH	Conform caietului de sarcini	<p>Destinație: pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine congelate.</p> <p>Tip: vertical, cu două uși;</p> <p>Volumul camerei interne: -1500 litri volum brut, 1320 litri volum utilizabil ;</p> <p>Temperatura: - de la minus 15°C până la minus 30°C; - reglabilă;</p> <p>- programabilă; - precizie ± 1°C.</p> <p>Monitorizarea temperaturii: - exportul/importul datelor prin intermediul unui port USB și internet (după care pot fi integrate în sistemul SIA serviciul de sânge); - sistem electronic de control.</p> <p>Panoul de informații: - permite vizualizarea parametrilor de temperatură în timp zilnic/săptămânal;</p>	

					<p>- asigurat cu alarmă în caz de depășire a parametrilor programați.</p> <p>Suprafața camerei interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oțel acoperit cu material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. <p>Suprafețele exterioare din oțel acoperit cu material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară..</p> <p>Componente obligatorii prezente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materialul sertarelor oțel inoxidabil; - suprafața perforată pentru circulația aerului; - sertare în număr de 12 unități, reglabile; - asigurate cu sistem telescopic. <p>Sistemul de răcire:</p> <p>Aer forțat;</p> <p>Sistemul de decongelare automat.</p> <p>Agentul frigorific: R 290a, Ecologic, aprobat de CE</p> <p>Parametrii rețelei electrice: 220/ 50 Hz.</p> <p>Echipament electric cu Declarație de conformitate CE</p> <p>Declarație de la producător prin care se confirmă că echipamentul electric este destinat pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine congelate.</p> <p>-Se vor prezenta la livrare copiile manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a echipamentul electric, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Se va livra și instala echipamentul electric, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar corespunzător locațiilor de instalare Chișinău, Bălți și Cahul.</p> <p>-Se vor instrui gratuit personalul implicat în operarea echipamentul electric, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a echipamentul electric.</p> <p>-Se va asigura funcționalitatea, mentenanța și reparația echipamentelor electrice pe toată perioada de garanție</p> <p>-Se garantează anul producerii echipamentul electric in 2022.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					- Se garanteaza period de garanție de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau