

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21371676 din 225.02.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea manometrelor.

Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
	LOTUL 1						
1.1	Manometre	Manometre	Russia	Teplopribor	DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar , cl. de exactitate 2,5	DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 MPa , cl. de exactitate 2,5	
	LOTUL 2						
2.1	Manometre	Manometre	Russia	Teplopribor	DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 bar , cl. de exactitate 2,5	DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 MPa , cl. de exactitate 2,5	
	LOTUL 3						

3.1	Manometre	Manometre	Russia	Teplopribor	DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar , cl. de exactitate 2,5	DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar , cl. de exactitate 2,5	
LOTUL 4							
4.1	Manometre	Manometre	Russia	Teplopribor	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-1 kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-1 kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	
LOTUL 5							
5.1	Manometre	Manometre	Russia	Teplopribor	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-1,6 kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-1,6 kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	
LOTUL 6							
6.1	Manometre	Manometre	Russia	Teplopribor	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	
LOTUL 7							
7.1	Manometre	Manometre	Russia	Teplopribor	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	
LOTUL 8							
8.1	Manometre	Manometre	Russia	Teplopribor	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16	

						kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	
	LOTUL 9						
9.1	Manometre	Manometre	Russia	Teplopribor	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	
	LOTUL 10						
10.1	Manometru cu contacte electrice	Manometru cu contacte electrice	Russia	Teplopribor	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 kgf/cm² , cl. de exactitate 2,5	

Semnat:_____ Numele, Prenumele Ciornii Victor În calitate de: Director
Ofertantul: „CANDOARE” SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Igor Vieru 6/1-51