

**Specificații tehnice (F4.1)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

**Numărul procedurii de achiziție: 21015980 din 09 decembrie 2019**

| Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2020 |         |                                 |                          |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cod CPV                                                            | Nr. Lot | Denumire bunurilor              | Modelul articolului      | Țara de origine | Produ-cătorul  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standarde de referință |
| 1                                                                  |         | 2                               | 3                        | 4               | 5              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                      |
| 33600000-6                                                         | 246     | 246.Tub endotraheal (radioopac) | 100/150/065, 100/150/090 | Smiths          | Marea Britanie | Tub endotraheal adult oral/nazal Magill, cu ochi Murphy p/u a preveni atelectazia de lob superior drept, balonaș de formă cilindrică și lungime mică p/u a preveni microaspirația, sigilează căile aeriene superioare la o presiune <20-25cm H2O, p/u a nu produce colapsul capilarelor, asigură un contact mai bun cu conturul traheal, din poliuretan, cu grosimea <15 microni și presiune de plesnire a balonașului >800 cm H2O, cu marcaj continuu radioopac, cu 5 marcaje care asigură plasarea corectă a sondei (marcaj gros ce asigură trecerea de corzile vocale și încă 4 subțiri p/u o mai mare precizie a intubării), vârf atraumatic, diametru extern 6,5-9mm. | Tub endotraheal adult oral/nazal Magill, cu ochi Murphy p/u a preveni atelectazia de lob superior drept, balonaș de formă cilindrică și lungime mică p/u a preveni microaspirația, sigilează căile aeriene superioare la o presiune <20-25cm H2O, p/u a nu produce colapsul capilarelor, asigură un contact mai bun cu conturul traheal, din poliuretan, cu grosimea <15 microni și presiune de plesnire a balonașului >800 cm H2O, cu marcaj continuu radioopac, cu 5 marcaje care asigură plasarea corectă a sondei (marcaj gros ce asigură trecerea de corzile vocale și încă 4 subțiri p/u o mai mare precizie a intubării), vârf atraumatic, diametru extern 6,5-9mm.<br><br>Codul Produsului:100/150/065, 100/150/090<br>Certificat CE ,<br>Certificat ISO 13485<br>Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. | CEE, ISO               |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7