

		Anexa 22. Specificații tehnice				
			<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>			
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1758873042488			Data: „19” Octombrie 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.25)				Pagina: 1 din 7

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100000-1	Lot 8	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120	Ultrasonic 1300	Italia	Eme Srl	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120 este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Specificație Ecran dimensiune min. 4 inch color, touch-screen Frecvența de lucru diapazon minim 1-3 MHz Moduri de operare continuu sau pulsatoriu Funcția de comutarea automată a frecvenței obligatoriu Testarea automată da	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Specificație: Ecran dimensiune min. 4 inch, color, touch-screen - DA (pag. 21 din user manual) Frecvența de lucru diapazon minim 1-3 MHz - DA (pag. 21 din user manual) Moduri de operare continuu sau pulsatoriu - DA (pag. 6 din user manual) Funcția de comutarea automată a frecvenței obligatoriu - DA Testarea automată - DA Suprafața de contact a sondei min. 5 cm2 - DA	ISO 13485

							Suprafata de contact a sondei min. 5 cm² Posibilitatea reglarii puterii obligatoriu Timpul de tratament 1-30 min. Alarma finalizare tratament obligatoriu Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 30 Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 50 Tensiune 220V 50Hz Accesorii Sondă cu suprafată de $\sim 1 \text{ cm}^2$: ≥ 1 bucată; Sondă cu suprafată de $\sim 4-5 \text{ cm}^2$: ≥ 1 bucată. (să se indice codul produsului) Gel contact, să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	(pag. 10 din user manual) Posibilitatea reglarii puterii obligatoriu - DA Timpul de tratament 1-30 min. (pag. 21 din user manual) Alarma finalizare tratament obligatoriu - DA (pag. 14 din user manual - functia BUZZER) Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu - DA Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 30 - DA (pag. 21 in user manual). Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 50 - DA (pag. 17 in user manual) Tensiune 220V 50Hz - DA (pag. 21 in user manual) Accesorii Sondă cu suprafată de $\sim 1 \text{ cm}^2$: ≥ 1 bucată; - DA (REF TV1, pag. 10 din user manual) Sondă cu suprafată de $\sim 4-5 \text{ cm}^2$: ≥ 1 bucată. -	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								DA (REF TV5, pag. 10 din user manual) Gel contact - Ultrasound gel bottle 1000ml (pag. 10 din user manual) Troleu dispozitiv 1 buc. - DA (Trolley 3 shelves (60x37x86cm) REF ACSL007, pag. 10 din user manual)	
33100000-1	Lot 9	Dispozitiv pentru electroterapie 400140	Dispozitiv pentru electroterapie 400140	Therapic 9400	Italia	Eme Srl	Electroterapie Cod 400140 Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 5 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 3 buc. Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Semnal stimulare CC si CV	Dispozitiv Electroterapie - Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Specificație: Ecran dimensiune ≥ 5 inch, color, touch-screen - DA (pag. 28 din user manual) Canale independente ≥ 3 buc. - DA (4 canale, pag. 28 din user manual) Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert - DA (pag. 35-38 din user manual)	ISO 13485

							Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 200 protocoale Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 100 programe Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc.,	Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu - DA Semnal stimulare CC si CV - DA Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min - DA (pag. 28 din user manual) Alarma finalizare tratament obligatoriu - DA (pag. 14 din user manual) Librarie de protocoale interne de tratemant $\geq$ 200 protocoale - DA (pag. 28 din user manual). Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 100 programe - DA (pag. 15 din user manual). Port USB sau analogic - DA (pag. 12 din user manual) Tensiune 220V, 50 HZ - DA (pag. 28 din user manual) Accesorii Cabluri bipolare 4 buc. - DA (Output cables for 2 channels (CH1-2 /	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							să se indice codul produsului	CH3-4, pag. 10 din user manual, REF ACC603/9) Electrod electroterapie 4 buc. - DA (Conductive rubber electrodes - pag. 10 din user manual) Troleu dispozitiv 1 buc. - DA (Trolley 3 shelves (60x37x86cm) REF ACSL007)	
33100000-1	Lot 10	Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150	Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150	Magnetomed 8400	Italia	Eme Srl	Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament	Dispozitiv Magnetoterapie - Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Specificație: Ecran dimensiune ≥ 4 inch, color, touch-screen - DA (pag. 19 din user manual) Canale independente ≥ 4 buc. - DA (pag. 19 din user manual) Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular - DA Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz - DA	ISO 13485

							diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului	(pag. 19 din user manual) Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 100 gauss - DA (pag. 19 din user manual) Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min - DA (pag. 19 din user manual) Alarma finalizare tratament obligatoriu - DA (pag. 13 din user manual) Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc. - DA (pag. 19 din user manual) Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu - DA (pag. 15 din user manual) Tensiune 220V, 50 HZ - DA (pag. 19 din user manual) Accesorii: Aplicatori magnetici 2 buc. - DA (REF ACC615, pag. 8 din user manual) Troleu dispozitiv 1 buc. -	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	DA (Magnetomed 8000 series : trolley container in plate , external size (width x height x depth, 39 x H89 x 30 cm, pag. 19 din user manual).	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ **Armasu Sergiu** În calitate de: Administrator

Ofertantul: **SATOS Solutions SRL**, Adresa: mun. Chisinau, str. Sos. Hincesti 55/6, of.16