

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748940800005 din 11.07.2025

Obiectul achiziției: DISPOZITIVE DE TESTARE (chituri de diagnostic) / VIRUSOLOGIE ȘI BIOLOGIE MOLECULARĂ/ Repetat

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Conjugat antirabic liofilizat	Adsorbed Anti-Rabies nucleocapsid conjugate - Lyophilised, 4x3ml Ref: 3572112	Franța	Bio Rad	Congugat antirabic liofilizat, cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile pentru diagnosticarea rabiei prin metoda imuno fluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat. Pentru diagnosticul în laboratorul sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 set.	Congugat antirabic liofilizat, cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile pentru diagnosticarea rabiei prin metoda imuno fluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat. Pentru diagnosticul în laboratorul sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 set.	CE/ISO
4	Setul ELISA pentru detecția anticorpilor rabici	Platelia® Rabies II Kit ad usum veterinarium, kit 192 teste Ref: 3550180	Franța	Bio Rad	Set pentru detecția a IgG antiglicoproteina virusului rabic in serul provenit de la caini, pisici si vulpi. Setul conține: microplăci 96 godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri. ser control pozitiv rabic-1 flacon ser control negativ rabic - 1 flacon ser control rabic 1 - 1 flacon ser control rabic 2 -1 flacon ser control rabic 3 -1 flacon diluante de probă (gata de utilizare) -1 flacon diluant pentru anticorp biotinilat(gata de utilizare) - 1 flacon anticorp anti-rabic biotinilat (concentrat de 100x) - 1 flacon diluant pentru conjugat (gata de utilizare) conjugat (100x concentrat); -substrat (gata de utilizare); soluție stop (gata de utilizare); soluție de spălare (10x concentrată); folii adezive. Sensibilitatea min. 95% Specificitatea - 100% Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus.În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) Destinată laboratoarelor sănătatea animală. 1buc = 1 test.	Set pentru detecția a IgG antiglicoproteina virusului rabic in serul provenit de la caini, pisici si vulpi. Setul conține: 2 microplăci 96 godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri. ser control pozitiv rabic-1 flacon ser control negativ rabic - 1 flacon ser control rabic 1 - 1 flacon ser control rabic 2 -1 flacon ser control rabic 3 -1 flacon diluante de probă (gata de utilizare) -1 flacon diluant pentru anticorp biotinilat(gata de utilizare) - 1 flacon anticorp anti-rabic biotinilat (concentrat de 100x) - 1 flacon diluant pentru conjugat (gata de utilizare) conjugat (100x concentrat); -substrat (gata de utilizare); soluție stop (gata de utilizare); soluție de spălare (10x concentrată); folii adezive. Sensibilitatea min. 95% Specificitatea - 100% Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus.În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) Destinată laboratoarelor sănătatea animală. 1buc = 1 test.	CE/ISO
7	Setul ELISA pentru detecția PrPres	TeSeE SAP COMBI KIT kit 384 teste Ref: 3551192	Franța	Bio Rad	Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA. Microplăci 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri acoperite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres destinat speciilor de animale (bovine, ovine, caprine) -Soluție de spălare concentrată de 10-ori tampon Tris-NaCl pH 7,4 Mertiolat de Sodiu (0,01%) 1 flacon (250ml) -Ser Martor Negativ Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu ASB (albumina serica bovina conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon (4ml) -Ser Martor Pozitiv Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu peptide sintetice infectioase, liofilizat, conservant Proclin 300 (0,1%)1 flacon -Diluent pentru probe Tampon PBS pH 7,4 suplimentat cu ASB si rosu fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (35ml) -Conjugat concentrate de 10-ori, anticorpi monoclonali anti-PrP marcati cu peroxidaza într-o soluție tampon Tris-NaCl pH 7,4 suplimentat cu proteina bovina si colorant cu rosu de fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (2,5 ml) -Tamponul Substratului Peroxidazei Soluție de acid citric si acetat de sodiu ph 7,4 care contine 0,015% H2O2 si 4% dimetilsulfoxid (DMSO) 1 flacon (60ml) -Cromogen soluție de tetrametilbenzidina (TMB) 1 flacon (5 ml)	Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA. 4 microplaci cu 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri acoperite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres destinat speciilor de animale (bovine, ovine, caprine) -Soluție de spălare concentrată de 10-ori tampon Tris-NaCl pH 7,4 Mertiolat de Sodiu (0,01%) 1 flacon (250ml) -Ser Martor Negativ Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu ASB (albumina serica bovina conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon (4ml) -Ser Martor Pozitiv Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu peptide sintetice infectioase, liofilizat, conservant Proclin 300 (0,1%)1 flacon -Diluent pentru probe Tampon PBS pH 7,4 suplimentat cu ASB si rosu fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (35ml) -Conjugat concentrate de 10-ori, anticorpi monoclonali anti-PrP marcati cu peroxidaza într-o soluție tampon Tris-NaCl pH 7,4 suplimentat cu proteina bovina si colorant cu rosu de fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (2,5 ml) -Tamponul Substratului Peroxidazei Soluție de acid citric si acetat de sodiu ph 7,4 care contine 0,015% H2O2 si 4% dimetilsulfoxid (DMSO) 1 flacon (60ml) -Cromogen soluție de tetrametilbenzidina (TMB) 1 flacon (5 ml)	CE/ISO

					**** -Solutie de stopare acid sulfuric 1N 1 flacon (28 ml) -Folie adeziva pentru micropaci Microplaca sa fie citita la OD 450 nm; Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propu ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 test	**** -Solutie de stopare acid sulfuric 1N 1 flacon (28 ml) -Folie adeziva pentru micropaci Microplaca sa fie citita la OD 450 nm; Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propu ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 test	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levinga Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2