

Anexa nr. 1 la Formularul F4.1[illegible]

					Etichete pentru specificarea conținutului sertarului Da, pe fiecare sertar, ascuns sub sticlă de protecție Număr de sertare Minim 4 Dimensiuni aproximative Lățime 550 x Lungime 600 x înălțime 850 mm Amplasat pe roți Da Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Cerințe față de furnizor Garanție 2 ani	Nu Da, 4 buc Da, 670x63x104 mm Da Da Da Da Da
						30753, Gima, Italia
	33100000-1	Lampă de examinare	buc	1	Lampă de examinare utilizată pentru iluminarea zonelor intervențiilor ginecologice Parametru Cerință Caracteristici generale Înălțime Reglabilă, 1.5 – 1.8 m Brațe articulate Da Suport Mobil, minim 4 roți, cu frână Material carcasă Anticorozivă Sursa de lumină LED Intensitatea luminoasă Minimum 50000 Lux la 1 m Reglarea intensității luminoase Da Temperatura luminii Minimum 4300 K Indicile de redare a culorii Ra minimum 95 Durata de viață LED - ului Minimum 30000 ore Sursă de alimentare Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Cablul de alimentare Schuko Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Training Da Cerințe față de furnizor Certificate CE, certificat european Garanție 2 ani Documente Manual de utilizare Da, limba română Service manual Da	Da Da Da Da, 5 roti Da Da Da , 80 000 lux la 50cm Da, 6 nivele Da, 4500-5000K Da, 95 Ra Da, 50000 ore Da Da Da Da Da Da Da da da da da
						34244+34271+2x34223+3x34224+2x34225, Gima, Italia cump 130 euro
		Mască AMBU	buc	1	Mască AMBU Caracteristici generale Material Silicon Autoclavabil Da Volum cameră Aproximativ 1600 ml Rezervor oxigen Da, integrat Valvă de protecție Da, suprapresiune Articulații mobile Da Mască pentru pacient nr. 3 2 buc. Mască pentru pacient nr. 4 3 buc. Mască pentru pacient nr. 5 2 buc. Geantă Da Logistică Transportare la locul solicitat Da Cerințe față de furnizor Garanție 2 ani	Da Da Da Da, 1600 ml Da Da Da Da, 2x34223 Da, 3x34224 Da, 2x34225 Da, 34271 Da Da Da