

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1633425369452 din 17.10.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Aparataj de laborator și set de diagnostic

Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
LOT 4 Microscop ranversat fluorescent cu camera ajustată racordat la laptop	Microscop AE31E Trinocular Camera foto C-B5	Microscop China Camera foto Italia	Microscop Motic Camera foto Optika	Conform caietului de sarcini	Head: Binocular s-au trinocular 30-45° (light split 100:0/20:80) Oculare: 10X/22mm, with diopter adjustment Nosepiece: Quintuple Obiective: CCIS Plan Achromat obiectiv PL 4x, PH 10x, PH 20x,40x,100x Fluorescență: EF-INV EPI-atașament de fluorescență: Accesoriu Epi-Fluorescență cu casetă filtrantă Lampă cu mercur 100w Lampă HBO 100W, lentilă colector și soclu pentru lampă mercur pentru HBO 100W Unitate de pornire HBO 100W Instrument de centrare a lămpii și cablu de alimentare Cuburi de filtrare(Cuburi filtru albastru și verde) DAPI, FITC și TRITC Condensator: condensator ELWD N.A. 0,30 - glisor de fază Ph0, BF, Ph1 Scenă: Scenă simplă cu inserții de scenă din metal și sticlă Iluminare: Iluminare cu halogen 6V / 30W cu control al intensității Alimentare universală 100-240V Focalizare: Sistem de focalizare coaxial Accesorii: 45mm albastru, filtre de interferență verde și difuzie cu glisor de filtrare Telescop de centrare Cheie hexagonală, capac de vinil pentru praf, cablu de alimentare Garanție: 3-5 ani mecanic și 1 an electric	

					Configuratie Dupa coduri: 1100100200576 1101000202652 1101000203271 1101000203281 1101000203291 1101000202381 Cu camera (model C-B5+adaptor): Dimensiune senzor: 1/2.5" (clasa 1) Dimensiune pixel: 2,2 micrometri Rezoluție: 5.1MP Rata cadrelor: 55 cps 640x480, 18 cps @ 1280x960, 6,8 cps @ 2592x1944 Sensibilitate: .53V / Lux-sec Conectivitate: USB 2.0 Compatibilitate: Windows (32/64 biți) La momentul livrării trebuie să fie incluse următoarele certificate: -Certificat ISO 9001 pentru producător -Autorizație de la producător Original! -Manual de operare Instalarea, instruirea; Garantie 12 luni. Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanție: servicii de întreținere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanție și post garanții Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător	
LOT 5 Set de diagnostic (192 doze);	RAB 01-02	O.K Srvs BioPro	Conform caietului de sarcini	Cehia	Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa (Blocking) pentru detecția anticorpilor împotriva rabiei pe probe individuale de lichid toracal la vulpi. ▪ microplăci din poliester de 96 de godeuri căptușite cu antigen, cu stripuri detașabile a câte 12 pe o placă, ▪ Serul de control pozitiv al rabiei - 1 flacon (0,6 ml), capac roșu ▪ Serul de control negativ al rabiei - 1 flacon (0,6 ml), capac albastru ▪ Serul de control al rabiei 1 - 1 flacon (0,3 ml), capac negru ▪ Serul de control al rabiei 2 - 1 flacon (0,3 ml), capac alb ▪ Serul de control al rabiei 3 - 1 flacon (0,3 ml), transp. capac Cap ▪ diluant pentru probe (gata de utilizare) - 1 sticlă (15 ml) ▪ Diluant pentru anticorp biotinilat (gata de utilizare) - 1 sticlă (30 ml) ▪ Anticorp anti-rabic biotinilat (100x concentrat) - 1 flacon (0,3 ml),	

					capac galben ▪ Diluant pentru conjugat cu Streptavidin peroxidază (gata de utilizare) - 1 sticla (30 ml) ▪ Conjugat de streptavidină peroxidază (100x concentrat) - 1 flacon (0,3 ml), capac verde ▪ Substrat TMB (gata de utilizare) - 1 sticla (30 ml) ▪ Soluție stop; 0,5M H₂SO₄ (gata de utilizare) - 1 sticla (15 ml) ▪ Soluție de spălare (10x concentrat) - 1 sticla (250 ml) ▪ Folii adezive - 6 folii Setul este în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al World Organisation for Animal Health (OIE), ediția în vigoare. Setul de diagnostic va contine la livrare certificat de analiza eliberat de producator în care vor fi specificate sensibilitatea, specificitatea, reproductibilitatea.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau