

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1765797508194 / 21523640						Data: 05/01/2026	Alternative nu sunt
Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile (sistem închis)						Lot: 14	Pagina 1
Codul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință. Nr. de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 14//Analizator imunologic Maglumi	MAGLUMI X3	China	SNIBE	Reactivi și consumabile compatibile cu Analizator imunologic Maglumi	MAGLUMI X3 analizator imunologic, automat de tip închis , care funcționează după metoda CLIA în comodat pentru următoarele tipuri de analiză: Ig E total, HBs Ag, α - HBs Ag, α - HB cor, αFP, β-HCG, CMV IgM, CMV IgG, Toxo IgM, Toxo IgG, EBV – EBNA IgG, TSH, Lh, FSH, Cortizol, Testosteron, DHEA s, A – TG, A – TPO, ACTH , C – peptid , Insulin, Progesteron, Prolactin, IL – 6, NT – pro BNP, etc.	ISO; CE
33600000-6	FSH (CLIA)	130252001M	China	SNIBE	Maglumi FSH(CLIA)	FSH Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370064
33600000-6	LH (CLIA)	130252002M	China	SNIBE	Maglumi LH(CLIA)	LH Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370067
33600000-6	PRL (CLIA)	130252006M	China	SNIBE	Maglumi PRL(CLIA)	PRL Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370076
33600000-6	Estradiol (CLIA)	130252007M	China	SNIBE	Maglumi Estradiol(CLIA)	Estradiol Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370070
33600000-6	PRG (CLIA)	130252009M	China	SNIBE	Maglumi PRG(CLIA)	PRG Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370079
33600000-6	Maglumi DHEA-S(CLIA)	130252012M	China	SNIBE	Maglumi DHEA-S(CLIA)	DHEA -S Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370145

Codul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință. Nr. de înregistrare AMDM
33600000-6	Micoplasma pneumonie-IgG (CLIA)	130219009M	China	SNIBE	Maglumi Micoplasma pneumonie-IgG (CLIA)	Micoplasma pneumonie-IgG Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370465
33600000-6	Micoplasma pneumonie-IgM (CLIA)	130219011M	China	SNIBE	Maglumi Micoplasma pneumonie-IgM (CLIA)	Micoplasma pneumonie-IgM Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370468
33600000-6	GH (CLIA)	130270001M	China	SNIBE	Maglumi GH (CLIA)	GH Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370361
33600000-6	Cortisol(CLIA)	130270002M	China	SNIBE	Maglumi Cortisol(CLIA)	Cortisol Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370271
33600000-6	17 -OH PROGESTERONE (CLIA)	130270004M	China	SNIBE	Maglumi 17 -OH PROGESTERONE (CLIA)	17 -OH Progesteron Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370091
33600000-6	TSH (CLIA)	130203023M	China	SNIBE	Maglumi TSH (CLIA)	TSH Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370043
33600000-6	Maglumi T4 (CLIA)	130253002M	China	SNIBE	Maglumi T4 (CLIA)	T4 Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370034
33600000-6	T3 (CLIA)	130253003M	China	SNIBE	Maglumi T3 (CLIA)	T3 Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370031
33600000-6	FT4 (CLIA)	130253004M	China	SNIBE	Maglumi FT4 (CLIA)	FT4 Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370040

Codul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință. Nr. de înregistrare AMDM
33600000-6	Anti -TPO (CLIA)	130253011M	China	SNIBE	Maglumi Anti -TPO (CLIA)	Anti -TPO Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370061
33600000-6	CRP (CLIA)	130266002M	China	SNIBE	Maglumi CRP (CLIA)	CRP Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	ISO, CE
33600000-6	IgE (CLIA)	130258001M	China	SNIBE	Maglumi IgE (CLIA)	IgE Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370313
33600000-6	IgM (CLIA)	130258002M	China	SNIBE	Maglumi IgM (CLIA)	IgM Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370400
33600000-6	IgA (serum analysis) (CLIA)	130258004M	China	SNIBE	Maglumi IgA (serum analysis) (CLIA)	IgA (serum analysis) Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370397
33600000-6	IgG (serum analysis) (CLIA)	130258005M	China	SNIBE	Maglumi IgG (serum analysis) (CLIA)	IgG (serum analysis) Metoda de determinare : Test cantitativ automat .Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370394
33600000-6	FT3 (CLIA)	130253005M	China	SNIBE	Maglumi FT3 (CLIA)	FT3 Metoda de determinare : Test cantitativ automat .Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370037
33600000-6	TGA (Anti-Tg) (CLIA)	130253007M	China	SNIBE	Maglumi TGA (Anti-Tg) (CLIA)	TGA Anti -Tg Metoda de determinare : Test cantitativ automat .Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370049
33600000-6	HSV-1/2IgG (CLIA)	130262007M	China	SNIBE	Maglumi HSV-1/2IgG (CLIA)	HSV-1/2IgG Metoda de determinare : Test cantitativ automat .Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370292

Codul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință. Nr. de înregistrare AMDM
33600000-6	HSV-1/2IgM (CLIA)	130262009M	China	SNIBE	Maglumi HSV-1/2IgM (CLIA)	HSV -1/2IgM Metoda de determinare : Test cantitativ automat .Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370295
33600000-6	CMV IgG (CLIA)	130212005M	China	SNIBE	Maglumi CMV IgG (CLIA)	CMV IgG Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația I, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori.	DM000368335
33600000-6	CMV IgM (CLIA)	130212006M	China	SNIBE	Maglumi CMV IgM (CLIA)	CMV IgM Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația I, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori.	DM000368337
33600000-6	Toxo IgM (CLIA)	130212002M	China	SNIBE	Maglumi Toxo IgM (CLIA)	Toxo IgM Metoda de determinare : Test cantitativ automat .Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația I, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori.	DM000368329
33600000-6	Toxo IgG (CLIA)	130212001M	China	SNIBE	Maglumi Toxo IgG (CLIA)	Toxo IgG Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația I, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori.	DM000368327
33600000-6	Chlamydia pneumoniae IgG	130219010M	China	SNIBE	Maglumi Chlamydia pneumoniae IgG	Chlamydia pneumoniae IgG Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația I, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori.	CE; IVDR
33600000-6	Chlamydia pneumoniae IgM	130219012M	China	SNIBE	Maglumi Chlamydia pneumoniae IgM	Chlamydia pneumoniae IgM Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația I, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori.	CE; IVDR
33600000-6	Anti- EBV IgM (VCA) CLIA	130265004M	China	SNIBE	Maglumi EBV IgM (VCA) CLIA	EBV IgG VCA Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370331
33600000-6	Anti- EBV IgG (VCA) CLIA	130265003M	China	SNIBE	Maglumi EBV IgG (VCA) CLIA	EBV VCA IgM Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370328

Codul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință. Nr. de înregistrare AMDM
33600000-6	Cuvete de reacție (Maglumi X3), 1 set = 3X182 cuvete = 546 cuvete /set Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologie Maglumi X3	130105000101	China	SNIBE	Cuvete de reacție (kit 546) Consumabile pentru teste cantitativ automat	Cuvete de reacție (kit 546) Cuvete de reacție Maglumi X3,(set 3x182 cuvete (546 cuvete)/set) Consumabile pentru teste cantitativ automat	DM000368378
33600000-6	Starter kit 1+2 (1 set= 2*230ml) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologie Maglumi X3	130299004M	China	SNIBE	Startek Kit Consumabile pentru teste cantitativ automat	Startek Kit. Starter kit 1+2 (1 set 2*230ml) Consumabile pentru teste cantitativ automat	DM000368367
33600000-6	Soluție de spălare concentrată (cutie = 714ml) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologie Maglumi X3	130299005M	China	SNIBE	Soluție de spălare Consumabile pentru teste cantitativ automat	Soluție de spălare. Soluție de spălare concentrată (cutie = 714ml) Consumabile pentru teste cantitativ automat	DM000368376
33600000-6	Lichid pentru testarea semnalului luminiscent (1 set =5*2ml) = 10 ml Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologie Maglumi X3	130299006M	China	SNIBE	Lichid pentru testare Consumabile pentru teste cantitativ automat	Lichid pentru testare. Lichid pentru testarea semnalului luminiscent (1 set 5*2ml) Consumabile pentru teste cantitativ automat	DM000368380
33600000-6	Lichid pentru spălarea tubulaturii (un flacon =500ml) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologie Maglumi X3	130299007M	China	SNIBE	Lichid pentru spălarea Consumabile pentru teste cantitativ automat	Lichid pentru spălarea. Lichid pentru spălarea tubulaturii (flacon 500 ml) Consumabile pentru teste cantitativ automat	DM000368369

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova