

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1552316350822	Data: 25.03.19 - 29.03.19 00:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Servicii de mentenanță a stației de oxigen pentru anul 2019	Lot: 1,2	Pagina:

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	50421000-2	Lotul 1: Servicii de mentenanță a stație de producere a aerului medical, compresoare GA22MED, uscător dMED80				<p>Pentru compresor GA22MED (API457652, -653, -654), uscator dMED80. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producator. Instalarea se va face conform orelor de lucru a stației sau la cerință și în orele coordonate cu serviciul gaze a SCR . Câștigătorul va monitoriza permanent starea tehnică, orele de lucru a stației. Componentele instalate vor fi prezentate în ambalaj sigilat de producător. În caz de prezentare a pieselor neoriginale se va prezenta informația cu numerele de referință care vor dovedi compatibilitatea cu piesele recomandate de producător, certificate de conformitate și prezentarea garanției.Timpul de reacție</p>	<p>Pentru compresor GA22MED (API457652, -653, -654), uscator dMED80. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producator. Instalarea se va face conform orelor de lucru a stației sau la cerință și în orele coordonate cu serviciul gaze a SCR . Câștigătorul va monitoriza permanent starea tehnică, orele de lucru a stației. Componentele instalate vor fi prezentate în ambalaj sigilat de producător. În caz de prezentare a pieselor neoriginale se va prezenta informația cu numerele de referință care vor dovedi compatibilitatea cu piesele recomandate de producător, certificate de conformitate și prezentarea garanției.Timpul de reacție</p>	-

						la solicitare va fi de 2 ore, pentru intervenție nu mai mult de 4 ore. Resetarea contoarelor de service după efectuarea mentenanței. Se va prezenta actul de efectuare a mentenanței, semnat de ambele părți. Garanția pentru consumabilele instalate – nu mai puțin de 1 lună.	la solicitare va fi de 2 ore, pentru intervenție nu mai mult de 4 ore. Resetarea contoarelor de service după efectuarea mentenanței. Se va prezenta actul de efectuare a mentenanței, semnat de ambele părți. Garanția pentru consumabilele instalate – nu mai puțin de 1 lună.	
1.1	50421 000-2	Kit service filtru aer	1630058905	Belgia	AtlasCopco	Compatibil cu compresorul GA22MED (API457652, -653, -654)	Compatibil cu compresorul GA22MED (API457652, -653, -654)	ISO/ CE
1.2	50421 000-2	Kit service separator aer/ulei	2901086601	Belgia	AtlasCopco	Compatibil cu compresorul GA22MED (API457652, -653, -654).	Compatibil cu compresorul GA22MED (API457652, -653, -654).	ISO/ CE
1.3	50421 000-2	Kit service valvă admisie	2901107700	Belgia	AtlasCopco	Compatibil cu compresorul GA22MED (API457652, -653, -654)	Compatibil cu compresorul GA22MED (API457652, -653, -654)	ISO/ CE
1.4	50421 000-2	Ulei RIF-NDURANCE (1x12 l.)	1630114600	Franta	AtlasCopco	Compatibil cu compresorul GA22MED (API457652, -653, -654).	Compatibil cu compresorul GA22MED (API457652, -653, -654).	ISO/ CE
1.5	50421 000-2	kit service filtru QDT80	2901197614	Germania	AtlasCopco	Compatibil cu uscatorul dMED80 (API048644).	Compatibil cu uscatorul dMED80 (API048644).	ISO/ CE
1.6	50421 000-2	kit service filtru 70-80-100	2901197628	Germania	AtlasCopco	Compatibil cu uscatorul dMED80 (API048644).	Compatibil cu uscatorul dMED80 (API048644).	ISO/ CE
1.7	50421 000-2	kit service filtru A CD 80-100	2901197633	Germania	AtlasCopco	Compatibil cu uscatorul dMED80 (API048644).	Compatibil cu uscatorul dMED80 (API048644).	ISO/ CE
2	50421 000-2	Lotul 2: Servicii de mentenanță a stație de producere a oxigenului medical, IMT PO 3550, compresoare KS124 (stația veche)				Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Instalarea se va face conform orelor de lucru a stației, temperaturii de lucru sau la cerința și în orele coordonate cu serviciul gaze a SCR . Câștigătorul va monitoriza permanent starea tehnică, orele de lucru a stației. Componentele instalate vor fi prezentate în ambalaj sigilat de producător. În caz	Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Instalarea se va face conform orelor de lucru a stației, temperaturii de lucru sau la cerința și în orele coordonate cu serviciul gaze a SCR . Câștigătorul va monitoriza permanent starea tehnică, orele de lucru a stației. Componentele instalate vor fi prezentate în ambalaj sigilat de producător. În caz	

						de prezentare a pieselor neoriginale se va prezenta informația cu numerele de referință care vor dovedi compatibilitatea cu piesele recomandate de producător și prezentarea garanției. Timpul de reacție la solicitare va fi de 2 ore, pentru intervenție nu mai mult de 4 ore. Resetarea contoarelor de service după efectuarea mentenanței. Se va prezenta actul de efectuare a mentenanței, semnat de ambele părți. Garanția pentru consumabilele instalate – nu mai puțin de 1 lună, iar pentru piesele instalate nu mai puțin de 12 luni.	de prezentare a pieselor neoriginale se va prezenta informația cu numerele de referință care vor dovedi compatibilitatea cu piesele recomandate de producător și prezentarea garanției. Timpul de reacție la solicitare va fi de 2 ore, pentru intervenție nu mai mult de 4 ore. Resetarea contoarelor de service după efectuarea mentenanței. Se va prezenta actul de efectuare a mentenanței, semnat de ambele părți. Garanția pentru consumabilele instalate – nu mai puțin de 1 lună, iar pentru piesele instalate nu mai puțin de 12 luni.	
2.1	50421 000-2	Filtru ulei, (KS 124)	223489	Italia	Gardner Denver	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	ISO/ CE
2.2	50421 000-2	Ulei AEON 3000SP (35 l.),	CC1092714A	Italia	Gardner Denver	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	ISO/ CE
2.3	50421 000-2	Cartuș separator aer/ulei, KS124	223487	Italia	Gardner Denver	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	ISO/ CE
2.4	50421 000-2	Cartuș filtru aer, (KS 124)	223491	Italia	Gardner Denver	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	ISO/ CE
2.5	50421 000-2	Hose for high temperature (150524A), KS 124	150524 A	Italia	Gardner Denver	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550. Garanția pentru piesele instalate – nu mai puțin de 12 lună.	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550. Garanția pentru piesele instalate – nu mai puțin de 12 lună.	ISO/ CE
2.6	50421 000-2	Hose for high temperature (150519A), KS 124	150519 A	Italia	Gardner Denver	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550. Garanția pentru piesele instalate – nu mai puțin de 12 lună.	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550. Garanția pentru piesele instalate – nu mai puțin de 12 lună.	ISO/ CE
2.7	50421 000-2	Hose for high temperature (150347A), KS 124	150347 A	Italia	Gardner Denver	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550. Garanția pentru piesele instalate – nu mai puțin de 12 lună.	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550. Garanția pentru piesele instalate – nu mai puțin de 12 lună.	ISO/ CE

2.8	50421 000-2	Flexible hose 90A SAE 100RI (150825), KS 124	150825	Italia	Gardner Denver	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550. Garantia pentru piesele instalate – nu mai puțin de 12 lună.	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550. Garantia pentru piesele instalate – nu mai puțin de 12 lună.	ISO/ CE
2.9	50421 000-2	Cartuș filtru aer AF 0706, tip P	223177	Italia	Gardner Denver	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	ISO/ CE
2.10	50421 000-2	Cartuș filtru aer AF 0706, tip S	223197	Italia	Gardner Denver	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	ISO/ CE
2.11	50421 000-2	Cartuș filtru aer AF 0706, tip A	223217	Italia	Gardner Denver	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	ISO/ CE
2.12	50421 000-2	Cartuș filtru aer IMT FA 080, tip F	NM000644	Italia	NOITECH	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	ISO/ CE
2.13	50421 000-2	Cartuș filtru aer IMT FA 080, tip A	NM000644	Italia	NOITECH	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu stația de oxigen IMT PO 3550	ISO/ CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**
Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**