

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție		Cererea Ofertelor de Prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1623872060350				Data: „28” Iunie 2021	Alternativa nr.: _____	
Denumirea procedurii de achiziție		"Reagenți pentru analize medicale de laborator și consumabile/piese de schimb "				Lot: _____	Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		Reagenți pentru aparatul Analizatorul FIA 8000 (sistem inchis)						
2.1	33696500-0	cTnI (Troponina I)	CG1001	China	Getein Biotech	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Certificat CE, ISO
2.2	33696500-0	hs-CRP+CRP	CG1003	China	Getein Biotech	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Certificat CE, ISO
2.3	33696500-0	CK-MB/cTnI/Myo, test cardiac cantitativ	CG1005	China	Getein Biotech	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Certificat CE, ISO
2.4	33696500-0	PCT (procalcitonin)	CG1007	China	Getein Biotech	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Certificat CE, ISO

2.5	33696500-0	CK-MB	CG1018	China	Getein Biotech	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Certificat CE, ISO
2.6	33696500-0	HbA1C glicata	CG1017	China	Getein Biotech	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Certificat CE, ISO
2.7	33696500-0	D-dimer, test cantitativ	CG1006	China	Getein Biotech	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Compatibil cu analizatorul FIA 8000 (system inchis), conform pasaportului ethnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Certificat CE, ISO
8		Proteine, glucoza, acid ascorb, nitrite, sânge, pH, bilirubină, urobilinogen, leucocite, densitate, corpi cetonici + control pentru fiecare lot						
8.1	33696500-0	Proteine, glucoza, acid ascorb, nitrite, sânge, pH, bilirubină, urobilinogen, leucocite, densitate, corpi cetonici + control pentru fiecare lot	Mission 11A+U021-011	SUA	ACON	Ambalaj set a câte 100 teste	Ambalaj set a câte 100 teste+ Control 2 nivele	Certificat CE, ISO
11		HbsAg,						
11.1	33696500-0	HbsAg,	I231-1021	SUA	ACON	Sa fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+" și "-" In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.	Certificat ISO
12		Anti-HBsAg						
12.1	33696500-0	Anti-HBsAg	I231-1271	SUA	ACON	.. de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+" și "-" + 5 calibratori. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.	Certificat ISO
13		Anti-HBcoreAg sumar						

13.1	33696500-0	Anti-HBcoreAg sumar	I231-1081	SUA	ACON	Sa fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+” și "-”. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.	Certificat ISO
14		Determinarea AFP						
14.1	33696500-0	Determinarea AFP	K225	Federația Rusă	XEMA	Sa fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+” și "-” + 6 calibratori. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.	Certificat CE, ISO
15		CPR-LATEX						
15.1	33696500-0	CPR-LATEX	8.00.00.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	metoda Latex-Test	metoda Latex-Test	Certificat CE, ISO
16		ASLO - LATEX						
16.1	33696500-0	ASLO - LATEX	8.00.02.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	metoda Latex-Test	metoda Latex-Test	Certificat CE, ISO
17		RF-LATEX						
17.1	33696500-0	RF-LATEX	8.00.04.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	metoda Latex-Test	metoda Latex-Test	Certificat CE, ISO
18		Anti-TPO						
18.1	33696500-0	Anti-TPO	K131	Federația Rusă	XEMA	„Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+” și "-” + 5 calibratori. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Sunt indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă	Certificat CE, ISO
19		IgE total						
19.1	33696500-0	IgE total	K200	Federația Rusă	XEMA	„Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+” și "-” + 5 calibratori. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Sunt indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă	Certificat CE, ISO
20		Anti HCV sumar						

20.1	33696500-0	Anti HCV sumar	I231-1031	SUA	ACON	Sa fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+” și "-” " In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.	Certificat ISO
21		T3						
21.1	33696500-0	T3	K211	Federația Rusă	XEMA	„Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+” și "-” "+ 5 calibratori. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.Sunt indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă	Certificat CE, ISO
22		T4						
22.1	33696500-0	T4	K212	Federația Rusă	XEMA	„Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+” și "-” "+ 5 calibratori. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Sunt indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă	Certificat CE, ISO
23		TSH						
23.1	33696500-0	TSH	K201	Federația Rusă	XEMA	„Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+” și "-” "+ 6 calibratori. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Sunt indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă	Certificat CE, ISO
24		PSA total						
24.1	33696500-0	PSA total	K221	Federația Rusă	XEMA	„Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+” și "-” "+ 5 calibratori. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.Sunt indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă	Certificat CE, ISO

25		Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis						
25.1	33696500-0	Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis	TK058	Ucraina	Vitrotest Bioreagent	Sa fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control „+” și „-”. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.	Certificat CE, ISO
27		Detectarea anticorpilor Ig G către Giardia lamblia (ser)						
27.1	33696500-0	Detectarea anticorpilor Ig G către Giardia lamblia (ser)	K171X	Federația Rusă	XEMA	Sa fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control „+” și „-”. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.	Certificat CE, ISO
28		Determinarea calitativă a anti. IgG către Ascaris lumbricoides						
28.1	33696500-0	Determinarea calitativă a anti. IgG către Ascaris lumbricoides	TK051	Ucraina	Vitrotest Bioreagent	Sa fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control „+” și „-”. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.	Certificat CE, ISO
29		T-3 liber						
29.1	33696500-0	T-3 liber	I231-3051	SUA	ACON	Sa fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control „+” și „-” + 6 calibratori. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.	Certificat CE, ISO
30		T-4 liber						
30.1	33696500-0	T-4 liber	I231-3031	SUA	ACON	Sa fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control „+” și „-” + 6 calibratori. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.	Certificat CE, ISO
31		Prolactin						
31.1	33696500-0	Prolactin	K206	Federația Rusă	XEMA	Sa fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control „+” și „-” + 5 calibratori. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.	Certificat CE, ISO

32		Cortizol						
32.1	33696500-0	Cortizol	K210	Federația Rusă	XEMA	Sa fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+” și "-" "+ 6 calibratori. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă.	Certificat CE, ISO
33		Panel test card HBV-3 (HbsAg, HbeAg, AntiHbcor Ag)						
33.1	33696500-0	Panel test card HBV-3 (HbsAg, HbeAg, AntiHbcor Ag)	71013	SUA	Lumiquick	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Certificat CE, ISO
34		Panel test card HBV-5 (HbsAg, HbsAb, HbeAg, HbeAb ,AntiHbcor Ab)						
34.1	33696500-0	Panel test card HBV-5 (HbsAg, HbsAb, HbeAg, HbeAb ,AntiHbcor Ab)	71014	SUA	Lumiquick	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Certificat ISO
35		Panel pentru determinarea Troponina I,CK-MB și mioglobina în ser /plazma, cu țel diagnostic al infarctului miocardic						
35.1	33696500-0	Panel pentru determinarea Troponina I,CK-MB și mioglobina în ser /plazma, cu țel diagnostic al infarctului miocardic	75003	SUA	Lumiquick	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Certificat CE, ISO
36		Determinarea CK/MB în ser, plazma, test rapid,card						
36.1	33696500-0	Determinarea CK/MB în ser, plazma, test rapid,card	75007	SUA	Lumiquick	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Certificat CE, ISO
37		Determinarea anticorpilor H.Pylori în ser , cu țel diagnostic ,test rapid						
37.1	33696500-0	Determinarea anticorpilor H.Pylori in mase fecale , cu țel diagnostic ,test rapid	71024	SUA	Lumiquick	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Certificat CE, ISO
38		Determinarea singelui ocult în fecalii ,cartus/benzi,test rapid						
38.1	33696500-0	Determinarea singelui ocult în fecalii ,cartus/benzi,test rapid	72001	SUA	Lumiquick	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Certificat CE, ISO
40		HbsAg,-test rapid,cromatografic						
40.1	33696500-0	HbsAg,-test rapid,cromatografic	71004	SUA	Lumiquick	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Certificat CE, ISO
41		Anti HCV sumar,-test rapid,cromatografic						
41.1	33696500-0	Anti HCV sumar,-test rapid,cromatografic	71030	SUA	Lumiquick	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Certificat CE, ISO
42		H.Pylori Antibody Test card,Seru/Plazma						

42.1	33696500-0	H.Pylori Antibody Test card,Seru/Plazma	8.04.21.0.0030	Marea Britanie	Atlas Medical	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Certificat CE, ISO
------	------------	--	----------------	-------------------	------------------	---	---	-----------------------

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9