

Magnetoterapie Cod 400150	FISIOFIELD MIDDLE, FISIOLINE SRL, Italia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
<p>Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului" Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Da, Descriere Dispozitiv medical care utilizează câmpuri electromagnetice pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Da, Ecran dimensiune 4,3 inch color, touch-screen/ FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ DISPLAY: Da, Canale independente 4 buc./ FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ NUMBER OF OUTPUTS: Da, Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ WAVE SHAPES Da, Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ EMISSION FREQUENCY Da, Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 100 gauss pentru fiecare aplicator FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ PEAK INTENSITY OF THE MAGNETIC FIELD Da, Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ TIMER Da, Alarma finalizare tratament obligatoriu FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ ACOUSTIC SIGNAL at end of treatment Da, Librarie de protocoale interne de tratament 50 buc. FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ PRESET THERAPEUTIC PROGRAMS Da, Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ USER'S PROGRAM Da, Tensiune 220V, 50 HZ FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ POWER SUPPLY VOLTAGE Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., cod.FI194 Covoras electromagnetic min. 50x35 cm 1 buc., cod.FI648 Aplicator magnetic flexibil 1 buc., cod.FI141 "Curele de fixare flexibile 1 set., cod.FI947 Troleu dispozitiv 1 buc., cod.FI347</p>