

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. 21513569/ ocds-b3wdp1-MD-1764057189850 din 02.01.2026

Obiectul achiziției: **Reactivi laborator de tip închis 2026**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 3 Reagenți și materiale de control , p/u Analizatorul automat p/u hemostaza COATRON M 1, (sistem închis)						
Plasma de control nivel normal 4 parametri	5186	Marea Britanie	Helena Biosc.	Flaconul sa contina 1 ml trombin liofilizat sau lichid.	Flacon 1 ml trombin liofilizat.	ISO, CE
Plasma de control nivel patologic 4 parametri	5187	Marea Britanie	Helena Biosc.	Flaconul sa contina 1 ml trombin liofilizat sau lichid.	Flacon 1 ml trombin liofilizat.	
Cuve cu bila PENTRU COAGULOMETRU Coatron	5951	Italia	Aptaca	Cuve cu bila PENTRU COAGULOMETRU Coatron	Cuve p/u coagulometru Coatron, 1 set/1000 buc, Ø 10 x 23.4	ISO, CE
Tromboplastina	5267L	Marea Britanie	Helena Biosc.	Flacon 5 ml tromboplastina liofilizata sau lichida	Flacon 10 ml tromboplastina lichida cu clorura de calciu	ISO, CE
Test la fibrinogenă, reagent pentru determinarea fibrinogenei în plazma după metoda Claus	5376	Marea Britanie	Helena Biosc.	Flaconul sa contina 2 ml trombin liofilizat sau lichid.	Metoda de determinare: Cronometrică după Clauss. Set: 5x2,0 ml trombin reagent, 2x1,0 ml fibrinogen calibrator, 2,0x25 ml Owrens Bufer, 2x5 ml Kaolin Suspension 0.5 g/L Bufer Imidazol includ în set.	ISO, CE
Lot 5 Specificații standard pentru investigații imunologice la hepatite						
HBs Ag ELISA	HBsAg One Ultra, 96 teste, SAG1ULTRA.CE.96	Italia	DiaPro	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.Metoda ELISA (Fiecare godeu sa fie detasabil	Cerințe generale* + Notă ** în set incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori. Metoda ELISA (Fiecare godeu va fi detasabil)	ISO, CE
HCV ELISA	HCV Ab 96 teste, CVAB.CE.96	Italia	DiaPro	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.Metoda ELISA (Fiecare godeu sa fie detasabil	Cerințe generale* + Notă ** în set incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori. Metoda ELISA (Fiecare godeu va fi detasabil)	ISO, CE
Lot 9 HEMOGLOBINA cu calibrator 600 teste AGAT	Hemoglobin -Agat cu cianidă+ calibrator, set 600 teste.	Rusia	Агат-Мед	HEMOGLOBINA DRABKIN cu calibrator 600 teste AGAT	HEMOGLOBINA DRABKIN cu calibrator 600 teste	certificat de conformitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul:"GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2