

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: **nr.ocds-b3wdp1-MD-1652437615294, ID: 21056447 din 15.06.2022**

Obiectul achiziției: **Produse parafarmaceutice (consumabile neurochirurgicale) - 2022**

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33600 000-6	12	12.Set câmpuri operații cerebrale	97095457	Suedia	Molnlycke Health Care	Componente în SET împachetat steril, jetabil, ambalaj individual: 1) Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparentă 30x20 cm (+/-2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare - 1 buc; 2) Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2 - 4 buc; 3) Șervețele absorbante din celuloză 20x25cm (+/-2 cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS - 2 buc; 4) Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației - 1 buc; 5) Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set,	Componente în SET împachetat steril, jetabil, ambalaj individual: 1) Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparentă 30x20 cm (+/-2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare - 1 buc; 2) Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2 - 4 buc; 3) Șervețele absorbante din celuloză 20x25cm (+/-2 cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS - 2 buc; 4) Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației - 1 buc; 5) Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate

					deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. - 1 buc; 6) Câmp tip Mayo p/u masă de instrumente 80x145cm (+/-5cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. - 2 buc; 7) Cateter de aspirație 12CH, minim 0,5m - 1 buc; 8) Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) - 1 buc; 9) Seringa 20 ml, Luer lock. - 3 buc; 10) Mânere pentru lampa de operație - 2 buc; 11) Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (+/-2mm) - 10 buc; 12) Bisturiu jetabil N15. - 1 buc; 13) Bisturiu jetabil N22. - 1 buc; 14) Buzunar cu banda adeziva p/u instrumentele de diatermie si aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime. - 1 buc; 15) Bol gradat 120ml p/u ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. - 1 buc; 16) Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare. - 1 buc; 17) Forceps jetabil cu vârf non-aderent p/u coagulator bipolar. Design baioneta, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. - 1 buc.	suprafața - să fie plasata prima în set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. - 1 buc; 6) Câmp tip Mayo p/u masă de instrumente 80x145cm (+/-5cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. - 2 buc; 7) Cateter de aspirație 12CH, minim 0,5m - 1 buc; 8) Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) - 1 buc; 9) Seringa 20 ml, Luer lock. - 3 buc; 10) Mânere pentru lampa de operație - 2 buc; 11) Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (+/-2mm) - 10 buc; 12) Bisturiu jetabil N15. - 1 buc; 13) Bisturiu jetabil N22. - 1 buc; 14) Buzunar cu banda adeziva p/u instrumentele de diatermie si aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime. - 1 buc; 15) Bol gradat 120ml p/u ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. - 1 buc; 16) Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare. - 1 buc; 17) Forceps jetabil cu vârf non-aderent p/u coagulator bipolar. Design baioneta,	
--	--	--	--	--	--	---	--

						compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. - 1 buc.		
33600 000-6	13	13.Set câmpuri operații spinale	97094658	Suedia	Molnlycke Health Care	Componente în SET împachetat steril, jetabil, ambalaj individual: 1) Câmp tip Mayo p/u masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare - 3 buc; 2) Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90x75 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă - 2 buc; 3) Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) - 4 buc; 4) Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației - 1 buc; 5) Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă	Componente în SET împachetat steril, jetabil, ambalaj individual: 1) Câmp tip Mayo p/u masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare - 3 buc; 2) Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90x75 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă - 2 buc; 3) Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) - 4 buc; 4) Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației - 1 buc; 5) Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate

					aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 6) Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm), Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 7) Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2 - 1 buc; 8) Cateter de aspirație 12CH, minim 0,5m - 1 buc; 9) Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) - 1 buc; 10) Seringa 20ml, Luer lock - 3 buc; 11) Mânere sterile pentru lampa de operație - 2 buc; 12) Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adezivă 30x20 cm, din poliuretan minim 25mcm grosime - 1 buc; 13) Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (+/-2mm) - 10 buc; 14) Bisturiu jetabil N11 - 1 buc; 15) Bisturiu jetabil N22 - 1 buc; 16) Buzunar cu bandă adezivă p/u instrumentele de diatermie și aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime - 2 buc;	viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 6) Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm), Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 7) Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2 - 1 buc; 8) Cateter de aspirație 12CH, minim 0,5m - 1 buc; 9) Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) - 1 buc; 10) Seringa 20ml, Luer lock - 3 buc; 11) Mânere sterile pentru lampa de operație - 2 buc; 12) Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adezivă 30x20 cm, din poliuretan minim 25mcm grosime - 1 buc; 13) Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40	
--	--	--	--	--	---	--	--

					17) Bol gradat 120ml p/u ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic” - 1 buc; 18) Husă p/u C-arm 140cm (+/-2 cm) - 1 buc; 19) Husă microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 20) Forceps jetabil cu vârf non-aderent p/u coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare - 1 buc;	mm (+/-2mm) - 10 buc; 14) Bisturiu jetabil N11 - 1 buc; 15) Bisturiu jetabil N22 - 1 buc; 16) Buzunar cu bandă adezivă p/u instrumentele de diatermie și aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime - 2 buc; 17) Bol gradat 120ml p/u ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic” - 1 buc; 18) Husă p/u C-arm 140cm (+/-2 cm) - 1 buc; 19) Husă microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 20) Forceps jetabil cu vârf non-aderent p/u coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare - 1 buc;	
--	--	--	--	--	---	--	--

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu