

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie.

Numărul procedurii de achiziție: Achiziție comercială: 21013101. ID ocds-b3wdp1-MD-1570627081969.							Data: 18.10.2019	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Dispozitive medicale.							Lot: 3, 4.	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
3	33100000-1	Orbital shaker	S-3M.A20	Letonia	Elmi	Sistem de reglare a frecvenței rotațiilor: de la 20-300rpm, -Timer: 0-99 min sau în continuu. - Mișcare orbitală, circulară: minim 19mm, - Platforma cu cleme pentru fixare a colbei de 500ml și 1000ml, - Capacitate 4 x 1L, 5 x 500mL, - Încărcare min 4kg, max. 6kg, - Alimentare electrică 230V, 50Hz, - Cablu rețea. Documente confirmative: Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Orbital shaker. Corespunde cerințelor conform anunțului de participare. Specificațiile tehnice se anexează (anexa 1 și anexa 2).	ISO, CE.
4	33100000-1	Agitator magnetic (fără încălzire).	MS6-Pro	China	Dlab	• Cantitatea agitata (H2O): max. 5L, • Motor: intrare 15W, ieșire 1,5W, • Viteza: de la 100, până la 1500r/min, • Material platan: inox sau ceramic, • Dimensiuni platan: 100x100mm, • Umiditatea relativă admisă 80%.. Clasa de protecție IP21. Consumabile: • Două seturi de magnetice chimice rezistente, de diferite dimensiuni, minimum 3 în set cu dimensiuni: min 3cm, maximum 8 cm lungime. Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie- confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019.	Agitator magnetic (fără încălzire) cu 2 seturi de magneți de dimensiuni diferite, a câte 3buc în set. Corespunde cerințelor conform anunțului de participare. Specificațiile tehnice se anexează (anexa 1 și anexa 2).	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 18.10.2019

Valabilitatea ofertei - 60 zile.