

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2001

str. Tighina 65, of. 607
tel/fax.: (373-22) 54-91-21
tel./fax: (373-22) 54-73-73
tel: (373-22) 54-91-20



Rechizitele bancare:
Cod fiscal/1003600117582
Cod TVA: /0205086
BC "Moldova-Agroindbank" SA
filiala M.Eminescu
cod: AGRNMD2X864

cod IBAN: MD14AG000000225184801542

Penitenciarul nr.16 Pruncul
In atentie grupului de lucru pentru achizitii

Referinta : A.V.M. 21039584 din 24.05.2021

Nota informativa

6. La solicitarea grupului de lucru vom prezenta mostre in decurs de 3 zile.
7. Calibrarea metodelor la analizatorul biochimic va fi efectuata de către personal calificat, cu prezentarea certificatului de instruire a inginerului de la firma producatoare a analizatorului. Ambalajul reactivelor este compatibil cu analizatorul biochimic automat Selectra Pro S (sistem închis);
8. Reagentii si calibratorii vor fi insotiti de protocoale si standarde specializate pentru analizator. Calibratorii și materialele de calibrare sint înregistrate în ordinea stabilită de legislația Republicii Moldova în vigoare și corespund cu setul de reagenți, (sint de la același producător);
9. Reagenții si seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific);
10. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător este nu mai puțin de 12 luni. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate al produsului;
11. Instrucțiunile de utilizare a reagentilor conțin caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. Posibilitate de utilizare in dependenta de reagent de la 200-300mkl pentru o proba.

Director „GBG-MLD” SRL
T. Ceaicovschi _____