

OFERTA COMERCIALĂ


URIT-3020

Specificația

- Parametri WBC, LY#, MID#, GRAN#, LY%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
- Principiul de operare WBC/RBC/PLT:
- Impedanță electrică HGB: Colorimetrie fotoelectrică
- Volumul aspirației: Sânge întregu 10iL, pre-diluat 20iL
- Diametru: WBC 100im, RBC/PLT 68im
- 60 teste per ora
- Păstrarea mai mult de 100,000 rezultate ale testelor

Caracteristici

- Touch Screen
- LCD display & Linux sistem de operare
- Suport USB data backup & system upgrade
- data management



MD-2012, Moldova, mun. Chișinău, str. Armenească 47, ap. 64,
tel. /+37322/ 57-49-00, 57-49-22/23; fax: /+37322/ 57-49-20:

office@dacspectromed.com
www.dacspectromed.com