

Specificații tehnice								
[Acest tabel va fi completat de către ofertanti în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul licitației:			LP nr. acds-b3wdp1-MD-1715084426827/21224182				Data: „14” iunie 2024	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			"Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie".				Pagina: ____din ____	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1		2		3	4	5	6	7
33100000-1	10	Pat multifuncțional pentru adulți	Pat multifuncțional pentru adulți	Esenza 300	Cehia	Linet	Pat multifuncțional pentru adulți Cod Descriere Pat motorizat pentru terapie intensiva și/sau Recuperare/post-chirurgie Parametru Descriere Dimensiuni externe cu bare de protecți și bamber în 4 colțuri 220 x 99,5, ±5 cm Extindere pat integrată 0 cm/20 cm/30 cm Ajustare înălțime pat (nivel minim - maxim) diapazon min. 45 - 80 cm Dimensiuni pe interior / (compatibil cu lățimea saltelei) 200 x 90 cm, ±5 cm Saltea activa cu compresor integrată Da Înălțimea saltelei 17- 20 cm Înălțime bare laterale despărțite (side-rail) 42 cm, ±5 cm Sarcina de lucru sigură (SWL) min. 250 kg Inclinare laterală (stânga / dreapta), electrică 15°/ 15° Poziție trendelenburg / reverse trendelenburg 14°/ 14° Standarde de conformitate a produsului EN ISO 9001:2000; EN ISO 13485:2003;EN 60601-1; EN ISO 14971; Protejecție la lichide și praf Minim IP X4 Lumină de noapte: lumină de noapte + lumină de siguranță (verde) Da Capete pat (cap, picioare) Structură din plastic cu mâner 2 unități Detesabile Cu sistem de blocare Suport pentru fixarea stativului de infuzie minim 2 Material PP sau alte materiale analogice, rezistente Bare laterale (side-rail) Bare laterale (side-rail), despărțite Cu funcție de decuplare ușoară Manere integrate în barele laterale(pentru ridicarea pacientului din pat) Da Barele să fie concepute astfel încât să reducă riscul de rănire la cuplare/decuplare Da Indicator unghi de înclinare spatar , 2 buc Da Platforma saltelei Platformă pentru saltea în 4 secții Da Unghiul maxim al spătarului (Backrest) ≥ 70° Ajustarea spătarului (Backrest) Pe bază de motor electric Unghiul maxim de repaus pentru coapsă (Thigh angle) ≥ 35° Ajustarea unghiului de repaus pentru coapsă (Thigh angle) Pe bază de motor electric Unghi de repaus pentru gambe ≥ 25° Suport pentru gambe, reglabil Electric Compresor de aer integrat în pat, pentru saltea activa, Setare automată a presiunii ,care permite saltelei să se ajusteze automat și continuu la dimensiunea, greutatea și poziția pacientului Da Cârlige de suport pentru pungile de lichide biologice Da Suport pentru casetă X-ray Da Saltea activa alternant cu 2 celule , cu presiune alternativă ce asigură o presiune periodică relief. Da Saltea lavabilă, ignifugă Da Celulele individuale ale saltelei sunt detașabile și pot să fie ușor de curățat, decontaminat sau înlocuit Da Platforma saltelei Toate secțiunile sunt acoperite cu suprafețe din plastic Sistem de control Buton de pornire Pe fiecare sistem de control Telecomandă cu butoane pentru ajustarea pozițiilor Cu cârlig de fixare la barele laterale Funcție scaun cardiac Buton preprogramat pe panoul de control (asistentă) Funcție poziție de examinare Buton preprogramat pe panoul de control (asistentă) Funcție Cardio Resuscitare Pulmonară (CPR) Buton preprogramat pe panoul de control (asistentă) Opțiuni îmbunătățite de mobilitate a pacientului/Asistență în picioare Da, cu butoane încorporate linga manerul de susținere a pacientului din barele laterale ,care regleaza înalțimea patului. Panou de control pentru pacientului integrate în barele aterale Da Panou de control al saltelei active integrat în ambele bare laterale (panourile laterale) Da Panou de control (asistentă) intergat Da Funcție de blocare a controlului de poziționare Da Telecomandă cu cablu flexibil Da Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii ,poziției de examinare,CPR,inclinare laterala Da Construcție / Carcasă Mecanism de ridicare a panului semi-hibrid / levier (pârghie) Mecanism de ajustare a spătarului în cazul situațiilor de resuscitare (CPR) Da, manual sau electric Număr motoare pentru ajustarea pozițiilor minim 4 motoare Culoare structură carcasă Gri Frâne și roți Sistem central de operare roți Da 4 roți ø 150 mm Pedală pentru frână de picior, cu efort fizic scăzut 2, la fiecare roată Garda la sol a suportului cadului minim 15 cm Baterie internă Baterie de rezervă cu semnalizare stare, 2 buc. Alimentare Sursă electrică monofazată 240 V ± 10% 50 Hz	Pat multifuncțional pentru adulți Descriere Pat motorizat pentru terapie intensiva și/sau Recuperare/post-chirurgie Parametru Descriere Dimensiuni externe cu bare de protecți și bamber în 4 colțuri 221 x 99,5, Brosura pag. 15 Extindere pat integrată 0 cm/20 cm/30 cm , Brosura pag. 15 Ajustare înălțime pat (nivel minim - maxim) diapazon min. 44,7 - 95,1 cm, Brosura pag. 15 Dimensiuni pe interior / (compatibil cu lățimea saltelei) 200 x 90 cm. Brosura pag. 15 Saltea activa cu compresor integrată Da , Brosura pag. 5,9,28,30,31 Înălțimea saltelei 20 cm, Brosura pag. 40 Înălțime bare laterale despărțite (side-rail) 42 cm Brosura pag. 15 Sarcina de lucru sigură (SWL) min. 270 kg, Brosura pag. 15 Inclinare laterală (stânga / dreapta), electrică 15°/ 15°, Brosura pag. 15 Poziție trendelenburg / reverse trendelenburg 14°/ 14°, Brosura pag. 15 Standarde de conformitate a produsului EN ISO 9001:2000; EN ISO 13485:2003;EN 60601-1; EN ISO 14971; protecție la lichide și praf Minim IP X4, Brosura pag. 16, 35 Lumină de noapte: lumină de noapte + lumină de siguranță (verde) Da, Brosura pag. 7, 8, 26 Capete pat (cap, picioare) , Brosura pag. 13, 14,17 Structură din plastic cu mâner 2 unități, Brosura pag. 13, 14, 17 Detesabile Cu sistem de blocare Brosura pag. 13, 14 Suport pentru fixarea stativului de infuzie minim 2 , Brosura pag. 43 Material PP sau alte materiale analogice, rezistente, Brosura pag. 34 Bare laterale (side-rail) Brosura pag. 10,18, Bare laterale (side-rail), despărțite Cu funcție de decuplare ușoară , Brosura pag.10, 18 Manere integrate în barele laterale(pentru ridicarea pacientului din pat) Da, Mobi Grips, Brosura pag. 10, 18 Barele să fie concepute astfel încât să reducă riscul de rănire la cuplare/decuplare Da, Brosura pag. 10, 18 Indicator unghi de înclinare spatar , 4 buc Da, Brosura pag. 18 Platforma saltelei Platformă pentru saltea în 4 secții Da, Brosura pag. 43 Unghiul maxim al spătarului (Backrest) 70°, Brosura pag. 11,15 Ajustarea spătarului (Backrest) Pe bază de motor electric, Brosura pag. 41,42 Unghiul maxim de repaus pentru coapsă (Thigh angle) 35°, Brosura pag. 11,15 Ajustarea unghiului de repaus pentru coapsă (Thigh angle) Pe bază de motor electric, Brosura pag. 41,42 Unghi de repaus pentru gambe 25°, Brosura pag. 11,15 Suport pentru gambe, reglabil Electric, Brosura pag. 41,42 Compresor de aer integrat în pat, pentru saltea activa, Setare automată a presiunii , care permite saltelei să se ajusteze automat și continuu la dimensiunea, greutatea și poziția pacientului Da, Brosura pag. 5,9,31,36 Cârlige de suport pentru pungile de lichide biologice Da, Brosura pag.25 Suport pentru casetă X-ray Da, Brosura pag. 28,29 Saltea activa alternant cu 2 celule , cu presiune alternativă ce asigură o presiune periodică relief. Da, Brosura pag.5,9,39,40 Saltea lavabilă, ignifugă Da Brosura pag. 32,33,39, 40 Celulele individuale ale saltelei sunt detașabile și pot să fie ușor de curățat, decontaminat sau înlocuit Da, Brosura pag.5,9,39,40 Platforma saltelei , secțiunile sunt acoperite cu suprafețe din plastic, HPL , Brosura pag. 34, 43 Sistem de control Buton de pornire Pe fiecare sistem de control, Brosura pag.19-24 Telecomandă cu butoane pentru ajustarea pozițiilor Cu cârlig de fixare la barele laterale Brosura pag.19,22 Funcție scaun cardiac Buton preprogramat pe panoul de control (asistentă), Brosura pag. 21 Funcție poziție de examinare Buton preprogramat pe panoul de control (asistentă), Brosura pag. 21 Funcție Cardio Resuscitare Pulmonară (CPR) Buton preprogramat pe panoul de control (asistentă), Brosura pag. 21 Opțiuni îmbunătățite de mobilitate a pacientului/Asistență în picioare Da, cu butoane încorporate linga manerul de susținere a pacientului din barele laterale ,care regleaza înalțimea patului. , Mobi Pad, Brosura pag. 10,13,24 Panou de control pentru pacientului integrate în barele aterale Da, Brosura pag. 13,14 Panou de control al saltelei active integrat în ambele bare laterale (panourile laterale) Da,Brosura pag. 5,9,31,36 Panou de control (asistentă) intergat Da, Brosura pag. 13,14,20 Funcție de blocare a controlului de poziționare Da, Brosura pag. 20 Telecomandă cu cablu flexibil Da, Brosura pag. 21 Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii ,poziției de examinare,CPR,inclinare laterala Da, Brosura pag. 13,14,23,24 Construcție / Carcasă Mecanism de ridicare a patului semi-hibrid / levier (pârghie),, Brosura pag. 41,42 Mecanism de ajustare a spătarului în cazul situațiilor de resuscitare (CPR) Da, manual sau electric, Brosura pag. 13,14,20 Număr motoare pentru ajustarea pozițiilor 5 motoare, Brosura pag. 41,41 Culoare structură carcasă Gri Frâne și roți Sistem central de operare roți Da, Brosura pag. 44,45 4 roți ø 150 mm,Brosura pag. 15 Pedală pentru frână de picior, cu efort fizic scăzut 2, la fiecare roată Brosura pag. 10 Garda la sol a suportului cadrului 19,4 cm,Brosura pag. 15 Baterie internă Baterie de rezervă cu semnalizare stare, 2 buc. , Brosura pag.16 Alimentare Sursă electrică monofazată 240 V ± 10% 50 Hz, Brosura pag.15,16

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Victor Ghereg** În calitate de: **Administrator.**

Ofertantul: **Endo-Chirurgie SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Mesterul Manole, nr. 9.**

Specificații de preț										
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]										
Numărul licitației:			LP nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1715084426827/21224182.</u>					Data: „14” iunie 2024		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			”Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie”.							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2			3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	10	Pat multifuncțional pentru adulți	Pat multifuncțional pentru adulți	bucată	8	130,000.00	156,000.00	1,040,000.00	1,248,000.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total:								1,040,000.00	1,248,000.00	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Victor Ghereg** În calitate de: **Adminnistrator.**

Ofertantul: **Endo-Chirurgie SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, nr. 9.**