

CAIET DE SARCINI **Bunuri/Servicii**

Obiectul Reactive, teste, consumabile și gaze pentru laborator anul 2023

Autoritatea contractantă IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, str. Ion Pruncul 8, mun. Chișinău

1. Descriere generală. Informații

Reactive, consumabile și gaze pentru laborator din incinta IMSP Dispensarul Republican de Narcologie.

Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător!

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Utilizarea - reactive și consumabile compatibile cu analizatori (biochimic Biosistem A15 - SISTEM ÎNCHIS, hematologic Horiba ABX Mieros ES 60, Diamond SmartLyte -plus K/Na/Ca, AGILENT 8890 GS system-Headspace) din laborator pentru determinarea alcoolului și drogurilor în sânge și urină.

Păstrarea - Seturi de reactive se păstrează până la livrare în condiții prevăzute de producător (frigidere, încăperi dotate, etc.)

Protecția - bunurile sunt transportate de operator economic cu transport specializat.

Calitatea - seturi de reactivi cu cea mai înaltă linearitate și termenii de valabilitate.

Calibratori și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în RM.

Reactivii să dispună de certificat sau declarația CE - copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului.

Reactivii să fie adaptați la Analizatorul A-15, cu certificat de confirmare de la producătorul analizorului.

Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător.

Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului.

Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).

Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau în limba rusă.

Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial.

Prioritate se va acorda seturilor de reactivi cu cea mai înaltă linearitate și termeni de valabilitate.

Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu!

Calibratorii și materialul de control v-a corespunde cu setul de reactivi, adică v-a fi de la același producător.

Ofertanții vor demonstra că reactivii, seturile de reactivi se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Ofertantul va prezenta certificate de compatibilitate al consumabilelor propuse pentru analizatorul A-15, eliberate de producătorul analizorului. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Bunurile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat cu marcaj CE și etichetat de producător.

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Metodicele de adaptare pentru A-15 sunt obligatorii (prezentate odată cu oferta).

4. Cerințe privind calculul costului/prețului

Calcularea prețului se realizează per bucată, set sau ml în conformitatea cu anunțul de atribuire. Cantitatea și unitatea de măsură necesară instituției se regăsește în anunț de atribuire și specificația de preț anexată la document privind achiziția.

5. Mostre

Ambalaj standard pentru A-15 cu prezentarea mostrei de la operatorul economic câștigător în timp de cinci zile înainte de semnarea contractului sau certificat de confirmare de la producătorul analizorului că ambalajul corespunde analizatorului A-15.

Toate mostre solicitate se prezintă timp de 5 zile la sediul autorității contractante conform scrisorii de solicitare.

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor.

Transport specializat pentru transportarea reactivelor și păstrarea corespunzătoare a reactivelor la furnizor.

Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor.

7. Articole, produse și piese necesare instalațiilor -

8. Definiții -

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform anunțului de participare

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform anunțului de participare

Autoritatea contractantă
IMSP Dispensarul Republican de Narcologie



Data „27” ianuarie 2023

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.

Handwritten signature