

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
pentru I.M.S.P. Spitalul Raional Cahul

Nr.Licitației: 21024577				Data: 08 iulie 2020		Alternativa:		
Denumirea Licitației: Achiziționarea de produse parafarmaceutice pentru anul 2020				Lot:		Pagina 1 din 2		
Nr	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 13. Articole parafarmaceutice (masca)								
13.1	33100000-1	Masca oxigen adulti	1135015	Marea Britanie/ Lituania	Intersurgical	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	Masca EcoLite, pentru aplicarea oxigenoterapiei cu concentrație medie de O ₂ , n4,5, de unică folosință, fara PVC, cu manjeta moale, anatomica, cu fixator, cu tub de conectare 2,1 m	CE, ISO
13.2	33100000-1	Masca p/u anestezie copii N1	7201000	Marea Britanie/ Lituania	Intersurgical	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	Masca ClearLite, pentru anestezie, pediatrică, nr.1, de unică folosință, fără PVC, cu manjeta moale, anatomică, cu inel	CE, ISO
13.3	33100000-1	Masca p/u anestezie copii N2	7292000	Marea Britanie/ Lituania	Intersurgical	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	Masca ClearLite, pentru anestezie, pediatrică, nr.2, de unică folosință, fără PVC, cu manjeta moale, anatomică, cu inel	CE, ISO
13.4	33100000-1	Masca p/u inhalare adulți (Airlife)	1188015	Marea Britanie/ Lituania	Intersurgical	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	Masca EcoLite, pentru aplicarea aerosolterapiei, adulți, de unică folosință, fără PVC, cu manjeta moale, anatomică, cu fixator	CE, ISO
13.5	33100000-1	Masca p/u inhalare copii (Airlife)	1198015	Marea Britanie/ Lituania	Intersurgical	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	Masca EcoLite, pentru aplicarea aerosolterapiei, pediatrică, de unică folosință, fără PVC, cu manjeta moale, anatomică, cu fixator	CE, ISO
Lot 16. Articole parafarmaceutice								
16.7	33100000-1	Circuit p/u ventilație copii RT125	4519810	Marea Britanie/ Lituania	Intersurgical	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	Circuit de respirație pentru copii, flux bidirecțional cu d = 10 mm, gofrat, tip "inspire- expir", lungime 150-180 cm, în tubul de inspir fir de încălzire al amestecului de aer pentru încălzire și umidificare, cu port p/u sensorul de temperatură; în tubul de expir capcană de apă, cu conector ungiular, linie de monitorizare CO ₂ detașabilă, conectoare suplimentare. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	CE, ISO

16.8	33100000-1	Circuit p/u ventilație adulți RT2000	2002000	Marea Britanie/ Lituania	Intersurgical	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	Circuit de respirație pentru adulți Flextube, 22mm, lungime 1.6m, cu tub suplimentar 0.8m limb. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	CE, ISO
16.22	33100000-1	Filtru bacterian BB50T	MP01770	Germania	Draeger	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	Filtru CareStar 30, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 30ml, greutate nu mai mult de 23g, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2.	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL** Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu** În calitate de: **Director**

Semnat: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**