

## Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1737126454432 din 07.02.2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.1)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	buc	1	185600,00	222720,00	185600,00	222720,00	Termenul de livrare, instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
	<b>TOTAL</b>					<b>185600,00</b>	<b>222720,00</b>		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,  
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

## Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1737126454432 din 07.02.2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insușiților medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.1)

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
Sistem garou pneumatic, cu accesorii	MEDION E TRQ-2024	Turcia	AVRASY AMED MEDİKA L TIBBİ CİHAZLA R VE ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	<p>Parametrul Specificația                      Presiune minimă ≤ 20 mmHg                      Presiune maximă ≥ 650 mmHg                      Pas de setare a presiunii ≤ 5 mmHg                      Interval de timp ≤ 5 min                      Interval de timp maxim ≥ 180 min                      Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch)                      Număr de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple)                      Senzor LOP Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime Opțional                      Autotestare a presiunii și verificarea sistemului obligatoriu                      Calibrare automată a senzorului de presiune obligatoriu                      Sistem de alarmă acustică și vizuală obligatoriu                      Baterie încorporată Cu autonomie min. 6 ore în modul de funcționare                      Interfață de utilizare a ecranului tactil de tip touch screen sau touch key screen                      Suport pentru masa sau stâlp obligatoriu                      Alimentarea 100- 220V, 50Hz                      Accesorii:                      Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare min. - 4 buc                      Set de tuburi min. - 4 buc                      Cablu de alimentare min 1 buc                      Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set                      Troleu cu 5 roțile și coș obligatoriu                      Alte cerințe:                      Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezentă fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere obligatoriu                      Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) obligatoriu                      Instalarea și testarea la locul necesar obligatoriu</p>	<p>Parametrul Specificația                      Presiune minimă ≤ 20 mmHg                      Presiune maximă ≥ 650 mmHg                      Pas de setare a presiunii ≤ 5 mmHg                      Interval de timp ≤ 5 min                      Interval de timp maxim ≥ 180 min                      Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch)                      Număr de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple)                      Autotestare a presiunii și verificarea sistemului obligatoriu                      Calibrare automată a senzorului de presiune obligatoriu                      Sistem de alarmă acustică și vizuală - da                      Baterie încorporată Cu autonomie min. 6 ore în modul de funcționare - da                      Interfață de utilizare a ecranului tactil de tip touch screen sau touch key screen                      Suport pentru masa sau stâlp obligatoriu - da                      Alimentarea 100- 220V, 50Hz                      Accesorii:                      Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare - 4 buc                      Set de tuburi - 4 buc                      Cablu de alimentare 1 buc                      Autocalibrare - da                      Troleu cu 5 roțile și coș obligatoriu – da TRQ-75                      Alte cerințe:                      Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezentă fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere obligatoriu                      Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) - în limba engleză                      Instalarea și testarea la locul necesar obligatoriu - da</p>	DM0006 46004 DM0006 46029

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovolski, 2A, UTA Gagauzia