

QUALITY CONTROL DATA SHEET – FICHE DE CONTROLE QUALITE

Complement Fixation Test Buffer

Product code / Code Produit : CFTB
 Batch / N° de lot: H72
 Manufacture date / Date de fabrication: 2020/10
 Expiry date / Date d'expiration: 2023/10

KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT

		Batch / Lot	
Concentrated CFT Bufer 20X / Tampon concentré RFC 20X		001	
Product Code	CFTB	Batch / Lot	H72
Insert/Notice	0920	Expiry date/Date exp.	2023/10

PARAMETERS / PARAMETRES CONTROLES

Parameter / Paramètre	Expected Result / Resultat attendu	Result / Résultat
Aspect / Apparence	Liquid colorless / Liquide incolore	Conforme
Volume / Volume	50mL	50mL
pH under 1X diluted form / pH sous sa forme diluée 1X	7,2 ± 0,2	7,2
Activity in Brucellosis complement fixation test compared to a reference Activité en fixation du complément par rapport à une référence	Limit serum titer ± 1 dilution Titre d'un sérum limite ± 1 dilution	Conforme

STATUS / STATUT

QC PASSED / CONFORME



Quality Control Manager : Anaïs Agnel
 Responsable Contrôle Qualité
anaïs.agnel@id-vet.com



Director : Philippe Pourquier
 Directeur
philippe.pourquier@id-vet.com

QUALITY CONTROL DATA SHEET – FICHE DE CONTROLE QUALITE

Complement Fixation Test Buffer

Product code / Code Produit : CFTB
 Batch / N° de lot: H72
 Manufacture date / Date de fabrication: 2020/10
 Expiry date / Date d'expiration: 2023/10

KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT

Concentrated CFT Bufer 20X / Tampon concentré RFC 20X		Batch / Lot 001	
Product Code	CFTB	Batch / Lot	H72
Insert/Notice	0920	Expiry date/Date exp.	2023/10

PARAMETERS / PARAMETRES CONTROLES

Parameter / Paramètre	Expected Result / Resultat attendu	Result / Résultat
Aspect / Apparence	Liquid colorless / Liquide incolore	Conforme
Volume / Volume	50mL	50mL
pH under 1X diluted form / pH sous sa forme diluée 1X	7,2 ± 0,2	7,2
Activity in Brucellosis complement fixation test compared to a reference Activité en fixation du complément par rapport à une référence	Limit serum titer ± 1 dilution Titre d'un sérum limite ± 1 dilution	Conforme

STATUS / STATUT

QC PASSED / CONFORME



Quality Control Manager : Anaïs Agnel
 Responsable Contrôle Qualité
anaïs.agnel@id-vet.com



Director : Philippe Pourquier
 Directeur
philippe.pourquier@id-vet.com