

DECLARAȚIE

Coresponderea parametrilor compresorului stației de recepție a oxigenului SISTEM DE GENERATOARE DE OXIGEN IDEAL IM-GO 120

Aceasta atestă că compresorul cu parametrii specificați în tabel va furniza cantitatea necesară de aer comprimat cu presiunea de lucru specificată pentru nevoile generatorului de oxigen: GENERATOR DE OXIGEN IDEAL IM-GO 120

Denumirea parametrilor	Indicator
Model	INVERSYS 22 PLUS
Tip compresor	Compresor cu șurub umplut cu ulei
Mediu comprimat	Aerul atmosferic
Presiunea inițială	Atmosferic
Presiunea maximă a aerului, MPa	1,0
Productivitatea aerului comprimat la presiunea nominală, m ³ /h	78...228
Presiune nominală, MPa	0,95
Reglementarea performanței	Folosind un convertor de frecvență
Temperatura aerului comprimat la ieșirea din compresor, °C	+15 la temperatura ambiantă
Puterea motorului principal, kW	22
Tensiunea de alimentare/frecvența curentului, V/Hz	380/50
Răcire compresorului	aerian
Aționare compresor	Comprimare directă

Director
Директор



V. Dinkov
ДІНКОВ В.Ф.



Dnipro
+38 (050) 320-51-99

Odesa
+38 (048) 737-35-16

Kharkiv
+38 (057) 760-17-09

Lviv
+38 (032) 245-15-62

Kyryvi Rih
+38 (067) 352-70-22

Horishni Plavni
+38 (067) 354-62-02

Sumy
+38 (0542) 61-06-12

Khmelnyskyi
+38 (067) 384-57-45

Rivne
+38 (0362) 46-09-31