



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21529173 din 06.01.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.35)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 3					
Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150	NBV 2x30N	Polonia Ultraviol	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Cod 130150 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete obligatoriu Lampa cu tub inclus cu 1 tub min. 30W, area de dezinfectare $\geq 20 \text{ m}^2$ Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Cod 130150 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz $\pm 10\%$ DA Montabila pe tavan sau perete obligatoriu DA, pag.1 „Datasheet” Lampa cu tub inclus cu 1 tub min. 30W, area de dezinfectare $\geq 20 \text{ m}^2$ DA, 2 x 30W - 22m² pag.2 „Datasheet” Spectru de raze UV + vizibil DA, pag.2 „Datasheet” Unghiul de iradiere minim 180 grade DA, 160 grade pag.2 „Datasheet” Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore DA, 9000 ore pag.2 „Datasheet” Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu DA	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Lot 4					
Negatoscop un cadru 210700	U0050	IHC Turcia	Negatoscop un cadru Cod 210700 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 1 Nr. de lampe ≥ 1 Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz	Negatoscop un cadru Cod 210700 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 1 DA, „U0050” Nr. de lampe ≥ 1 DA, „U0050” Fixarea filmelor obligatoriu DA, „U0050” Fixare masă/perete DA, „U0050” Ecran anti-glare da DA, „U0050” Alimentare 220V, 50Hz DA, „U0050”	DM000553630
Lot 6					
Distilator cu mono distilare 2L 270400	MSD-8000	Turcia Mikrotest	Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 8 l, încorporat Capacitatea de distilare ≥ 2 l/h Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umiditate Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă Conductivitate $\leq 2.5 \mu\text{S/cm}$ Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu	Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 8 l, încorporat Da, 8L pag.1 „MSD-8000” Capacitatea de distilare ≥ 2 l/h Da, 4L pag.1 „MSD-8000” Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umiditate Da, pag.1 „MSD-8000” Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Da, pag.1 „MSD-8000” Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă Da, oțel inox pag.1 „MSD-8000” Conductivitate $\leq 2.5 \mu\text{S/cm}$ Da, 2.3 $\mu\text{S/cm}$ pag.1 „MSD-8000” Modul de operare continuu Da, pag.1 „Pliant”	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Alimentare 220 V- 50 Hz Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Sistem triplu de filtrare a apei: incorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire., indicați modelul oferit Filtru pentru filtrare mecanică, ≤ 10μm min. 4 buc., indicați modelul oferit Filtru anticalcar cu polifosfați min. 4 rezervi de granule sau catrige (buc), indicați modelul oferit Filtru de clor min. 4 buc., indicați modelul oferit	Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Da, pag.1 „MSD-8000” Alimentare 220 V- 50 Hz Da, pag.1 „MSD-8000” Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Sistem triplu de filtrare a apei: incorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire., indicați modelul oferit DA, DP 10 Trio (3/4") Filtru pentru filtrare mecanică, ≤ 10μm min. 4 buc., indicați modelul oferit DA, PP1-10SL Filtru anticalcar cu polifosfați min. 4 rezervi de granule sau catrige (buc), indicați modelul oferit DA, K7 + Poliphosfat Media Filtru de clor min. 4 buc., indicați modelul oferit DA, CBC 1-10SL	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificatii de pret

Numarul procedurii de achizitie: 21529173 din 06.01.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.35)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	3	Lampă germicidă (variante staționară 20m)	Buc.	6	9.800,00	11.760,00	58.800,00	70,560,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	4	Negatoscop un cadru	Buc.	1	6.400,00	7.680,00	6.400,00	7.680,00		
	6	Distilator cu mono distilare 2L	Buc.	1	35.000,00	42.000,00	35.000,00	42.000,00		
TOTAL							100.200,00	120.240,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108