

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21062815 [ocds-b3wdp1-MD-1662132281279](#)

Denumirea procedurii de achiziție:

Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 16)

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 2					PLUS A8	
Paturi funcționale cu caracteristici avansate	PLUS A8	Turcia	Medikal2000	- Min. 4 secțiuni, • mobil, • acționat electric cu min. 4 motoare pentru acționarea înălțimii, spătarului, secțiunii coapse, secțiune gambe, Trendelenburg și Antitrendelenburg, • comandă CPR se realizează automat, în caz de urgență, la apăsarea butonului de CPR de pe telecomandă asistentei. • Doua panouri de comandă cu opțiuni de blocare pentru pacient, pentru toate funcțiile patului, sunt situate pe exteriorul a doua laterale anticadere și la tablia de la secțiunea picioare, • Prevazut cu telecomandă cu fir pentru reglarea tuturor funcțiilor de către pacient,	• 4 secțiuni - Da • mobil - Da • acționat electric cu 4 motoare pentru acționarea înălțimii, spătarului, secțiunii coapse, secțiune gambe, Trendelenburg și Antitrendelenburg, Pag.1 Specif. The. • comandă CPR (CPR AUTO/MANUAL)-Pag 6 user manual • Doua panouri de comandă cu opțiuni de blocare pentru pacient, pentru toate funcțiile patului, sunt situate pe exteriorul a doua laterale anticadere și la tablia de la secțiunea picioare, Pag 6 user manual	CE

			• Dotat cu baterie pentru funcționare și în timpul întreruperilor de curent, • Platforma saltelei și sasiul de jos a patului acoperite cu o protecție din ABS. • Tabliile realizate din material plastic ABS și pot fi îndepărtate cu ușurință. • Laterale compuse din patru piese, se deschid și închid ușor cu zavoarele situate în partea de jos. Realizate din material plastic ABS. • Include stativ perfuzie ce poate fi amplasat în oricare din cele 4 colturi ale patului și agățătoare pentru punga cu urina, • 4 roti cu rotație de 360°, acoperite cu ABS, proprietati antistatice, cu pedala pentru frână centrală și blocare direcție, • 4 amortizoare din PVC la cele 4 colturi ale patului, pentru absorbirea impactelor, • Toate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea în câmp electrostatic, • Suport pentru filme radiologice, • Sarcina minimă încărcare pacient: min. 180 kg, • Dimensiuni pat aproximativ: - Latime min. 1000 mm; - Lungime: min. 2100 mm; - Înălțime: min. 500 – 800 mm; • Dimensiuni saltea compatibil cu marimile patului oferit; - Saltea din spumă poliuretan acoperită cu husă impermeabilă cu posibilitatea de schimbare (prezenta fermoarului) • Alimentare 220 -230 V 50 Hz;	• Prevăzut cu telecomandă cu fir pentru reglarea tuturor funcțiilor de către pacient - Da • Dotat cu baterie pentru funcționare și în timpul întreruperilor de curent –Da, pag. 7 user manual • Platforma saltelei și sasiul de jos a patului acoperite cu o protecție din ABS – Da, pag.40 user manual • Tabliile realizate din material plastic ABS și pot fi îndepărtate cu ușurință – Da, pag.40 user manual • Laterale compuse din patru piese, se deschid și închid ușor cu zavoarele situate în partea de jos. Realizate din material plastic ABS – Da, Da, pag.40 user manual • Include stativ perfuzie ce poate fi amplasat în oricare din cele 4 colturi ale patului și agățătoare pentru punga cu urina- Da • 4 roti cu rotație de 360°, acoperite cu ABS, proprietati antistatice, cu pedala pentru frână centrală și blocare direcție- Da • 4 amortizoare din PVC la cele 4 colturi ale patului, pentru absorbirea impactelor-Da, pag.41 user manual • Toate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea în câmp electrostatic – Da, pag.40 user manual • Suport pentru filme radiologice- Da • Sarcina minimă încărcare pacient: 230 kg (Pag. 9 specif. tehnica) • Dimensiuni pat aproximativ: (Pag. 9 specif. tehnica) - Latime min. 1035 mm; - Lungime: min. 2125 mm; - Înălțime: min. 370 – 710 mm;	
--	--	--	--	---	--

					• Dimensiuni saltea compatibil cu marimile patului oferit Da - Saltea din spumă poliuretan acoperita cu husa impermeabila cu posibilitatea de schimbare (prezenta fermoarului)- Da • Alimentare 220 -230 V 50 Hz;	
LOT 7						
Stație de vizualizare a medicului radiolog, inclusiv Software PACS și View-er cu Cheie de acces compatibil cu mamograful Helianthus STD, Monitor Medical, Imprimanta laser, UPS.	1. Monitor Medical Dual CL-S500 Dualstand (JVC/Japonia) 2. Software PACS și View-er 3. Statie de lucru	1. Japonia 2. Spania 3. Spania	1. JVC Kenwood 2. Alma Mammo 3. ALMA	Stație de vizualizare a medicului radiolog, inclusiv Software PACS și View-er cu Cheie de acces compatibil cu mamograful Helianthus STD, Monitor Medical, Imprimanta laser, UPS. 1. Monitor Medical Dual sau 2 monitoare cu urmatoarele specificatii: Monitor medical 5 - 6 MP Tip Monocrom (IPS) Diagonala: 21-22 inch Rezolutia: 2048 x 2560 pix Luminozitatea: 1000- 2500 cd/m2 Contrast: 1400:1 - 2000:1 Unghi vizualizare: $\geq 170^\circ$ Conexiunea prin Display Port sau HDMI, DVI 2. Sistem Software compatibil cu mamograful existent Helianthus STD Vizualizarea și prelucrare imagine: Afișare imagine; Rotire imagine; Afișare multipla a imaginilor pe ecran; Inversie imagine; Măsurare distanta si unghi. Export imagine: CD/DVD/USB; Imprimare pe film; Posibilitate de transmitere prin poșta electronică a imaginilor în format DICOM sau JPEG automat;	Stație de vizualizare a medicului radiolog, inclusiv Software PACS și View-er cu Cheie de acces compatibil cu mamograful Helianthus STD, Monitor Medical, Imprimanta laser, UPS. 1. Monitor Medical Dual CL-S500 Dualstand (JVC/Japonia) Monitor medical 5 MP Tip Monocrom (IPS) -DA Diagonala: 21,3 inch x2 Rezolutia: 2048 x 2560 pix Luminozitatea: 1150 cd/m2 Contrast: 2000:1 Unghi vizualizare: 178° Conexiunea prin Display Port 2. Sistem Software Alma Mammo, PACS& DICOM viewer (Alma Medical Imaging/Spania), compatibil cu mamograful existent Helianthus STD Vizualizarea și prelucrare imagine: Afișare imagine; DA Rotire imagine; DA Afișare multipla a imaginilor pe ecran; DA Inversie imagine; DA	CE

				Posibilitate de exportare a fișierului video cu măsurările efectuate ulterior; Integrare cu RIS/HIS/PACS, conformitate cu standardul DICOM 3,0 , Confirmarea de la producători privind compatibilitatea acestui soft cu dispozitivul mamografic. 3. Statia de lucru: OS: Windows 10 Pro sau similar, 64 bit Processor: Intel i7 , generatia 10 sau 11 sau echivalent RAM: 16 - 24 GB DDR IV DVD-RW Video card: GDDR 6, 6G, 192 Bit SSD: ≥ 512 gb; viteza de citire si scriere 3500/3300 MB/s HDD: 2TB Bloc de alimentare 800 W Tastiera USB Mouse USB ≥ 2 HDMI or 2 Display Port 4. Imprimanta laser: printer alb/negru Laser, A4, Interfata USB 5. UPS 1000- 1500 VA 6. Setarea calculatorului pentru conectarea cu Mamograful 7. Training software pentru personalul medical Termen de garanție – 36 luni Perioada de mentenanță inclusă – 36 luni	Măsurare distanta si unghi. DA Export imagine:CD/DVD/USB; DA Imprimare pe film;DA Posibilitate de transmitere prin poșta electronică a imaginilor în format DICOM sau JPEG automat; DA Posibilitate de exportare a fișierului video cu măsurările efectuate ulterior; DA Integrare cu RIS/HIS/PACS, conformitate cu standardul DICOM 3,0 , DA Confirmarea de la producători privind compatibilitatea acestui soft cu dispozitivul mamografic. DA 3. Statia de lucru: OS: Windows 10 Pro, 64 bit DA Processor: Intel i7 , generatia 10 DA RAM: 16 - 24 GB DDR IV DVD-RW Video card: GDDR 6, 6G, 192 Bit SSD: 500 GB; viteza de citire si scriere 3500/3300 MB/s HDD: 2TB Bloc de alimentare 800 W -DA Tastiera USB -DA Mouse USB -DA 2 HDMI or 2 Display Port -DA 4. Imprimanta laser: printer alb/negru Laser, A4, Interfata USB – DA, Canon LBP-6030B 5. UPS 1000- 1500 VA –DA, UPS Ultra Power 1000VA/600W, (3 steps of AVR, CPU controlled), USB, 8 Schuko, 2 IEC, plastic case 6. Setarea calculatorului pentru conectarea cu Mamograful -DA 7. Training software pentru personalul medical -DA	
--	--	--	--	--	---	--

					Termen de garanței – 36 luni -DA Perioada de mentență inclusă – 36 luni -DA	
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău