

## Specificații tehnice

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b>	Achizitii.md ID 21061450, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1660217141332 din „11” august 2022
<b>Obiectul achiziției:</b>	Truse de diagnostic si reagenti pentru ESB / LDSA Morfopatologie

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
3	LOT 3 Detecarea PrPres prin ELISA detectie	99-08600_HerdChek BSE-Scrapie Ag	Olanda	Idexx Europe BV	Microplaca 12 stripuri a 8 dodeuri invelite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres 2 microplaci Solutie de spalare concantrata de 10-ori tampon Tris-NaCl pH 7,4 Mertiolat de Sodiu (0,01%) 1 flacon (250ml) Ser Martor Negativ Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu ASB (albumina serica bovina conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon (4ml) Ser Martor Pozitiv Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu peptide sintetice ninfectioase, leofilizat, conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon Diluent pentru probe Tampon PBS pH 7,4 suplimentat cu ASB si rosu fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (35ml) Conjugat concentrate de 10-ori, anticorpi monoclonati anti-PrP marcati cu peroxidaza intr-o solutie tampon Tris-NaCl pH 7,4 suplimentaty cu proteina bovina si colorant cu rosu de fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (2,5 ml) Tamponul Substratului Peroxidazei Solutie de acid citric si acetat de sodiu ph 7,4 care contine 0,015% H2O2 si 4% dimetilsulfoxid (DMSO) 1 flacon (60ml) Cromogen solutie de tetrametilbenzidina (TMB) 1 flacon (5 ml) Solutie de stopare acid sulfuric 1N 1 flacon (28 ml) Folie adeziva pentru micropiaci 8 buc	Kit de testare pentru detectia antigenului Encefalopatiei Spongiforme Bovine – Scrapie, Elisa. Test imunoenzimatic (ELISA).  Specificatiile tehnice conform documentelor atasate:  ”CRDV 2 Lotul 3_Kit Elisa EIA Idexx pentru detectia de antigen BSE Scrapie_99-08600_Insert tehnic”; ”CRDV 2 Lot 3 herdchek_bse-scrapie ag test-06-08519-12 99-08600”	CE/ ISO

**Semnat:**

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1