

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea

Numărul licitației:			LP nr.					Data: „__” _____ 20 __		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 31)							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință	
1	2			3	4	5	6		8	
33100 000-1	6	Lampă frontală pentru ORL	Lampă frontală pentru ORL	AGS-102L	China	WUZHOU AOKACE TECHNOLOGY CO., LTD	Parametri tehnici: Iluminare LED; Temperatura culori minim 6 000 K; Iluminare la 20cm distanța de lucru: minim 20 000 lx; Focus ajustabil; Durata de viață a LED-urilor minim 20 000 ore; Baterie reincărcabilă; Capacitate baterie minim 2500mAh; Timp de lucru minim 4 ore; Bloc reîncarcare baterie inclus; Alimentare 220V; Bandă de fixare pe cap ajustabilă.	Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL.Timpul de lucru de la acumulator: 5h-AOkace catalogue 2023 pag 12 , Temperatura culori minim 6 200 K- AOkace catalogue 2023 pag 12 Montat pe cap ce permite:- banda de fixare pe cap tip circular - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap; Spot luminos reglabil, diapazon 12-80 mm.Puterea de iluminare la distanța de 200 mm - 110.000 lux.Iluminarea tip LED 5 W. Capacitate baterie minim 2500mAh; Greutatea maximă 185 g. Accesorii:• Încărcător și sursă de alimentare de la 220V – 1 set.• Acumulator – 1 bucăți.Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării.Manual de utilizator în limba română și engleză	AOkace catalogue 2023 pag 12 , 61manual lampa aokace ags102.se mnat pag 9 imagine	
Semnat: _____										
În calitate de:administrator										
Numele, Prenumele: Andrei Timuș										
Ofertantul: “Global Premier Group” SRL										
Adresa: str. Sergiu Radautanu 7, of. 130, mun. Chisinau										

[illegible]