

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație deschisă 21023415					Data: „22” Iunie 2020		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației: "Reagenți pentru investigații imunologice"			Lot: _____			Pagina: __din __		
Nr. Lot/ poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Teste pentru determinarea markerilor oncologici						
1.1	33696500-0	CA 72-4	K244	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, controlul cu valori de referință, setul să conțină nu mai puțin de 5calibratori.	Cerințe generale*, controlul cu valori de referință, setul să conțină nu mai puțin de 5calibratori.	Certificat CE; ISO
2		Teste pentru determinarea markerilor oncologici						
2.1	33696500-0	SYFRA 21-1	K236	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, controlul cu valori de referință, setul să conțină nu mai puțin de 5calibratori.	Cerințe generale*, controlul cu valori de referință, setul să conțină nu mai puțin de 5calibratori.	Certificat CE; ISO
4		Teste pentru determinarea markerilor oncologici						
4.1	33696500-0	CA 242	K243	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, controlul cu valori de referință, să conțină nu mai puțin de 5calibratori.	Cerințe generale*, controlul cu valori de referință, să conțină nu mai puțin de 5calibratori.	Certificat CE; ISO
5		Teste pentru investigații imunologice						
5.1	33696500-0	HBs Ag	I231-1021	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, volumul controlului să fie nu mai puțin de 1ml, calibratori.	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, volumul controlului să fie nu mai puțin de 1ml, calibratori.	Certificat ISO
6		Teste pentru investigații imunologice						
6.1	33696500-0	Anti HBs Ag	I231-1271	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Certificat ISO
7		Teste pentru investigații imunologice						
7.1	33696500-0	Anti HBcor Ag sumar	I231-1081	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, de controlul „+” și „-”, volumul controlului să fie nu mai puțin de 1ml, calibratori, determinarea să fie în ser și plasmă, enzimă conjugată pregătită pentru lucru, substratul să fie gata de lucru, specificitatea 100%, sensibilitatea 100%, calcularea rezultatelor după Cut-off cu exprimarea rezultatelor pozitiv, negativ, echivoc.	Cerințe generale*, controlul „+” și „-”, volumul controlului nu mai puțin de 1ml, calibratori, determinarea în ser și plasmă, enzimă conjugată pregătită pentru lucru, substratul gata de lucru, specificitatea 100%, sensibilitatea 100%, calcularea rezultatelor după Cut-off cu exprimarea rezultatelor pozitiv, negativ, echivoc.	Certificat ISO
8		Teste pentru investigații imunologice						

8.1	33696500-0	Anti HBcor Ag IgM	I231-1311	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Certificat CE; ISO
10		Teste pentru investigații imunologice						
10.1	33696500-0	Anti HCV sumar	I231-1031	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, volumul controlului sa fie nu mai puțin de 1ml, calibratori, determinarea sa fie în ser/plazma, determinarea anticorpilor IgG+IgM, enzim conjugat pregătit pentru lucru, substratul sa fie gata de lucru, specificitatea 100%, sensibilitatea 100%.	Cerințe generale*, de asemenea controlul „+” și „-”, volumul controlului nu mai puțin de 1ml, calibratori, determinarea în ser/plazma, determinarea anticorpilor IgG+IgM, enzim conjugat pregătit pentru lucru, substratul gata de lucru, specificitatea 100%, sensibilitatea 100%.	Certificat ISO
11		Teste pentru investigații imunologice						
11.1	33696500-0	Anti HCV IgM	K110M	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor..	Cerințe generale*, calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor..	Certificat CE; ISO
17		Teste pentru investigații imunologice						
17.1	33696500-0	IgE total	K200	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale* de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, să conțină probă de control cu concentrația cunoscută, să fie indicate în instrucțiune normele după vîrsta, nu mai puțin de trei categorii de vîrstă	Cerințe generale* , nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, probă de control cu concentrația cunoscută, sunt indicate în instrucțiune normele după vîrsta, nu mai puțin de trei categorii de vîrstă	Certificat CE; ISO
29		Teste pentru investigații imunologice						
29.1	33696500-0	Anti chlamydia trh. IgG	K105	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, de asemenea nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Certificat CE; ISO
30		Teste pentru investigații imunologice						
30.1	33696500-0	Anti chlamydia trh. IgA	K105A	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-” .	Cerințe generale*, de asemenea controlul „+” și „-” .	Certificat CE; ISO
31		Teste pentru investigații imunologice						
31.1	33696500-0	Anti chlamydia trh. IgM	K105M	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-” .	Cerințe generale*, de asemenea controlul „+” și „-” .	Certificat CE; ISO
32		Teste pentru investigații imunologice						
32.1	33696500-0	Anti HSV (tip I, II) IgG	I231-1191	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, de asemenea nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Certificat ISO
33		Teste pentru investigații imunologice						
33.1	33696500-0	Anti HSV (tip I, II) IgM	I231-1201	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-” .	Cerințe generale*, de asemenea controlul „+” și „-” .	Certificat ISO

34		Teste pentru investigații imunologice						
34.1	33696500-0	Anti CMV IgG	I231-1131	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, de asemenea nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Certificat CE; ISO
35		Teste pentru investigații imunologice						
35.1	33696500-0	Anti CMV IgM	I231-1141	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”.	Cerințe generale*, de asemenea controlul „+” și „-”.	Certificat CE; ISO
36		Teste pentru investigații imunologice						
36.1	33696500-0	Anti Toxoplasma gn. IgG	I231-1091	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, de asemenea nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Certificat CE; ISO
37		Teste pentru investigații imunologice						
37.1	33696500-0	Anti Toxoplasma gn. IgM	I231-1101	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”.	Cerințe generale*, de asemenea controlul „+” și „-”.	Certificat CE; ISO
38		Teste pentru investigații imunologice						
38.1	33696500-0	Anti mycoplasma hominis IgG	K106	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor	Certificat CE; ISO
39		Teste pentru investigații imunologice						
39.1	33696500-0	Anti mycoplasma hominis IgM	K106M	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor	Certificat CE; ISO
40		Teste pentru investigații imunologice						
40.1	33696500-0	Anti Ureaplasma urealyticum IgG	K126	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor	Certificat CE; ISO
41		Teste pentru investigații imunologice						
41.1	33696500-0	Anti Ureaplasma urealyticum IgM	K126M	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor	Certificat CE; ISO
46		Teste pentru investigații imunologice						
46.1	33696500-0	Anti Helicobacter pylori IgG	I231-1241	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor	Certificat ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9