

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1697197038603 / 21104323	din 06 noiembrie 2023
Obiectul de achiziție: privind achiziționarea reagenților, consumabile (accesorii și piese de schimb) pentru analizatoarele de tip închis, necesar la efectuarea investigațiilor de laborator, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2024,		

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	
14		Lotul nr. 14 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
1	33696500-0	CELLPACK DCL 20 lit. - reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare	CELLPACK DCL	Japonia	Sysmex Corporation	CELLPACK DCL 20 lit. - reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare, Ambalaj solicitat: 20 lit Componența: Sodium chloride 0,7%, Tris bufer 0,2%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului	Conform cerințelor; ambalaj 20 L; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
2	33696500-0	SULFOLYSER 3 x 500 ml- reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge	SULFOLYSER	Japonia	Sysmex Corporation	SULFOLYSER 3 x 500 ml- reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge; Ambalaj solicitat: 3 x 500 ml Componența: Sodium lauryl sulfat 1,7 g/L. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 3x500 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
3	33696500-0	LYSERCELL WNR 5 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor	LYSERCELL WNR	Japonia	Sysmex Corporation	LYSERCELL WNR 5 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor. Ambalaj solicitat: 5 lit. Componența: Organic quaternary ammonium salts 0,20%, Nonionic surfactant 0,10%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 5 L; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
4	33696500-0	LYSERCELL WDF 2 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor	LYSERCELL WDF	Japonia	Sysmex Corporation	LYSERCELL WDF 2 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor, Ambalaj solicitat: 2 lit. Componenta: Organic quaternary ammonium salts 0,07%, Nonionic surfactant 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2 L; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
5	33696500-0	FLUOROCCELL WNR 2 x 82 ml- reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat și lizat	FLUOROCCELL WNR	Japonia	Sysmex Corporation	FLUOROCCELL WNR 2 x 82 ml- reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat și lizat, Ambalaj solicitat: 2 x 82 ml Componenta: Polymethine 0,005%, Ethylene glycol 99,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2x82 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
6	33696500-0	FLUOROCCELL WDF 2 x 22 ml- reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat	FLUOROCCELL WDF	Japonia	Sysmex Corporation	FLUOROCCELL WDF 2 x 22 ml- reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat, Ambalaj solicitat: 2 x 22 ml Componenta: Polymethine 0,002%, Methanol 3,0%, Ethylene glycol 96,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2x22 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
7	33696500-0	CELLPACK DFL 1 lit.- diluant pentru analiza reticulocitelor	CELLPACK DFL	Japonia	Sysmex Corporation	CELLPACK DFL 1 lit.- diluant pentru analiza reticulocitelor; Ambalaj solicitat: 1 lit. Componenta: Tricine buffer 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 1 L; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
8	33696500-0	FLUOROCCELL RET 2 x 12 ml - reagent pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat	FLUOROCCELL RET	Japonia	Sysmex Corporation	FLUOROCCELL RET 2 x 12 ml - reagent pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat; Ambalaj solicitat: 2 x 12 ml Componenta: Polymethine 0,03%, Methanol 7,9%, Ethylene glycol 92,0%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2x12 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
9	33696500-0	CELLCLEAN 50 ml- soluție de spălare concentrată	CELLCLEAN	Japonia	Sysmex Corporation	CELLCLEAN 50 ml- soluție de spălare concentrată. Ambalaj solicitat: 50 ml Componenta: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 50 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
10	33696500-0	XN CHECK 3 x 3 ml- set de materiale de control (3 nivele - scăzut, normal, înalt)	XN CHECK	Japonia	Sysmex Corporation	XN CHECK 3 x 3 ml- set de materiale de control (3 nivele - scăzut, normal, înalt). Ambalaj solicitat: 3 x 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 3x3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
11	33696500-0	XN CAL 3 ml - calibrator	XN CAL	Japonia	Sysmex Corporation	XN CAL 3 ml – calibrator; Ambalaj solicitat: 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
		Lotul nr.15 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis) (anex. 18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
15	33696500-0	Set de mentenanță anual pentru analizatorul hematologic Sysmex XN-1000	Kit de mentenanță pentru 2024, în set: - AN965961 ASP_ASSY(PM)NO.8 - 1 buc.	Japonia	Sysmex Corporation	Set de mentenanță anual pentru analizatorul hematologic Sysmex XN-1000, compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000. Kit de mentenanță pentru 2024 include: - AN965961 ASP_ASSY(PM)NO.8 - 1 buc.	CE, ISO
		Lotul nr. 19 Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echipament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)						
19	33696500-0	Termohîrtie cu densitate nr.4	Thermal paper	Japonia	Sysmex	Termohîrtie cu densitate nr.4, p/u termo-imprimante cu lățime de 110 mm x 25 m	Conform cerințelor; lățime - 110 mm x 25 m	ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
		Lotul nr. 24 Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echipament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)						
24	33696500-0	Lampă halogenă p/u microscop binocular	64250	Germania	OSRAM	Lampă halogenă p/u microscop binocular, 20W 6V-G 4	Conform cerințelor; 6V, 20W, G4	CE, ISO
		Lotul nr. 25 Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echipament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)						
25	33696500-0	Lampă p/u Stat Fax 3300	64225	Germania	OSRAM	Lampă p/u Stat Fax 3300, 10W - 6V-G 4	Conform cerințelor; 6V, 10W, G4	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**